



**CENTRUM MEDYCZNE ŻELAZNA**

Szpital i Przychodnia św. Zofii



**MIASTO  
STOŁECZNE  
WARSZAWA**

**Warszawa, 12 września 2018**

**DO: Wykonawców**

**OD: Zamawiającego**

**LICZBA STRON: 2**

**DOTYCZY: postępowania o zamówienie publiczne na dostawę implantów do Centrum Medycznego „Żelazna” sp. z o.o., sygn. sprawy 66-W-D-08-2018.**

---

Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2. ustawy Prawo zamówień publicznych przesyłam Państwu pytania zadane przez Wykonawców i odpowiedzi Zamawiającego:

**Pytanie nr 1**

**Dotyczy zakresu 1**

Czy Zamawiający w Zakresie 1 będzie wymagał niewchłaniającej miękkiej siatki stosowana w operacyjnym leczeniu zaburzeń statyki narządu rodowego, przeznaczonej do zastosowania jako materiał pomostowy w przypadkach opadania szczytu pochwy i macicy, w których wskazane jest zastosowanie leczenia chirurgicznego (laparotomia lub metoda laparoskopowa), monofilamentowej, polipropylenowej, porowata powierzchnia – nie więcej niż 66%, grubość nie więcej niż 0,42 mm, gramatura nie więcej niż 42 g/m<sup>2</sup>, o unikalnym splocie – około 50% bardziej elastyczna niż standardowa siatka typu Prolene Mesh, rozmiar 10 cm x 15 cm?

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza.

---

**Pytanie nr 2**

**Dotyczy zakresu 2**

Czy Zamawiający w Zakresie nr 2 dopuści również zaoferowanie oprócz asortymentu pierwotnie określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, równoważny asortyment o następujących parametrach: siatka typu Artisyn w kształcie litery Y, przeznaczona jest do użycia jako materiał pomostowy w zabiegach sakrokolposuspensji/sakrokolpopleksji (metodą laparotomii lub laparoskopii), wykonana z mniej więcej równych proporcji wchłaniających pojedynczych włókien poliglekapronu 25 oraz niewchłaniających pojedynczych włókien polipropylenowych, kopolimer poliglekapronu-25 ulega zasadniczo wchłonięciu w ciągu 84 dni od momentu implantacji, w rozmiarze 27x5cm ?

---

Centrum Medyczne „Żelazna” sp. z o.o.  
ul. Żelazna 90, 01-004 Warszawa

centrala 22 25 59 800, sekretariat 22 25 59 801, faks 22 25 59 913  
szpital@szpitalzelazna.pl www.szpitalzelazna.pl

KRS 0000445779 REGON 012103423 NIP 527-01-04-746 kapitał zakładowy: 1 000 000,00 zł

SZP/RW



**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający udziela pozytywnej odpowiedzi.

---

**Pytanie nr 3**

**Dotyczy zakresu 2,3,4**

Czy Zamawiający dopuści i uzna za równoważną gramaturę 23g/m<sup>2</sup> (wymagana 22 g/m<sup>2</sup>), która nie wpływa na funkcjonalność produktu?

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

---

Zamawiający informuje, iż termin składania i otwarcia ofert ulega zmianie.

**Nowy termin składania ofert: do 17.09.2018r. do godz. 10:00**

**Nowy termin otwarcia ofert: 17.09.2018r r. godz. 10:30.**

Miejsce otwarcia ofert pozostaje bez zmian.

**PREZES ZARZĄDU**

**Wojciech Puzyna dr n. med.**