

Warszawa, 28 września 2018r.

DO: Wykonawców

OD: Zamawiającego

LICZBA STRON: 60

DOTYCZY: postępowania o zamówienie publiczne na dostawę jednorazowych materiałów medycznych dla Centrum Medycznego „Żelazna” sp. z o.o., sygn. sprawy 33-W-D-08-2018.

Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2. ustawy Prawo zamówień publicznych przesyłam Państwu pytania zadane przez Wykonawców i odpowiedzi Zamawiającego:

Pytanie 1

Dotyczy Zakresu nr 15 poz. nr 3

Zwracam się z prośbą do Zamawiającego o wydzielenie do oddzielnego pakietu pozycji numer 3 w pakiecie nr 15, oraz utworzenie dla niej odrębnego pakietu. Taki zabieg pozwoli na wystartowanie większej liczbie wykonawców, a tym samym obniżenie wartości złożonych ofert, a w konsekwencji oszczędności dla Zamawiającego.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 2

Dotyczy Zakresu nr 15 poz. nr 3

Czy Zamawiający w swoim opisie przedmiotu zamówienia wymaga czapeczek wielorazowych dotychczas stosowanych przez Zamawiającego?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie czapeczek wielorazowych, spełniających pozostałe wymagania SIWZ.

Pytanie 3

Dotyczy Zakresu nr 126

Czy Zamawiający dopuści do oceny butelki kompatybilne z laktatorem firmy Medela o pojemności 50 ml lub 130 ml, sterylne, pakowane pojedynczo lub w opakowania po 42 sztuki lub 24 sztuki, spełniające pozostałe zapisy SIWZ?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza butelki o ww. parametrach, pakowane po 24 sztuk, spełniające pozostałe wymagania SIWZ.

Pytanie 4**Dotyczy Zakresu nr 59 poz. nr 1**

Czy Zamawiający dopuści do postępowania produkt Citra-Valve™ bezigłowy zamknięty system do centralnych dostępow naczyniowych o działaniu przeciwbakteryjnym z czasem stosowania przez 7 dni do 750 aktywacji, objętość własna 0,09 ml, membrana w kolorze czerwony, bez mechanicznych części wewnętrznych, wolny od BPA, posiadający prosty tor przepływu, kompatybilny z końcówką Luer, Luer Lock o przepływie grawitacyjnym powyżej (550 ml/min) przy ciśnieniu 1 PSI o zakresie do (1300 ml/min) przy ciśnieniu 5 PSI, przezierny umożliwiający kontrolę całego toru przepływu krwi, pakowany pojedynczo?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie zaworu o ww. parametrów, spełniającego pozostałe wymogi SIWZ.

Pytanie 5**Dotyczy Zakresu nr 59 poz. nr 1**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji 11 z zakresu 59 i stworzy osobny pakiet dla tej pozycji?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 6**Dotyczy Zakresu nr 43 poz. nr 2**

Czy Zamawiający dopuści kranik odcinający do terapii dożylnych, trójdrożny, wykonany z poliwęglanu tworzywa odpornego na mechaniczne pęknięcia oraz na wszystkie leki w tym również na działanie lipidów i leków do chemioterapii. Białe trójramiennie pokrętło umożliwiające swobodną i precyzyjną obsługę kraników i podwójny: optyczny i wyczuwalny identyfikator pozycji otwarty/zamknięty, jałowy, jednorazowego użytku. Objętość wypełnienia 0,31 ml, sterylizowany radiacyjnie. Prędkość przepływu 390 ml/min.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 7**Dotyczy Zakresu nr 75 poz. nr 1**

Czy Zamawiający dopuści zestaw do wkłucia centralnego trójświatłowy 7Fr o długości 15cm i 20 cm w gotowych zestawach w skład których wchodzi w szczególności: igła wprowadzająca, strzykawka o pojemności 5ml, skalpel, nierdzewny drut prowadzący z oraz rozszerzacz naczyniowy.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie zestawu do wkłucia centralnego o ww. parametrach, spełniającego pozostałe wymogi SIWZ.

Pytanie 8**Dotyczy Zakresu nr 43 poz. nr 2**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji 2 z Zakresu nr 43 i stworzy osobny pakiet? Wydzielenie pozycji stworzy Zamawiającemu możliwość składania ofert konkurencyjnych co przełoży się na efektywne zarządzanie środkami publicznymi.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 9**Dotyczy zapisów SIWZ**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na złożenie z ofertą oświadczenia dot. braku przynależności do grupy kapitałowej w przypadku oferenta nie należącego do żadnej grupy kapitałowej?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza złożenie wraz z ofertą oświadczenia dot. braku przynależności do grupy kapitałowej pod warunkiem, że z jego treści będzie wynikało, że Wykonawca nie należy do żadnej grupy kapitałowej.

Pytanie 10**Dotyczy Zakresu nr 86 poz. nr 1**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie worka na wymioty o pojemności 1500-2000 ml, ze skalą pomiarową co 100 ml do 1500 ml i odstąpienie od wymogu dodatkowej skali do małych objętości. Producenci nie kuszą się o stosowanie większej dokładności skali niż co 100 ml, gdyż ta dokładność jest optymalna przy tego typu workach. Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie worków na wymioty o ww. parametrach, spełniających pozostałe wymogi SIWZ. Zamawiający odstępuje również od wymogu dodatkowej skali do małych objętości wymiocin.

Pytanie 11**Dotyczy Zakresu nr 96 poz. nr 1 i 2**

Prosimy o wyjaśnienie, co ma Zamawiający na myśli opisując iż oczekuje wykończenie rękawicy mankietem dopasowującym się do ręki?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający informuje, iż pisząc wykończenie rękawicy mankietem dopasowującym się do ręki ma na myśli mankiet przylegający do ręki.

Pytanie 12**Dotyczy Zakresu nr 96 poz. nr 1-2**

Czy nie zaszła omyłka pisarska w wymogu dostarczenia ilości próbek? Przy tak precyzyjnej ocenie jakości taka ilość próbek może być nie miarodajna.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający informuje, iż w ww. zakresie nie zaszła omyłka pisarska w ilości próbek. Zamawiający zmienia jednak zapis w kolumnie nr 1 w następujący sposób: „Zakres nr 96 - rękawice chirurgiczne (należy dołączyć próbki z pozycji nr 1, 2 i 3 w ilości: rękawice w rozmiarze 6,5 - 1 para, rękawice w rozmiarze 7,5 - 1 para)”

Pytanie 13**Dotyczy Zakresu nr 96 poz. nr 3**

Czy Zamawiający oczekuje rękawiczek chirurgicznych syntetycznych nie zawierających lateksu wykonanych z fleksylonu, bezpudrowych, z mankietem zakończonym rolowanym rantem o poziomie szczelności AQL 0,15?

Pragniemy dodać, że dla osób uczulonych zwykle stosuje się rękawice bezpudrowe.

Odpowiedź Zamawiającego:

Pytanie 14**Dotyczy Zakresu nr 96 poz. nr 3**

Czy nie zaszła oczywista omyłka pisarska, gdyż rękawice nie zawierające lateksu zwykle nie zawierają też protein, a w opisie widnieje zapis „o obniżonej zawartości protein”?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza również zaoferowanie rękawic niezawierających protein, spełniających pozostałe wymogi SIWZ.

Pytanie 15**Dotyczy Zakresu nr 107 poz. nr 1**

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie jako równoważne rękawiczek nitrylowych, bezpudrowych, bez protein lateksu, z przedłużonym mankietem, kształt uniwersalny, mankiet rolowany, teksturowanych na końcach palców, o długości całkowitej rękawicy 300mm +/-5mm, średniej grubości na palcu 0,15mm+/-0,01mm, na dłoni 0,12mm+/-0,01mm, na mankiecie 0,10mm+/-0,01mm. Średnia siła zrywu przed starzeniem 11,5N, po starzeniu 9,7N. Wydłużenie średnie przed starzeniem 770%, średnie po starzeniu 520%. AQL 1,5. Rękawice zgodne z Dyrektywą o środkach ochrony indywidualnej - PPE 89/686/EEC w kategorii I, zgodne z EN 374, EN 420, EN 388, EN 455 (1-3), przebadane na przenikanie substancji chemicznych i leków cytostatycznych zgodnie z EN 374-3 przez niezależne akredytowane laboratorium, oraz dołączenie na potwierdzenie spełniania wymogów raportów z wynikami badania laboratorium akredytowanego oraz karty danych technicznych na potwierdzenie parametrów rękawicy, dostępnych w rozmiarach S, M, L, XL.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 16**Dotyczy Zakresu nr 107 poz. nr 1**

Czy Zamawiający dopuści rękawice diagnostyczne wykonane z nitrylu, bezpudrowe, mankiet rolowany, w kolorze niebieskim, o sile zrywania przed starzeniem 11N. Lekko teksturowane z dodatkową teksturą na końcach palców o długości całkowitej min. 280mm, o grubości rękawic w palcach, mediana min. 0,14 mm, na dłoni mediana min. 0,10mm. Zgodne z EN 455-1, 2, 3, 4, EN 374-3. Zarejestrowane jako wyrób medyczny oraz środek ochrony indywidualnej kat. III. Pakowane po 100 szt. Rozmiary: S, M, L, XL.

Przebadane na przenikanie substancji chemicznych zgodnie z EN 374 i leków cytostatycznych zgodnie z ASTM D 6978-05 oraz przenikanie krwi syntetycznej zgodnie z normą ASTM F 1670

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 17**Dotyczy zapisów SIWZ**

Czy Zamawiający uzna za spełniony wymóg art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP, jeśli wykonawca, który nie należy do żadnej grupy kapitałowej, przedstawi stosowne oświadczenie wraz z ofertą.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza złożenie wraz z ofertą oświadczenia dot. braku przynależności do grupy kapitałowej pod warunkiem, że z jego treści będzie wynikało, że Wykonawca nie należy do żadnej grupy kapitałowej

Pytanie 18**Dotyczy Zakresu nr 60**

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie okularków o niżej podanych parametrach;

OKULARKI OCHRONNE do fototerapii noworodków 1 op. = min. 20 szt.; w trzech rozmiarach: zwykłe - ob. głowy 33-38cm (+/- 2cm), dla wcześniaków 26-32 cm (+/- 2cm), mikro 20-25cm (+/- 2cm); Okularki stosowane do fototerapii podczas leczenia żółtaczki, mocowane wokół głowy posiadające dwa niezależne punkty regulacji, zapobiegające przypadkowemu przesunięciu i umożliwiające precyzyjne dopasowanie do główki dziecka. Okularki: w kształcie litery Y, wykonane z jednego materiału zmniejszającego podrażnienia skóry, miłe w dotyku i wygodne dla główki i twarzy dziecka; chroniące oczy przed szkodliwym działaniem światła, nie zawierającego lateksu.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 19**Dotyczy Zakresu nr 72**

Zwracamy się z prośbą o wydzielenie z w/w pakietu pozycji nr 6 ,oraz utworzenie odrębnego pakietu.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 20**Dotyczy Zakresu nr 115**

Prosimy o dopuszczenie w pozycji nr 1- paskowe mocowanie , czapeczek o poniższych Obwodach głowy:

Kolor	Rozmiar	Obwód głowy
Biała	000	16-18
Szara	00	18-20
Różowa	0	20-22
Brązowa	1	22-24
Żółta	2	24-26
Niebieska	3	26-28
Złota	4	28-30
Zielona	5	30-32
Bordowa	6	32-34
Pomarańczowa	7	34-36
Ciemno zielona	8	36-38
Granatowa	9	38-40

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 21**Dotyczy Zakresu nr 115 poz. nr 2**

Prosimy o dopuszczenie w pozycji nr 2 – układ oddechowy do aparatu Infant Flow, Układu z generatorem o niżej podanych parametrach;

Jednorazowy układ oddechowy CPAP Infant Flow z podgrzewanym ramieniem wdechowym przystosowany do nawilżacza Fischer Paykel model MR850. układ oddechowy (średnica 10 mm na całości układu zarówno generator jak i układ oddechowy, rura karbowana).

Centrum Medyczne „Żelazna” sp. z o.o.

ul. Żelazna 90, 01-004 Warszawa

centrala 22 25 59 800, sekretariat 22 25 59 801, faks 22 25 59 913

szpital@szpitalzelazna.pl www.szpitalzelazna.pl

KRS 000044579 REGON 012103423 NIP 527-01-04-746 kapitał zakładowy: 1 000 000,00 zł

Odcinek wdechowy jednorazowego użytku, podgrzewany, posiadający spiralną grzałkę w drenie na linii wdechowej, kolor niebieski o długości 110 cm, Ø wew. 10 mm, zakończony z jednej strony końcówką na komorę nawilżacza Ø wew. 22 mm zespoloną z portem do czujnika temperatury o średnicy 7,6 mm z wycięciem pozycjonującym oraz gniazdem podgrzewania węża w kształcie koniczynki (do MR850) z drugiej strony końcówką rozłączną dwudrożną łączącą dopływ gazów oddechowych i linie pomiaru ciśnienia proxymalnego z generatorem.

W odległości ok. 40 cm od tej końcówki wmontowane złącze typu T do pomiaru temperatury gazów oddechowych za pomocą czujnika o średnicy 7,6 mm.

Odcinek pomiarowy do proxymalnego pomiaru ciśnienia w drogach oddechowych zakończony końcówką cylindryczno-stożkową

Odcinek łączący nawilżacz z respiratorem, mm z odejściem Luer-lock do prowadzenia pomiarów

Generator umożliwiający podłączenie noworodka do układu oddechowego, linia wydechowa połączona z generatorem poprzez przegub obrotowy, mocowany do czapki za pomocą tasemek.

Kończówka donosowa łącząca generator z noworodkiem, 3 szt. w komplecie w różnych rozmiarach.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 22

Dotyczy Zakresu nr 115 poz. nr 3

Pytanie 5 do pakietu nr 115

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w pozycji nr 3 – maska nosowa ,maseczki w rozmiarach S, M, L, XL.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 23

Dotyczy Zakresu nr 8 poz. nr 1

Czy kupujący wyraża zgodę na zastosowanie czujników, które na opakowaniu posiadają opis zastosowanej technologii (Nellcor OxiMax)? Ile dodatkowych opasek piankowych ma być dołączanych do czujnika/opakowania czujników?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. Zamawiający do każdego czujnika wymaga dodatkowej taśmy (opaski) zamiennie z gąbki kompatybilnej z zaoferowanymi czujnikami.

Pytanie 24

Dotyczy Zakresu nr 8 poz. nr 2

Czy kupujący wyraża zgodę na zastosowanie czujników, które na opakowaniu posiadają opis zastosowanej technologii (Nellcor OxiMax)?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 25

Dotyczy Zakresu nr 119 poz. nr 1

Czy Zamawiający wyraża zgodę na zastosowanie czujników, które na opakowaniu posiadają opis zastosowanej technologii (M-Tech)? Czy kupujący wyraża zgodę na zastosowanie czujników o dł. ok. 90 cm? Ile dodatkowych taśm zamiennych ma być dołączanych do czujnika/opakowania czujników? Prosimy o potwierdzenie, czy urządzenia są kompatybilne z czujnikami w technologii Masimo LNOP.

Centrum Medyczne „Żelazna” sp. z o.o.

ul. Żelazna 90, 01-004 Warszawa

centrala 22 25 59 800, sekretariat 22 25 59 801, faks 22 25 59 913

szpital@szpitalzelazna.pl www.szpitalzelazna.pl

KRS 000044579 REGON 012103423 NIP 527-01-04-746 kapitał zakładowy: 1 000 000,00 zł

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie czujników, które na opakowaniu posiadają opis zastosowanej technologii (M-Tech), oraz posiadają długość ok. 90 cm pod warunkiem, iż zaoferowane czujniki spełniają pozostałe wymogi SIWZ. Zamawiający potwierdza również, iż urządzenia wymienione w pozycji nr 1 są kompatybilne z czujnikami w technologii Masimo LNOP.

Zamawiający do każdego czujnika wymaga dodatkowej taśmy (opaski) zamiennej z gąbki kompatybilnej z zaoferowanymi czujnikami.

Pytanie 26**Dotyczy Zakresu nr 119 poz. nr 2**

Czy kupujący wyraża zgodę na zastosowanie czujników, które na opakowaniu posiadają opis zastosowanej technologii (M-Tech)?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 27**Dotyczy Zakresu nr 69**

Prosimy o podanie numerów katalogowych dotychczas użytkowanych przetworników.

Odpowiedź Zamawiającego:

Dotychczas użytkowane przetworniki posiadały następujące numery katalogowe:

- Przetwornik do inwazyjnego pomiaru ciśnienia krwi dla dorosłych: AB-0023
- Przetwornik pediatryczny do inwazyjnego pomiaru ciśnienia – AF-0123

Pytanie 28**Dotyczy Zakresu nr 4 poz. nr 3**

Czy Zamawiający dopuści cewniki Foley z balonem o pojemności 5-10ml?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza cewniki o ww. parametrach, spełniające pozostałe wymogi SIWZ.

Pytanie 29**Dotyczy Zakresu nr 4 poz. nr 5**

Czy Zamawiający dopuści cewniki Foley wykonane w 100% z silikonu?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza cewniki o ww. parametrach, spełniające pozostałe wymogi SIWZ.

Pytanie 30**Dotyczy Formularza ofertowego**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na usunięcie z FO oraz FC pakietów które nie dotyczą Wykonawcy? Pozytywna odpowiedź ułatwi sporządzenie oferty i znacznie ograniczy jej objętość.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 31**Dotyczy § 6 ust. 4 Projektu Umowy**

Należy nadmienić, iż wskazany w w/w postanowieniu umownym termin 3dni na uzupełnienie braków ilościowych jest z obiektywnych przyczyn (logistyka i transport) terminem zbyt krótkim, co w praktyce może prowadzić do niemożliwości wywiązania się przez Wykonawcę z nałożonego obowiązku.

Centrum Medyczne „Żelazna” sp. z o.o.

ul. Żelazna 90, 01-004 Warszawa

centrala 22 25 59 800, sekretariat 22 25 59 801, faks 22 25 59 913

szpital@szpitalzelazna.pl www.szpitalzelazna.pl

KRS 000044579 REGON 012103423 NIP 527-01-04-746 kapitał zakładowy: 1 000 000,00 zł

Wykonawca zwraca się z prośbą o wydłużenie przedmiotowego terminu do 5 (pięciu) dni.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 32

Dotyczy § 9 ust. 1 Projektu Umowy

Wnosimy o modyfikację zapisu na:

„ ... w przypadku dwukrotnego, kolejnego, w okresie trzech miesięcy, dostarczenia przez Wykonawcę towaru złej jakości lub ze zwłoką....”

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 33

Dotyczy Zakresu nr 1

Czy Zamawiający w pakiecie 1 pozycji 1, 2 i 3 wymaga aby cewnik do cewnikowania żyły pępowinowej posiadał kranik trójdrożny?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie cewników do cewnikowania żyły pępowinowej o ww. parametrach, spełniających pozostałe wymogi SIWZ.

Pytanie 34

Dotyczy Zakresu nr 42

Czy Zamawiający w pakiecie 42 pozycji 1 dopuści igłę w rozmiarze 21 G o długości 100 mm?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 35

Dotyczy Zakresu nr 59

Czy Zamawiający w pakiecie 59 pozycji 1 dopuści zamknięty system bezigłowy, posiadający wbudowany w obudowę mechanizm sprężynowy zapewniający po użyciu automatyczne, szczelne zamknięcie membrany (zapewnia szczelność przed, w czasie i po użyciu), objętość wypełnienia 0,02 ml nieprzeźroczysty, zapobiega cofaniu się krwi i leków do drenu, łatwa i optymalną dezynfekcja membrany wykonanej z silikonu wszystkimi stosowanymi środkami w szpitalach. Prosty tor przepływu, jałowy, może być używany przez 7 dni lub 720 aktywacji. System nie zawiera ftalanów, latexu, pirogenów, oraz produktów pochodzenia odzwierzęcego może być używany w tomografii komputerowej oraz rezonansie magnetycznym. O przepływie max. Ok. 600 ml/min. Kompatybilny ze wszystkimi lekami dostępnymi na rynku, krwią, cytostatykami, lipidami?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 36

Dotyczy Zakresu nr 59

Czy Zamawiający w pakiecie 59 pozycji 2 dopuści aparat do pobierania płynów z butelek - typu Mini-Spike Plus nie posiadający zastawki, zachowując przy tym pozostałe parametry?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 37**Dotyczy Zakresu nr 4 poz. nr 1-8**

Czy zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji od 1 do 8 z zadania 4 i stworzy osobny pakiet. Pozwoli to zamawiającemu na składanie ofert konkurencyjnych jak również przełoży się na efektywne zarządzanie środkami publicznymi.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 38**Dotyczy Zakresu nr 48**

Czy Zamawiający, w zakresie 48, dopuści złożenie oferty z foliami operacyjnymi o wymiarach powierzchni klejącej nieznacznie odbiegających od wymaganych w SIWZ tj. 24x40cm, spełniającymi pozostałe wymagania SIWZ?

Zgoda Zamawiającego na pytania umożliwi naszej firmie przystąpienie do przetargu na zasadzie wolnej konkurencji oraz zaoferowanie najwyższej jakości wyrobów medycznych produkcji hiszpańskiej firmy IHT, której jesteśmy bezpośrednim przedstawicielem na rynek polski, natomiast Zamawiającemu wybór oferty spośród ich większej ilości, co będzie korzystne dla Zamawiającego ze względów ekonomicznych

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 39**Dotyczy Zakresu nr 66 i 67**

Czy Zamawiający wymaga w przedmiocie zamówienia (zakres nr 66, 67):

Przedłożenia kart produktowy / kart technicznych, wystawionych przez producenta, które będą jawne dla Zamawiającego oraz innych ewentualnych wykonawców i staną się potwierdzeniem wymogów zawartych w SIWZ? Należy nadmienić, że karta produktowa / techniczna stwierdza obecność wszystkich elementów składowych produktu, jak również posiada zapis mówiący o poziomie chłonności produktu, zbadany według standardów normy ISO 11948.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 40**Dotyczy Zakresu 66 poz. nr 1**

Czy Zamawiający w przedmiocie zamówienia (zakres nr 66, pozycja 1) wskazując:

„*Pieluchomajtki dla dorosłych typu super seni*” wymaga produktów oddychających na całej powierzchni produktu posiadających: co najmniej jeden ściągacz taliowy (np. ściągacz taliowy tylny oraz elastyczne boki produktu wraz z elastycznymi zapięciami, co odpowiada działaniu przedniego ściągacza taliowego, dzięki czemu produkt idealnie dopasowuje się do ciała pacjenta), przylepcorzepty wielokrotnego użytku, pełnowartościowy wskaźnik chłonności w postaci co najmniej jednego paska zmieniającego kolor pod wpływem moczu, o chłonności co najmniej 2750 g(wg normy ISO 11948-1), o maksymalnym obwodzie produktu co najmniej 150 cm?

Należy nadmienić, że używanie w SIWZ nazw własnych dla wyrobów medycznych (kategoria I) jest niezgodne z PZP. Nazwa własna wskazuje na konkretnego producenta produktów chłonnych, tym samym ogranicza uczciwą konkurencję. Z Naszych doświadczeń wynika, że takie działanie, powoduje, iż finalna oferta jest wyższa o około 30% od oferty na te same produkty, niż w sytuacji, gdy są dopuszczeni inni wykonawcy. Taka sytuacja negatywnie wpływa na budżet finansowy Zamawiającego. Dopuszczenie produktów innych producentów, w tym produktów TENA oraz ustanowienie minimalnych szczegółowych wymogów odnośnie produktów chłonnych, daje możliwość

Centrum Medyczne „Żelazna” sp. z o.o.

ul. Żelazna 90, 01-004 Warszawa

centrala 22 25 59 800, sekretariat 22 25 59 801, faks 22 25 59 913

szpital@szpitalzelazna.pl www.szpitalzelazna.pl

KRS 000044579 REGON 012103423 NIP 527-01-04-746 kapitał zakładowy: 1 000 000,00 zł

zapropnowania Zamawiającemu konkurencyjnej oferty, co w trakcie trwania umowy, przełoży się na oszczędności. Jednocześnie mają Państwo gwarancje utrzymania najwyższego standardu opieki nad chorym.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 41

Dotyczy Zakresu nr 66 poz. nr 1

Czy Zamawiający wymaga w przedmiocie zamówienia (zakres nr 66; pozycja 1):

Pieluchomajtek dla dorosłych posiadających co najmniej jeden ściągacz taliowy i ustanowi to jednocześnie jako wymóg minimalny? Zastosowanie w pieluchomajtkach minimum jednego ściągacza taliowego, pozwala na idealne dopasowanie produktu do ciała pacjenta, co wpływa na komfort osoby potrzebującej pomocy. Dopasowanie produktu przekłada się na brak wycieków zawartości pieluchomajtki, co przekłada się na komfort pracy personelu: zmniejszenie czasu pracy przy jednym pacjencie, zmniejszenie ilości zmian produktu na NTM oraz pozwala zaoszczędzić koszty związane z usługami prania pościeli. Mamy świadomość oraz informację, że w ostatnim czasie na rynku pojawiły się produkty chłonne, które są rekomendowane dla osób z ciężkim NTM, a w praktyce są to tylko odpowiedniki imitujące produkty o najwyższych standardach (obniżony poziom chłonności, brak ściągacza taliowego, brak wyraźnego wskaźnika chłonności). Posiadamy również informację z instytucji, które zgodziły się na dostawę tego rodzaju produktów, że produkty te w żaden sposób nie sprawdzają się w warunkach szpitalnych. Brak odpowiedniego poziomu chłonności oraz podstawowych systemów zabezpieczeń uniemożliwia skuteczne zabezpieczenie chorego.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 42

Dotyczy Zakresu nr 66 poz. nr 1

Czy Zamawiający dopuści w przedmiocie zamówienia (zakres nr 66; pozycja 1): pieluchomajtki Tena Slip Plus Large, które są odpowiednikiem produktów zapisanych w SIWZ – posiadają co najmniej takie same parametry oraz cechy produktowe? Dopuszczenie produktów innych producentów, w tym produktów TENA, daje możliwość zapropnowania Zamawiającemu konkurencyjnej oferty, co w trakcie trwania umowy, przełoży się na oszczędności. Jednocześnie mają Państwo gwarancje utrzymania najwyższego standardu opieki nad chorymi. Należy również nadmienić, że używanie w SIWZ nazw własnych dla wyrobów medycznych (kategoria I) jest niezgodne z PZP.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie pieluchomajtek o ww. parametrach, spełniających pozostałe wymagania SIWZ.

Pytanie 43

Dotyczy Zakresu nr 66 poz. nr 2

Czy Zamawiający wymaga w przedmiocie zamówienia (zakres nr 66; pozycja 2): złożenia oferty na podkłady higieniczne o chłonności co najmniej 590 ml?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie podkładów o ww. parametrach, spełniających pozostałe wymagania SIWZ.

Pytanie 44**Dotyczy Zakresu nr 67**

Czy Zamawiający wymaga w przedmiocie zamówienia (zakres nr 67): złożenia oferty na podkład higieniczny o wymiarach 60 x 90 cm, z wkładem chłonnym o rozmiarze co najmniej 85 x 55 cm i poziomem chłonności 1750 g? Mamy świadomość oraz informacje, że w ostatnim czasie na rynku pojawiły się produkty chłonne, które są rekomendowane dla osób z ciężkim NTM, a w praktyce są to tylko odpowiedniki imitujące produkty o najwyższych standardach obniżony poziom chłonności. Posiadamy również informację z Instytucji, które zgodziły się na dostawę tego rodzaju produktów, że produkty te w żaden sposób nie sprawdzają się w warunkach szpitalnych. Brak odpowiedniego poziomu chłonności oraz podstawowych systemów zabezpieczeń uniemożliwia skuteczne zabezpieczenie chorego.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie podkładu o ww. parametrach, spełniającego pozostałe wymagania SIWZ.

Pytanie 45**Dotyczy Zakresu nr 58**

Czy Zamawiający w Zadaniu 58 dopuści sterylne butelki do zbierania siary o pojemności 45 ml, pakowane po 10 szt., spełniające pozostałe cechy zawarte w opisie przedmiotu zamówienia?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 46**Dotyczy Zakresu nr 126**

Czy Zamawiający w Zadaniu 126 dopuści sterylne butelki pojemności 80 ml, pakowane w małe, higieniczne opakowania po 24 szt., spełniające pozostałe cechy zawarte w opisie przedmiotu zamówienia?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 47**Dotyczy Zakresu nr 58 i 126**

Czy Zamawiający w zakresie nr 58 i 126, dopuści sterylne butelki do zbierania, przechowywania, mrożenia, pasteryzacji i podaży pokarmów noworodkom, które nie są wyrobami medycznymi w rozumieniu ustawy o wyrobach medycznych, posiadające certyfikat ISO, deklarację potwierdzającą brak użycia tlenu etylenu w procesie produkcji prowadzącej do sterylności zgodnie z Farmakopeą Europejską, brak BPA, światowe deklaracje gwarantujące bezpieczeństwo użytkowania i dopuszczenie do kontaktu z żywnością w Polsce i na świecie

Ustawa o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 z późniejszymi zmianami (tekst jednolity Dz. U. 2017 r., poz. 211) nie klasyfikuje smoczków i butelek przeznaczonych do podaży pokarmów noworodkom i niemowlętom. Ponadto Dziennik Ustaw z dnia 26 maja 2015, poz 876, Rozdział 1, Przepisy ogólne, punkt 33 definiuje- wyposażenie wyrobu medycznego (nawet jeżeli Zamawiający chciałaby zastosować zaproponowane butelki do smoczków, w zestawie np. z laktatorem, innymi wyrobami medycznymi i produktami leczniczymi np. mleko modyfikowane, odżywki, diety, preparaty lecznicze) - artykuł który, nie będąc wyrobem medycznym, jest specjalnie przeznaczony przez wytwórcę do stosowania łącznie z wyrobem medycznym, czyli posiada dokumenty potwierdzające przeznaczenie do użytkowania w celu umożliwienia jego używania zgodnie z przewidzianym zastosowaniem

Ponadto Dz. U. z 2015 r. poz 1918 w całości odnosząca się wyłącznie do wyrobów medycznych, zwraca uwagę na kwestie związane z zasadnością nadawania statusu wyrobów medycznych. W związku z tym,

Centrum Medyczne „Żelazna” sp. z o.o.

ul. Żelazna 90, 01-004 Warszawa

centrala 22 25 59 800, sekretariat 22 25 59 801, faks 22 25 59 913

szpital@szpitalzelazna.pl www.szpitalzelazna.pl

KRS 000044579 REGON 012103423 NIP 527-01-04-746 kapitał zakładowy: 1 000 000,00 zł

że wiele produktów obecnie posiadających status wyrobu medycznego uzyskały ten status niesłusznie/omyłkowo, na co zwraca szczególną uwagę Prezes URPL w pozycji 1918 i jest ryzyko wystąpienia incydentu medycznego, zostały wprowadzone zamiany zaostrzające zasady dopuszczania i stosowania, ale wyłącznie wyrobów medycznych w rozumieniu Ustawy o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 z późniejszymi zmianami, ale nie w stosunku do wszystkiego co w Polsce zostało dopuszczone do obrotu szpitalnego, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie butelek o ww. parametrów, spełniających pozostałe wymogi SIWZ.

Pytanie 48

Dotyczy Zakresu nr 139

Czy Zamawiający w Zakresie nr 139 dopuści sterylne smoczki dla noworodków donoszonych i wcześniaków, różniące się wielkością części wewnątrzustnej, kształtem (proste i anatomiczne), trójp przepływowe i jednoprzepływowe, wykonane z miękkiego, elastycznego, naturalnego lateksu, posiadające międzynarodowy certyfikat „Niskiej Alergenności” wg klasyfikacji Palosuo et al, proteiny lateksu poniżej poziomu wykrywalności?

Czy Zamawiający w Zakresie nr 139 dopuści sterylne smoczki, które nie są wyrobami medycznymi w rozumieniu ustawy o wyrobach medycznych, posiadające certyfikat ISO, deklarację potwierdzającą brak użycia tlenu etylenu w procesie produkcji prowadzącej do sterylności zgodnie z Farmakopeą Europejską, brak BPA, światowe deklaracje gwarantujące bezpieczeństwo użytkowania dla noworodków przedwcześnie urodzonych o różnej wadze urodzeniowej i gotowości do podejmowania funkcji pokarmowych, noworodków donoszonych.

Ustawa o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 z późniejszymi zmianami (tekst jednolity Dz. U. 2017 r., poz. 211) nie klasyfikuje smoczków i butelek przeznaczonych do podażi pokarmów noworodkom i niemowlętom. Ponadto Dziennik Ustaw z dnia 26 maja 2015, poz 876, Rozdział 1, Przepisy ogólne, punkt 33 definiuje- wyposażenie wyrobu medycznego (nawet jeżeli Zamawiający chciałaby zastosować zaproponowane butelki do smoczków, w zestawie np. z laktatorem, innymi wyrobami medycznymi i produktami leczniczymi np. mleko modyfikowane, odżywki, diety, preparaty lecznicze) - artykuł który, nie będąc wyrobem medycznym, jest specjalnie przeznaczony przez wytwórcę do stosowania łącznie z wyrobem medycznym, czyli posiada dokumenty potwierdzające przeznaczenie do użytkowania w celu umożliwienia jego używania zgodnie z przewidzianym zastosowaniem

Ponadto Dz. U. z 2015 r. poz 1918 w całości odnosząca się wyłącznie do wyrobów medycznych, zwraca uwagę na kwestie związane z zasadnością nadawania statusu wyrobów medycznych. W związku z tym, że wiele produktów obecnie posiadających status wyrobu medycznego uzyskały ten status niesłusznie/omyłkowo, na co zwraca szczególną uwagę Prezes URPL w pozycji 1918 i jest ryzyko wystąpienia incydentu medycznego, zostały wprowadzone zamiany zaostrzające zasady dopuszczania i stosowania, ale wyłącznie wyrobów medycznych w rozumieniu Ustawy o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 z późniejszymi zmianami, ale nie w stosunku do wszystkiego co w Polsce zostało dopuszczone do obrotu szpitalnego, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 49**Dotyczy Zakresu nr 19**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie do zaferowania Żelu o składzie w 100 g - Lidocaine 2g, Chlorhexidine Digluconate (roztwór 20%) 0,05g, Hydroxyethyl Cellulose, Methyl Hydroxybenzoate 0,10 g, Propyl Hydroxybenzoate 0,05g, Purified Water, Mono Propylen Glycol.

Pojemność 11ml.

Sterylny, rozpuszczalny w wodzie, niedrażniący, hypoalergiczny żel do smarowania cewki moczowej oraz wyrobów medycznych. Zapobiega urazom, które mogą wystąpić w czasie cewnikowania lub aplikacji innych urządzeń medycznych między błonę śluzową cewki moczowej i cewnik lub urządzenia medyczne przez efekt smarowania.

Zmniejsza ryzyko zakażenia dzięki właściwościom antyseptycznym.

Skład żelu podany jest na każdym bezpośrednim opakowaniu ampułkostrzykawki.

Opakowanie 25 sztuk.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 50**Dotyczy Zakresu nr 21 poz. nr 1**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie do zaferowania niesterylnych kieliszków jednorazowych, jak dotychczas stosowane u Państwa w placówce.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 51**Dotyczy Zakresu nr 21 poz. nr 3**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie do zaferowania Szpatułek sterylnych, pakowanych pojedynczo. Na rynku występują tylko szpatułki sterylne (pojedynczo pakowane) i niesterylne (100 szt. w opakowaniu zbiorczym – luzem).

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza zaferowanie szpatułek sterylnych, pakowanych pojedynczo, spełniających pozostałe wymogi SIWZ.

Pytanie 52**Dotyczy Zakresu nr 21 poz. nr 3**

Prosimy Zamawiającego o wyrażenie zgody na zaferowanie szpatułek pojedynczo pakowanych, w opakowaniu zbiorczym a`100 szt. z przeliczeniem na 22 opakowania a`100 szt.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza zaferowanie szpatułek pakowanych jak powyżej, spełniających pozostałe wymogi SIWZ.

Pytanie 53**Dotyczy Zakresu nr 28 poz. nr 1**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie do zaferowania Pojemnik na zużyte igły o pojemności 0,7l, wykonany z tworzywa (polipropylen) w kolorze czerwonym, wytrzymały na przypadkowe przekłucie, wyposażony w szczelnie zamykaną pokrywę, wklęsły otwór wrzutowy 80/55mm. Wyposażony w dodatkowe zabezpieczenie, umożliwiające całkowite zamknięcie pojemnika po jego zapełnieniu – wskaźnik otwarcia / zamknięcia. Otwór wrzutowy wyposażony w wycięcia ułatwiające oddzielenie igły od strzykawki. Wysokość całkowita 121 mm. Pojemnik typu wiadro.

Centrum Medyczne „Żelazna” sp. z o.o.

ul. Żelazna 90, 01-004 Warszawa

centrala 22 25 59 800, sekretariat 22 25 59 801, faks 22 25 59 913

szpital@szpitalzelazna.pl www.szpitalzelazna.pl

KRS 0000445779 REGON 012103423 NIP 527-01-04-746 kapitał zakładowy: 1 000 000,00 zł

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 54**Dotyczy Zakresu nr 28 poz. nr 2**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie do zaoferowania Pojemnik na zużyte igły o pojemności 1,0l, wykonany z tworzywa (polipropylen) w kolorze czerwonym, wytrzymały na przypadkowe przekłucie, wyposażony w szczelnie zamykaną pokrywę, otwór wrzutowy 70/100mm. Otwór wrzutowy wyposażony w wycięcia ułatwiające oddzielenie igły od strzykawki, wyposażony w dodatkowe paski utrudniające wydostanie się zawartości pojemnika na zewnątrz, możliwość wyłamania pasków w celu powiększenia otworu wrzutowego. Wysokość całkowita 120 mm. Pojemnik typu wiadro.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 55**Dotyczy Zakresu nr 31**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie do zaoferowania Prześcieradła jednorazowego na fotel w rolce z 2 warstwowej celulozy, pakowane w folię, długość 50m, gramatura 2x18g/m², perforacja co 38 cm, z widoczną linią perforacji, szerokość 50cm. Miękkie, właczane, doskonale izoluje i wchłania wilgoć, co zapewnia pacjentowi komfort oraz higienę.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 56**Dotyczy Zakresu nr 31**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie do zaoferowania Prześcieradła jednorazowego na fotel w rolce z 2 warstwowej celulozy, pakowane w folię, długość 50m, gramatura 2x17g/m², perforacja co 38 cm, z widoczną linią perforacji, szerokość 39 cm. Miękkie, właczane, doskonale izoluje i wchłania wilgoć, co zapewnia pacjentowi komfort oraz higienę.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 57**Dotyczy Zakresu nr 32**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie do zaoferowania Prześcieradła jednorazowego w rolce z 2 warstwowej 100% celulozy, kolor biały, z widoczną linią perforacji, perforacja co 38cm, szerokość 50cm, gramatura 2x20 g/m², pakowane pojedynczo w folię.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie prześcieradła o ww. parametrach, spełniającego pozostałe wymogi SIWZ.

Pytanie 58**Dotyczy Zakresu nr 37 poz. nr 4**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie do zaoferowania Drenu do podawania tlenu przez nos dla dorosłych wykonanego w całości z medycznego PVC, posiadający bardzo miękkie końcówki o gładkich zakończeniach.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie drenu o ww. parametrach, spełniającego pozostałe wymogi SIWZ.

Pytanie 59**Dotyczy Zakresu nr 48**

Prosimy o potwierdzenie, czy Zamawiający wymaga zaoferowania Folia Chirurgicznej zgodnej z poniższym opisem:

Zapobiegają migracji bakteryjnej i zapewniają sterylną powierzchnię pola operacyjnego. Umożliwiają dotyk skóry bez obawy o skażenie sterylnych rękawiczek, narzędzi i materiałów.

Folia wykonana z polietylenu, są cienkie, o grubości 0,05 mm, sterylizowana radiacyjnie.

Właściwości:

- wykonana z polietylenu
- matowa
- antystatyczna
- elastyczna
- półprzepuszczalna
- hypoalergiczna
- z klejem akrylowym
- paroprzepuszczalność (MVTR) <400g/m²/24h
- z systemem bezpiecznej aplikacji ze znacznikiem uwolnienia linera

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 60**Dotyczy Zakresu nr 55 poz. nr 1**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie do zaoferowania Żelu do EKG o pojemności 260g.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie żelu o ww. parametrach, spełniającego pozostałe wymogi SIWZ.

Pytanie 61**Dotyczy Zakresu nr 55 poz. nr 2**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie do zaoferowania Żelu do USG / KTG o pojemności 500g.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie żelu o ww. parametrach, spełniającego pozostałe wymogi SIWZ.

Pytanie 62**Dotyczy Zakresu nr 67**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie do zaoferowania podkładów konfekcjonowanych w opakowaniach a`30 szt. z przeliczeniem ilości na 320 op. a`30 szt.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie podkładów konfekcjonowanych jak powyżej, spełniających pozostałe wymogi SIWZ.

Pytanie 63**Dotyczy Zakresu nr 88**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie do zaoferowania Serwety pod pośladki, zgodnej z poniższym opisem:

Sterylny, jednorazowego użytku, materiał dwuwarstwowy, chłonny na całej powierzchni, opakowanie zewnętrzne typu folia-papier, cztery naklejki z kodem kreskowym, nazwą produktu, numerem katalogowym, nr serii, datą ważności i informacją o producencie, gramatura 62g/m², zgodność z normą PN-EN 13795

Skład

1 serweta o wymiarach 100cm x 110cm, ze zbiornikiem na płyny w kształcie trójkąta, wyposażonym w separator części stałych od płynnych, kształtkę (szywnik) pozwalającą na wyprofilowanie otworu wlotowego, taśmę lepłą (2,5x60cm) oraz zawór do odprowadzania płynów.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 64

Dotyczy Zakresu nr 91

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie do zaoferowania spódnicy ginekologicznej w kolorze zielonym, pozostałe wymagania zgodne z SIWZ.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie spódnicy ginekologicznej o ww. parametrach, spełniającej pozostałe wymogi SIWZ.

Pytanie 65

Dotyczy Zakresu nr 138

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie do zaoferowania Prześcieradła jednorazowego fizelinowego z gumką w rozmiarze długość 195-210 cm x szerokość 60-80 cm w kolorze zielonym.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 66

Dotyczy Zakresu nr 119 poz. nr 1

Czy Zamawiający dopuści czujniki o długości 90 cm?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie czujnika o długości 90 cm, spełniającego pozostałe wymogi SIWZ.

Pytanie 67

Dotyczy Zakresu nr 129

Czy Zamawiający wymaga łyżek jednorazowych wykonanych z niemagnetycznego, lekkiego stopu metalu?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 68

Dotyczy Zakresu nr 62 poz. nr 1

Prosimy o dopuszczenie jako równoważnego układu oddechowego z dodatkową rurą do podłączenia worka oddechowego zakończoną złączem pasującym do worka z zestawu z zachowaniem wszystkich pozostałych zapisów SIWZ.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 69**Dotyczy Zakresu nr 81**

Prosimy o dopuszczenie jako równoważnego resuscytatora jednorazowego użytku dla pacjentów o wadze ciała do 10kg, z maską twarzą z powietrznym mankietem rozmiar 0, o maksymalnej objętości oddechowej 150ml, z zaworem ograniczającym ciśnienie 40cm H₂O, z rezerwuarem tlenu w postaci worka o objętości 300ml, ze złączem umożliwiającym podłączenie manometru do monitorowania ciśnienia w drogach oddechowych podczas wentylacji, z możliwością podłączenia zaworu PEEP na zaworze pacjenta bez potrzeby stosowania dodatkowych złączek, z zastawką ciśnienia dodatniego pakowaną osobno.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie resuscytatora o ww. parametrach w komplecie z zastawką ciśnienia dodatniego. Zamawiający wymaga worka AMBU i zastawkę ciśnienia dodatniego PEEP jako komplet, z tym że zastawka może być pakowana osobno.

Pytanie 70**Dotyczy par. 3 ust. 1 Projektu Umowy**

Prosimy o zmianę terminu płatności na 30 dni licząc od dnia prawidłowo wystawionej faktury VAT.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 71**Dotyczy par. 4 ust. 1 Projektu Umowy**

Prosimy o zmianę terminu dostaw na maksymalnie 5 dni roboczych.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 72**Dotyczy par. 4 ust. 5 Projektu Umowy – dotyczy Zakresu nr 35**

Czy Zamawiający dopuści dostarczenie towaru zgodnie z zasadami obowiązującymi w firmach przewozowych tzw. burta-burta (system doręczeń przesyłek, w którym kurier ma obowiązek załadowania i wyładowania przesyłki z samochodu i ustawienia jej na podłożu)?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 73**Dotyczy par. 4 ust. 5 Projektu Umowy – dotyczy zakresu nr 35**

Prosimy o wyjaśnienie do ilu pomieszczeń wskazanych przez pracowników Zamawiającego ma być wniesiony towar z zakresu nr 35.

Odpowiedź Zamawiającego:

Towar z zakresu nr 35 ma zostać wniesiony do jednego pomieszczenia w budynku B.

Pytanie 74**Dotyczy par. 4 ust. 5 Projektu Umowy – dotyczy zakresu nr 118**

Prosimy o wyjaśnienie do ilu pomieszczeń wskazanych przez pracowników Zamawiającego ma być wniesiony towar z zakresu nr 118.

Odpowiedź Zamawiającego:

Towar z zakresu nr 35 ma zostać wniesiony do jednego pomieszczenia w budynku B.

Pytanie 75**Dotyczy par. 4 ust. 5 Projektu Umowy**

Prosimy o określenie kondygnacji pomieszczeń, do których należy wnieść towar – parter, piętro, piwnica itp. ?

Odpowiedź Zamawiającego:

Pomieszczenia Zamawiającego, do których należy wnieść towar mieszczą się na parterze i w piwnicy.

Pytanie 76**Dotyczy par. 5 ust. 2 Projektu Umowy**

Prosimy o uzależnienie możliwości przedłużenia czasu obowiązywania umowy, w przypadku niezrealizowania całości zamówienia w okresie 12 miesięcy, od wyrażenia zgody przez wykonawcę. W przypadku odpowiedzi odmownej na ww. pytanie, prosimy o ustalenie czasu, o który może zostać przedłużona umowa na maksymalnie 6 miesięcy. Byłby to termin wystarczający do przeprowadzenia niezbędnych procedur przetargowych przez Zamawiającego.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający w następujący sposób modyfikuje brzmienie par. 5 ust. 2:

„Termin obowiązywania umowy może ulec skróceniu w sytuacji wyczerpania przez Zamawiającego pełnej wartości Zakresu (pakietu) lub za zgodą Stron wydłużeniu w sytuacji niewyczerpania przez Zamawiającego pełnej wartości umowy określonej w §2 ust. 1 w terminie oznaczonym w §5 ust. 1.”

Pytanie 77**Dotyczy Zakresu nr 118 poz. nr 1**

Prosimy o dopuszczenie ww. pozycji elektrod EKG dla noworodków z przewodem o długości 50 cm, kwadratowych z zaokrąglonymi bokami o rozmiarze 23 x 23 mm, na włókninie, pozostałe parametry pozostaną bez zmian.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 78**Dotyczy Zakresu nr 49**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie pokrowca w rozm. 13x235cm?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 79**Dotyczy Zakresu nr 68**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie serwet w rozm. 80x45cm, o gramaturze min. 35g/m², w kolorze niebieskim?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 80**Dotyczy Zakresu nr 88**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie serwet o gramaturze min. 56g/m²?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 81**Dotyczy Zakresu nr 113**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie ochraniaczy w kolorze niebieskim?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 82**Dotyczy Zakresu nr 8 poz. nr 1**

Prosimy o dopuszczenie czujników dla pacjentów o zakresie wagowym <3kg i >30 kg,

Prosimy o odstąpienie od wymogu nadrukowania logo producenta na czujniku w przypadku gdy informacja ta znajduje się na opakowaniu jednostkowym czujnika

Prosimy o odstąpienie od wymogu dodatkowych taśm zamiennych z gąbki

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie czujników dla pacjentów o zakresie wagowym <3kg i >30 kg, spełniających pozostałe wymogi SIWZ.

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie czujnika bez nadrukowanego logo producenta na czujniku w przypadku gdy informacja ta znajduje się na opakowaniu jednostkowym czujnika.

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ dotyczące dodatkowych taśm zamiennych z gąbki.

Pytanie 83**Dotyczy Zakresu nr 8 poz. nr 2**

Prosimy o odstąpienie od wymogu nadrukowania logo producenta na czujniku w przypadku gdy informacja ta znajduje się na opakowaniu jednostkowym czujnika

Prosimy o określenie czy czujniki mają posiadać złącze DB9 (kształt trapezu) czy D-sub (kształt podkowy)

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie czujnika bez nadrukowanego logo producenta na czujniku w przypadku gdy informacja ta znajduje się na opakowaniu jednostkowym czujnika.

Zamawiający informuje również, iż urządzenia Zamawiającego posiadają złącze w kształcie trapezu.

Pytanie 84**Dotyczy Zakresu nr 60**

Prosimy o dopuszczenie okularów w kształcie litery „Y” z regulowanym zapięciem na rzep, spełniających pozostałe wymogi

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 85**Dotyczy Zakresu nr 129**

Prosimy o podanie, czy chodzi o łyżki typu McIntosh? Prosimy o dopuszczenie łyżek z tworzywa.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający modyfikuje opis przedmiotu zamówienia dodając wymóg zaoferowania łyżki typu Macintosh o rozmiarach 3 i 4. Pozostałe wymogi SIWZ bez zmian.

Pytanie 86**Dotyczy Zakresu nr 35 poz. nr 1 i 2**

Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie czy odpowiednie oznaczenie potwierdzające spełnienie zgodności z normami EN 420, EN 455, ASTM F 1671, EN 388, EN 374 oraz piktogram dopuszczenia do kontaktu z żywnością winny być umieszczone fabrycznie na opakowaniu?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 87**Dotyczy Zakresu nr 36**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic dostępnych w rozmiarach S (6,5), M (7,5), L (8,5).

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 88**Dotyczy Zakresu nr 47**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie szczoteczki do chirurgicznego mycia rąk nie będącej wyrobem medycznym i w związku z tym objętej 23% stawką VAT.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie szczoteczki do chirurgicznego mycia rąk nie będącej wyrobem medycznym, objętej 23% stawką VAT, spełniającej pozostałe wymogi SIWZ.

Pytanie 89**Dotyczy Zakresu nr 47**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie szczoteczki ze szczecinkami o zróżnicowanej długości, które ułatwiają dokładne chirurgiczne mycie rąk, dodatkowo czyścik do paznokci.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 90**Dotyczy Zakresu nr 48**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie sterylnej, ultra cienkiej folii chirurgicznej bakteriobójczej, wykonanej z poliuretanu o grubości 22 +/-1 µ; warstwa klejąca pokryta jodoforem uwalniającym wolny jod na skórę pacjenta; brzegi folii nielepne umożliwiające łatwą aplikację, powierzchnia lepna 34x40cm (całkowita 40x40cm). Opakowanie jednostkowe podwójne: papier silikonowany i folia aluminiowa.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 91**Dotyczy Zakresu nr 48**

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie, czy oczekuje folii sterylizowanej radiacyjnie? Sterylizacja tlenkiem etylenu działa negatywnie na substancję czynną.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ informując jednocześnie, iż wymaga sterylnej obłożenia foliowego do operacji ale wskazuje sposobu jego sterylizacji.

Pytanie 92**Dotyczy Zakresu nr 49**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie pokrowca foliowego w rozmiarze 13 x 240 cm.

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie pokrowca foliowego w rozmiarze 15 x 240 cm złożonego pierścieniowo.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 93**Dotyczy Zakresu nr 88**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie serwety pod pośladki z polietylenu ze wzmocnieniem chłonnym ze sztucznego jedwabiu, o gramaturze 70 g/m², z częścią podpośladkową o dł. 38,5 cm, całkowitej długości 118 cm, szerokości 96,5 cm.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 94**Dotyczy Zakresu nr 96 poz. nr 3**

Prosimy Zamawiającego o możliwość zaoferowania rękawic sterylnych bezlateksowych bezpudrowych, pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 95**Dotyczy Zakresu nr 96 poz. nr 3**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie jako alternatywy wysokiej klasy rękawic chirurgicznych antyalergicznym, bezpudrowym, półsyntetycznym: lateksowo-nitrylowym, trójwarstwowym, o wewnętrznej warstwie 100% nitryl, dodatkowo pokrytej warstwą silikonu, co uniemożliwia kontakt dłoni z proteinami lateksu, dając jednocześnie komfort użytkowania naturalnej gumy przy jednocześnie wysokiej barierowości syntetyku i stanowi korzystne ekonomicznie rozwiązanie. Powierzchnia zewnętrzna delikatnie teksturowana wykonana w technologii SMT. Obniżony poziom AQL po zapakowaniu 0,65, opakowanie max 50 par, sterylizowane radiacyjnie, anatomiczne, mankiet rolowany z widocznymi podłużnymi i poprzecznymi wzmocnieniami. Opakowanie zewnętrzne hermetyczne foliowe podciśnieniowe z dodatkowymi tłoczeniami w listkach ułatwiającymi otwieranie.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 96**Dotyczy Zakresu nr 107 poz. nr 1**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic diagnostycznych nitrylowych niejałowych z przedłużonym mankietem do wysokiego ryzyka, kolor niebieski, z dodatkową teksturą na palcach, długość minimalna 300 mm (fabrycznie naniesiona informacja na opakowaniu), AQL 1,5 (fabrycznie naniesiona informacja na opakowaniu), oznakowane jako wyrób medyczny Klasy I i środek ochrony indywidualnej Kategorii III z adekwatnym oznakowaniem na opakowaniu. Siła zrywania min. 8,7 N

Centrum Medyczne „Żelazna” sp. z o.o.

ul. Żelazna 90, 01-004 Warszawa

centrala 22 25 59 800, sekretariat 22 25 59 801, faks 22 25 59 913

szpital@szpitalzelazna.pl www.szpitalzelazna.pl

KRS 000044579 REGON 012103423 NIP 527-01-04-746 kapitał zakładowy: 1 000 000,00 zł

potwierdzona raportem jednostki notyfikowanej. Dopuszczone do kontaktu z żywnością z adekwatnym piktogramem. Odporne na przenikanie substancji chemicznych zgodnie z normą EN 374-3 – 3 min. 16 substancji (poza cytostatykami) z czasem ochrony na co najmniej 1 poziomie, w tym kwasy organiczne i nieorganiczne, zasady, alkohole i aldehydy. Odporne przez min.18 minut na działanie min. 12 cytostatyków wg ASTM D6978, w tym Karmustyny, Winkrystyny, Thio-Tepa, Etopozydu i Metotrexatu (raporty z wynikami), Produkowane zgodnie z normą ISO 13485, ISO 9001, ISO 14001 i OHSAS 18001 potwierdzone certyfikatami jednostki notyfikowanej. Rozmiary XS-XL, pakowane po 100 sztuk (XL po 90 szt).

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 97

Dotyczy Zakresu nr 135

Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie czy wymaga prześcieradła ochronnego na stół operacyjny o wymiarach min. 100x225 cm.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 98

Dotyczy Zakresu nr 137 poz. nr 1

Prosimy o dopuszczenie rękojeści staplera laparoskopowego o dł. roboczej 16cm.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 99

Dotyczy Zakresu nr 137 poz. nr 2

Prosimy o dopuszczenie ładunków o kolejnych wysokościach zszywek: 2,5 mm. 3,5mm; 4,8mm, reszta zgodna z SIWZ

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 100

Dotyczy Zakresu nr 137 poz. nr 3

Prosimy o dopuszczenie staplerów okrężnych z uchylnym kowadełkiem o śr. 26, 29 i 32 mm ze zszywkami o przekroju okrągłym o wys. zszywek 4,8mm dla 26, 29mm i 5,0mm dla rozmiaru 32.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 101

Dotyczy Zakresu nr 17 poz. nr 1-5, 6

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie igieł, których nasadka jest wykonana w polipropylenu a osłonka igły z polietylenu. Pozostałe zapisy zgodnie z SIWZ.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający udziela pozytywnej odpowiedzi.

Pytanie 102**Dotyczy Zakresu nr 20 poz. nr 2**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie kaniuli wykonanych z FEP. Zarówno FEP=teflon jak i PTFE=teflon. Pozostałe zapisy zgodnie z SIWZ. Państwa zgoda pozwoli na pozyskanie konkurencyjnej oferty jakościowej i cenowej na wymagany asortyment.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający udziela pozytywnej odpowiedzi.

Pytanie 103**Dotyczy Zakresu nr 20 poz. nr 2**

Prosimy Zamawiającego o wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 104**Dotyczy Zakresu nr 33 poz. nr 2**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie przyrządu do przetaczania płynów o długości drenu 180 cm. Pozostałe zapisy zgodnie z SIWZ.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 105**Dotyczy Zakresu nr 33 poz. nr 3**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie przyrządu do przetaczania płynów o długości drenu 150 cm. Pozostałe zapisy zgodnie z SIWZ.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 106**Dotyczy Zakresu nr 43 poz. nr 2**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie kranika z optycznym identyfikatorem pozycji o/z. Pozostałe zapisy zgodnie z SIWZ.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 107**Dotyczy Zakresu nr 44 poz. nr 3-6**

Zwracam się z prośbą o dopuszczenie strzykawek w rozmiarze 2/3 ml, 5/6 ml, 10/12ml, 20/24 ml.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie strzykawek w rozmiarze: w poz. nr 3 – 2/3 ml, w poz. nr 4 – 5/6 ml, w poz. nr 5 – 10/12 ml, w poz. nr 6 – 20/24 ml, spełniających pozostałe wymogi SIWZ.

Pytanie 108**Dotyczy Zakresu nr 2 poz. nr 4-11**

Czy Zamawiający dopuści złożenie oferty na cewniki bez numerycznego oznaczenia na cewniku, pozostałe zapisy zgodnie z SIWZ?

Numeryczne oznaczenie na cewniku jest wyjątkowo mało widoczne i nieczytelne. Personel używający tego typu rodzaju cewników często nawet nie zdaje sobie sprawy, że mają one numeryczne oznaczenie. Pozostawienie tego wymogu znacznie ograniczy możliwość złożenia oferty w zakresie pakietu nr 2

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 109

Dotyczy Zakresu nr 13

Czy Zamawiający wymaga złożenia oferty na dreny tego samego producenta we wszystkich pozycjach?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie wymaga.

Pytanie 110

Dotyczy Zakresu nr 43 poz. nr 2

Czy Zamawiający dopuści złożenie oferty na kranik w opakowaniu typu papier-folia, pozostałe zapisy zgodnie z SIWZ?

Zdecydowana większość sprzętu medycznego pakowana jest w opakowanie typu papier-folia. Postawienie wymogu aby kranik trójdrożny był konkretnie w opakowaniu typu Tyvec, nie ma żadnego uzasadnienia.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający udziela pozytywnej odpowiedzi.

Pytanie 111

Dotyczy Zakresu nr 44 poz. nr 6

Czy Zamawiający dopuści złożenie oferty na strzykawki pakowane po 70 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości tj. 1372 opakowania?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 112

Dotyczy Zakresu nr 4 poz. nr 2

Czy Zamawiający dopuści silikonowy cennik Foley'a w rozmiarze CH 6 o długości 27cm?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie cewnika o ww. parametrach, spełniającego pozostałe wymogi SIWZ.

Pytanie 113

Dotyczy Zakresu nr 4 poz. nr 3

Czy Zamawiający dopuści cewnik Foley'a z balonem o pojemności 5-10ml?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie cewnika o ww. parametrach, spełniającego pozostałe wymogi SIWZ.

Pytanie 114**Dotyczy Zakresu nr 4 poz. nr 5**

Czy Zamawiający dopuści cewnik Foley'a 100% silikon, o długości 40cm?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie cewnika o ww. parametrach, spełniającego pozostałe wymagania SIWZ.

Pytanie 115**Dotyczy Zakresu nr 4 poz. nr 6-8**

Czy Zamawiający dopuści cewniki Foley'a o długości 40cm?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie cewnika o ww. parametrach, spełniającego pozostałe wymagania SIWZ.

Pytanie 116**Dotyczy Zakresu nr 4 poz. nr 10-12**

Czy Zamawiający dopuści cewniki Pezzera wykonane z lateksu?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 117**Dotyczy Zakresu nr 11 poz. nr 2**

Czy Zamawiający dopuści elektrody o średnicy 30mm?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 118**Dotyczy Zakresu nr 21 poz. nr 1**

Czy Zamawiający dopuści kieliszki pakowane a'90 szt. z przeliczeniem ilości na 1000 opakowań?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający udziela pozytywnej odpowiedzi.

Pytanie 119**Dotyczy Zakresu nr 21 poz. nr 2**

Czy Zamawiający dopuści fartuch foliowy w rozmiarze uniwersalnym 71x116cm i 71x180cm?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie fartucha foliowego w rozmiarze uniwersalnym 71 x 116 cm, spełniającego pozostałe wymagania SIWZ. Zamawiający nie dopuszcza fartucha foliowego w rozmiarze uniwersalnym 71x180cm.

Pytanie 120**Dotyczy Zakresu nr 21 poz. nr 3**

Czy Zamawiający dopuści szpatułki sterylne?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie szpatulek sterylnych, spełniających pozostałe wymagania SIWZ.

Pytanie 121**Dotyczy Zakresu nr 31**

Czy Zamawiający dopuści prześcieradło w rolce o szerokości 50cm, perforacji co 37,5cm, długości 50m, gramaturze 34g/m², o wysokości zwoju rolki około 12,5cm?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 122**Dotyczy Zakresu nr 32**

Czy Zamawiający dopuści prześcieradło w rolce z perforacją co 37,5cm, o gramaturze 2 x 17g/m²?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 123**Dotyczy Zakresu nr 33 poz. nr 2-3**

Czy Zamawiający dopuści przyrząd do przetaczania płynów infuzyjnych z drenem o długości 150cm, spełniający pozostałe wymagania SIWZ?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 124**Dotyczy Zakresu nr 36**

Czy Zamawiający dopuści rękawice w rozmiarach: S (6,5), M (7,5) i L (8,5)?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 125**Dotyczy Zakresu nr 43 poz. nr 2**

Czy Zamawiający dopuści kranik trójdrożny w opakowaniu typu sztywny blister-pack?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie kranika trójdrożnego w opakowaniu typu sztywny blister-pack, spełniającego pozostałe wymogi SIWZ.

Pytanie 126**Dotyczy Zakresu nr 44 poz. nr 2**

Czy Zamawiający dopuści strzykawkę insulinową z cyfrą nadrukowaną co 10 j.m., a podziałką co 2 j.m.?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 127**Dotyczy Zakresu nr 44 poz. nr 3-6**

Czy Zamawiający dopuści strzykawki posiadające skalę rozszerzoną?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 128**Dotyczy Zakresu nr 44 poz. nr 6**

Czy Zamawiający dopuści strzykawki 20ml pakowane a'70 szt. z przeliczeniem ilości na 1372 opakowania?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 129**Dotyczy Zakresu nr 44 poz. nr 7**

Czy Zamawiający dopuści strzykawkę tuberkulinową ze skalą co 0,05ml?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 130**Dotyczy Zakresu nr 48**

Czy Zamawiający dopuści folię operacyjną typu Steri-Drape o powierzchni przylepnej 30cm x 36cm, spełniająca pozostałe wymagania SIWZ ?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 131**Dotyczy Zakresu nr 51 poz. nr 1**

Czy Zamawiający dopuści woreczki do pobierania próbek moczu u noworodków zróżnicowane dla chłopców i dziewczynek?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 132**Dotyczy Zakresu nr 53 poz. nr 1-5**

Czy Zamawiający dopuści wzierniki ginekologiczne w opakowaniach foliowych, z tyżkami blokowanymi za pomocą „szpili” przekręcanej o 90°?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 133**Dotyczy Zakresu nr 59 poz. nr 1**

Czy Zamawiający dopuści zawór dostępu żylnego o przepływie 21 l/h?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie zaworu dostępu żylnego o przepływie 21l/h, spełniającego pozostałe wymogi SIWZ.

Pytanie 134**Dotyczy Zakresu nr 67**

Czy Zamawiający dopuści podanie ceny za opakowanie handlowe a'25sztuk, z przeliczeniem zamawiane ilości?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający udziela pozytywnej odpowiedzi.

Pytanie 135**Dotyczy Zakresu nr 68**

Czy Zamawiający dopuści serwety wykonane z włókniny polipropylenowej o gramaturze 25g/m2 w kolorze zielonym?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 136**Dotyczy Zakresu nr 68**

Czy Zamawiający dopuści serwetę w rozmiarze 50x70cm?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie serwetę w rozmiarze 50x70 cm, spełniającą pozostałe wymogi SIWZ.

Pytanie 137**Dotyczy Zakresu nr 79 poz. nr 1**

Czy Zamawiający oczekuje żelu do cewnikowania pęcherza moczowego sterylizowanego parą wodną - najbezpieczniejszą metodą dla pacjenta?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający oczekuje zaoferowania sterylnego żelu do cewnikowania pęcherza moczowego, nie określa jednak sposobu jego sterylizacji.

Pytanie 138**Dotyczy Zakresu nr 83 poz. nr 1**

Czy Zamawiający dopuści kaniulę wykonaną z teflonu (FEP), posiadającą zastawkę uniemożliwiającą wypływ krwi zamiast filtra hydrofobowego?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 139**Dotyczy Zakresu nr 84 poz. nr 1-2**

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu aby cewniki Nelaton były pozbawione ftalanów?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 140**Dotyczy Zakresu nr 86 poz. nr 1**

Czy Zamawiający dopuści worek na wymiociny o pojemności 1000ml, skalowany co 50ml, z kartonowym uchwytem dostosowującym się do kształtu twarzy, z zastawką bezzwrotną, uniemożliwiającą wydostanie się z wnętrza treści lub zapachu?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie worków na wymiociny o ww. parametrach, spełniających pozostałe wymogi SIWZ.

Pytanie 141**Dotyczy Zakresu nr 88**

Czy Zamawiający dopuści serwetę porodową o wymiarach 114cm x 150cm wykonaną z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu 60 g/m², w strefie krytycznej wzmocnienie o gramaturze 80 g/m². Rozmiar wzmocnienia w strefie krytycznej 25cm x 50cm, serweta zintegrowana z torbą do zbiórki płynów

o wymiarach 78cm x 80cm wyposażoną w sztywnik w górnej części torebki, filtr w dolnej, wewnętrznej części torby i port do odsysania treści w dolnej części worka, którego budowa umożliwia podłączania drenów o różnej średnicy?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 142**Dotyczy Zakresu nr 91**

Czy Zamawiający dopuści spódnicę ginekologiczną wykonaną z włókniny polipropylenowej o gramaturze 40g/m² w kolorze granatowym, z gumką w pasie, o szerokości 130cm, długości 60cm?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 143**Dotyczy Zakresu nr 96 poz. nr 3**

Zakres 96, pozycja 3

Czy Zamawiający dopuści rękawice neoprenowe, bezpudrowe?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 144**Dotyczy Zakresu nr 107 poz. nr 1**

Czy Zamawiający dopuści rękawice w rozmiarach S-XL?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 145**Dotyczy Zakresu nr 107 poz. nr 1**

Czy Zamawiający dopuści rękawice nitrylowe, niesterylne, bezpudrowe, jednorazowego użytku, długość minimum 290mm, średnia grubość palca 0,17mm, dłoni 0,14mm, o lepszej sile zrywu- przed starzeniem minimum 13N, po starzeniu minimum 11N, odporne na przenikanie wirusów zgodnie z normą ASTM F1671, zgodnie z normą EN 374-3, posiadające odporność na:

Centrum Medyczne „Żelazna” sp. z o.o.

ul. Żelazna 90, 01-004 Warszawa

centrala 22 25 59 800, sekretariat 22 25 59 801, faks 22 25 59 913

szpital@szpitalzelazna.pl www.szpitalzelazna.pl

KRS 000044579 REGON 012103423 NIP 527-01-04-746 kapitał zakładowy: 1 000 000,00 zł

Substancja	Czas przeniknięcia	Poziom odporności
Diethylamine (G)	>30	2
Sodium Hydroxide 40% (K)	>60	3
Sulphuric Acid 96% (L)	>30	2
Acetone	35	2
Avastin (25mg/ml)	>60	3
Carboplatin (10mg/ml)	75	3
Carmustine (100mg/25ml)	45	2
Cisplatin (50mg/100ml)	75	3
Cyclophosphamide (500mg/25ml)	45	2
Ethanol 35%	75	3
Ethanol 70%	45	2
Fluorouracil (1.5mg/ml)	75	3
Formaldehyde 4%	>30	2
Glutaraldehyde 3%	>30	2
Isopropyl Alcohol 70%	45	2
Methotrexate (1mg/ml)	>60	3
Mitomycin (250mg/25ml)	45	2
Paclitaxel (Abraxane) (6mg/50ml)	>120	4
Paraplatin (150mg/15ml)	>60	3
Xylene	>10	1

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 146

Dotyczy Zakresu nr 107 poz. nr 1

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu odporności rękawic na przenikanie środków dezynfekcyjnych Cidex?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 147

Dotyczy Zakresu nr 108 poz. nr 2

Czy Zamawiający dopuści fartuch w kolorze zielonym lub niebieskim, z mankietem poliestrowym dostępny w rozmiarach L i XL?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 148

Dotyczy Zakresu nr 108 poz. nr 2

Czy Zamawiający dopuści fartuch pakowany a'10sztuk, z przeliczeniem zamawianej ilości?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający udziela pozytywnej odpowiedzi.

Pytanie 149**Dotyczy Zakresu nr 108 poz. nr 3**

Zakres 108, pozycja 3

Czy Zamawiający dopuści fartuch wykonany z włókniny polipropylenowej podfoliowanej na całej powierzchni o gramaturze 30g/m², z mankietem poliestrowym, dostępny w rozmiarze L, pakowany a'20sztuk, z przeliczeniem zamawianej ilości? W przypadku negatywnej odpowiedzi zwracamy się z prośbą o wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu, co umożliwi złożenie naszej firmie konkurencyjnej oferty.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 150**Dotyczy Zakresu nr 108 poz. nr 4**

Czy Zamawiający dopuści fartuch foliowy w rozmiarze uniwersalnym 71x116cm i 71x180cm, wykonany z foli o grubości 0,02?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 151**Dotyczy Zakresu nr 108 poz. nr 5**

Czy Zamawiający dopuści maski wykonane z włókniny 3 warstwowej?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie masek o ww. parametrach, spełniających pozostałe wymogi SIWZ.

Pytanie 152**Dotyczy Zakresu nr 108 poz. nr 7**

Czy Zamawiający dopuści ochraniacze na buty włókninowe w kolorze niebieskim?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 153**Dotyczy Zakresu nr 113 poz. nr 1**

Czy Zamawiający dopuści poniższe klapki włókninowe:

- Wykonane w włókniny polipropylenowej o gramaturze 110+30g/m²
- Rozmiar 28cm x 13cm
- Jednorazowego użytku
- Niejałowe

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 154**Dotyczy Zakresu nr 117**

Czy Zamawiający dopuści worek do g.z.m. z drenem o długości 120cm?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie worka do godzinowej zbiórki moczu, spełniającego pozostałe wymogi SIWZ.

Pytanie 155**Dotyczy Zakresu nr 135**

Czy Zamawiający dopuści podkład chłonny wykonany z pulpy laminowanej wzmocnionej 48nitkami, pakowany a'10sztuk?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie podkładu o ww. parametrach, spełniającego pozostałe wymogi SIWZ.

Pytanie 156**Dotyczy Zakresu nr 138**

Czy Zamawiający dopuści pokrowiec wykonany z zielonej włókniny polipropylenowej o gramaturze 25g/m2 w rozmiarze 90x200cm?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 157**Dotyczy Zakresu nr 138**

Czy Zamawiający dopuści pokrowiec pakowany a'5sztuk, z przeliczeniem zamawianej ilości?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 158**Dotyczy Zakresu nr 26**

Czy Zamawiający wymaga zaoferowania pasków testowych do glukometru z funkcją wyrzutu zużytego paska, co zwiększa higienę i bezpieczeństwo personelu, eliminując bezpośredni kontakt z krwią pacjentów przy każdym pomiarze glukozy?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie wymaga.

Pytanie 159**Dotyczy Zakresu nr 26**

Czy Zamawiający wymaga zaoferowania pasków testowych nie wymagających kodowania za pomocą elementów zewnętrznych - kluczy kodujących, chipów lub pasków kodujących?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie wymaga.

Pytanie 160**Dotyczy Zakresu nr 26**

Czy Zamawiający wymaga aby fizycznie istniejąca instrukcja, zawarta w opakowaniu handlowym zaoferowanych pasków testowych zawierała ważną informację dotyczącą zakresu hematokrytu? Taka informacja jest wymagana zgodnie z obowiązującym prawem, gdyż wskazuje na ograniczenia zastosowania pasków testowych.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 161**Dotyczy Zakresu nr 26**

Czy Zamawiający wymaga pasków testowych zasysających próbkę krwi o objętości do 0,5 mikrolitra z czasem pomiaru do 5s?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie wymaga.

Pytanie 162**Dotyczy Zakresu nr 26**

Czy Zamawiający dopuści paski testowe do glukometrów, których zgodnie z instrukcją nie należy stosować jako jedynego instrumentu do pomiaru glukozy u pacjentów poważnie chorych (bez określenia co konkretnie producent rozumie pod pojęciem „poważnie chorzy” – a nie jest to grupa standardowo wyłączana z procedury badania glukometrem)? Zwracamy uwagę, że tak szerokie i ogólnikowe pojęcie może obejmować praktycznie każdego pacjenta leczonego w Szpitalu Zamawiającego.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie pasków testowych do glukometrów o ww. parametrach, spełniających pozostałe wymogi SIWZ.

Pytanie 163**Dotyczy Zakresu nr 26**

Czy Zamawiający wymaga zaoferowania pasków testowych do glukometrów zasilanych standardowymi dla takich urządzeń bateriami pastylkowymi CR2032 – zadajemy to pytanie gdyż inne rodzaje baterii są znacznie słabiej zabezpieczone przed wyciekiem elektrolitu, który może spowodować awarię urządzenia?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie wymaga.

Pytanie 164**Dotyczy Zakresu nr 26**

Czy Zamawiający wymaga, aby oferentem w Zakresie nr 26 była hurtownia farmaceutyczna, co zapewni późniejsze dostawy i transport pasków testowych w warunkach odpowiedniej, kontrolowanej temperatury i wilgotności?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie wymaga.

Pytanie 165**Dotyczy Zakresu nr 21 poz. nr 3**

Czy zamawiający dopuści produkty sterylne?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie szpatulek sterylnych, spełniających pozostałe wymogi SIWZ.

Centrum Medyczne „Żelazna” sp. z o.o.

ul. Żelazna 90, 01-004 Warszawa

centrala 22 25 59 800, sekretariat 22 25 59 801, faks 22 25 59 913

szpital@szpitalzelazna.pl www.szpitalzelazna.pl

KRS 000044579 REGON 012103423 NIP 527-01-04-746 kapitał zakładowy: 1 000 000,00 zł

Pytanie 166**Dotyczy Zakresu nr 21 poz. nr 2**

Prosimy o dopuszczenie fartucha typu przedniak o rozmiarze uniwersalnym , wymiary 68cm x 108 cm, pozostałe wymagania bez zmian?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 167**Dotyczy Zakresu nr 21 poz. nr 2**

Prosimy o dopuszczenie fartucha typu przedniak o rozmiarze uniwersalnym , wymiary 71cm x 180 cm, pozostałe wymagania bez zmian?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 168**Dotyczy Zakresu nr 21 poz. nr 3**

Prosimy Zamawiającego dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie handlowe 100 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający udziela pozytywnej odpowiedzi.

Pytanie 169**Dotyczy Zakresu nr 22 poz. nr 1-2**

Prosimy Zamawiającego dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie handlowe 100 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.

Odpowiedź Zamawiającego:

W pozycji nr 1 Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. W pozycji nr 2 Zamawiający dopuszcza wycenę na opakowanie zawierające 100 sztuk z przeliczeniem ilości.

Pytanie 170**Dotyczy Zakresu nr 24 poz. nr 1**

Czy zamawiający dopuści zestaw do lewatywy o pojemności 1000 ml wykonany ze wzmocnionej folii, z podziałką, uchwytem do zawieszenia, dren o dł. Około 106 cm posiada zacisk rolkowy, obłe z dwoma otworami bocznymi, w zestawie rękawiczki PE, opatrunek włókninowy, saszetka środka myjącego?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 171**Dotyczy Zakresu nr 27 poz. nr 2-4**

Czy zamawiający dopuści szczoteczki sterylne?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza zaoferowania szczoteczek sterylnych, spełniających pozostałe wymogi SIWZ.

Pytanie 172**Dotyczy Zakresu nr 27 poz. nr 2, 4**

Prosimy Zamawiającego dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie handlowe 100 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.

Odpowiedź Zamawiającego:

W pozycji nr 2 Zamawiający dopuszcza wycenę za opakowanie handlowe zawierające 100 sztuk z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnego opakowania.

W pozycji nr 4 Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 173**Dotyczy Zakresu nr 27 poz. nr 3**

Czy zamawiający oczekuje szczoteczki do wymazów cytologicznych typu wachlarzyk COMBI, tzn. o wydłużonej części centralnej w kształcie przedłużonego bolca z poprzecznie ułożonymi włoskami? Powyższy opis przedmiotu sugeruje jednego wykonawcę tzn. Rovers Polska, firma ta posiada prawo własności intelektualnej i przemysłowej chronionej europejskim patentem na wachlarzyk z wydłużoną centralną częścią. Wymóg szczoteczki typu wachlarzyk COMBI co wpływa na ograniczenie konkurencyjności postępowania wpływając na zmniejszenie ilości złożonych ofert, a tym samym na racjonalne gospodarowanie finansami publicznymi.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 174**Dotyczy Zakresu nr 27 poz. nr 3**

Wnioskujemy o dopuszczenie sterylnej szczoteczki do wymazów cytologicznych typu wachlarzyk , wymiary: 20 cm dł. Całkowita z trzonkiem, sam wachlarzyk dł. całk. 30 mm, szerokość ok.20 mm, umożliwi to złożenie ofert większej liczbie uczestników postępowania, dzięki czemu Zamawiający uzyska konkurencyjną cenę w przedmiotowym postępowaniu.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 175**Dotyczy Zakresu nr 27 poz. nr 2-4**

Prosimy o wydzielenie poz.2-4 do osobnego pakietu, gdyż takie rozwiązanie pozwoli innym firmom, specjalizującym się w danym asortymencie, na złożenie konkurencyjnej oferty, a tym samym umożliwi Zamawiającemu wybór z pośród najkorzystniejszych ofert, jak i osiągnięcie niższych cen oraz racjonalne gospodarowanie finansami publicznymi.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 176**Dotyczy Zakresu nr 28 poz. nr 1**

Czy zamawiający dopuści 0,5-0,8 litra, otwór wrzutowy o średnicy 6 cm, wysokość pojemnika 11,5 cm, średnica pojemnika 10,5-12 cm?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 177**Dotyczy Zakresu nr 28 poz. nr 1**

Czy zamawiający dopuści 1,0 litra, otwór wrzutowy o średnicy 6 cm, wysokość pojemnika 17,5 cm, średnica pojemnika 10-12 cm?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 178**Dotyczy Zakresu nr 31 poz. nr 1 oraz Zakres nr 32 poz. 1**

Czy zamawiający wymaga rolek podkładu testowanego dermatologicznie, co wykonawca potwierdzi odpowiednim dokumentem?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 179**Dotyczy Zakresu nr 31 poz. nr 1 oraz Zakres nr 32 poz. 1**

Czy zamawiający wymaga 2 warstw w podkładzie celulozowym?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający potwierdza, iż zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia wymaga dwuwarstwowych prześcieradeł.

Pytanie 180**Dotyczy Zakresu nr 31 poz. nr 1 oraz Zakres nr 32 poz. 1**

Czy zamawiający wymaga rolek wykonanych ze 100% czystej celulozy, co jest gwarancją miękkości i lepszej wchłaniałości?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający w zakresie nr 32 zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia wymaga zaoferowania prześcieradła wykonanego ze 100% czystej celulozy. W zakresie nr 31 Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ i nie określa materiału, z którego ma być wykonane prześcieradło.

Pytanie 181**Dotyczy Zakresu nr 31 poz. nr 1 i Zakresu nr 32 poz. 1**

Czy zamawiający wymaga rolki pakowanej indywidualnie, każda posiada oznaczenia dotyczące o rozmiarze, długość rolki, odcinka, rodzaj perforacji, nazwa producenta, posiadanych certyfikatów, co umożliwia łatwą identyfikację produktu po wyjęciu z kartonu zbiorczego?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 182**Dotyczy Zakresu nr 31 poz. nr 1 i Zakresu nr 32 poz. 1**

Czy wymaga się aby podkłady medyczne były higienicznie zapakowane, każda rolka w oddzielnej folię?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający udziela pozytywnej odpowiedzi.

Pytanie 183**Dotyczy Zakresu nr 31 poz. nr 1 i Zakresu nr 32 poz. 1**

Czy wymaga się aby na każdej rolce był pełny opis produktu zawierający, nazwę, kod, kod kresowy, nazwę producenta, informacje o składzie produktu 100% pura celuloza, wymiary, ilość warstw, informacje, że produkt posiada udokumentowane badania dermatologiczne, certyfikaty poświadczające pozyskanie celulozy z legalnych i odnawialnych źródeł? (100% PURA CELULOZA oznacza, że do produkcji użyto najwyższej jakości selekcionowanej celuloza, co daje gwarancję, bezpieczeństwa, pełnej higieny i komfortu dla użytkowników)?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 184**Dotyczy Zakresu nr 31 poz. nr 1 oraz Zakresu nr 32 poz. 1**

Czy wymaga się dokumentów poświadczających, iż produkt był badany dermatologicznie i uzyskał pozytywną opinię?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ i nie wymaga ww. dokumentów.

Pytanie 185**Dotyczy Zakresu nr 31 poz. nr 1 i Zakresu nr 32 poz. 1**

Czy wymaga się aby podkład medyczny posiadał gramaturę nie mniejszą niż 17 gr/m2?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 186**Dotyczy Zakresu nr 31 poz. nr 1 i Zakresu nr 32 poz. 1**

Czy wymaga się aby na opakowaniu i opakowaniu rolki widniał symbol CE?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 187**Dotyczy Zakresu nr 31 poz. nr 1 i Zakresu nr 32 poz. 1**

Czy wymaga się aby podkład medyczny posiadał perforację - minimum 135 odcinków w podkładzie o szerokości 50 cm i 210 odcinków w podkładzie o szerokości 60 cm.?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie wymaga podtrzymując jednocześnie zapisy SIWZ.

Pytanie 188**Dotyczy Zakresu nr 31 poz. nr 1 i Zakresu nr 32 poz. 1**

Czy zamawiający dopuści rolki 60 cm x 80 m, perforacja co 38 cm?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 189**Dotyczy Zakresu nr 31 poz. nr 1 i Zakresu nr 32 poz. 1**

Czy zamawiający dopuści podkład o wymiarach 50 cm x 50 m, perforacja co 34 cm?

Centrum Medyczne „Żelazna” sp. z o.o.
ul. Żelazna 90, 01-004 Warszawa

centrala 22 25 59 800, sekretariat 22 25 59 801, faks 22 25 59 913
szpital@szpitalzelazna.pl www.szpitalzelazna.pl

KRS 000044579 REGON 012103423 NIP 527-01-04-746 kapitał zakładowy: 1 000 000,00 zł

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 190**Dotyczy Zakresu nr 31 poz. nr 1 i Zakresu nr 32 i poz. 1**

Czy wymaga się aby produkt był wykonany w 100% z czystej celulozy?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 191**Dotyczy Zakresu nr 33 poz. nr 2**

Czy Zamawiający dopuści IS bez ftalanów, jałowy, niepirogenny, nietoksyczny, grawitacyjny, z ostrą igłą biorczą dwukanałową wykonana ze wzmocnionego ABS - odpowietrznik z filtrem przeciwbakteryjnym zamykany niebieską kłapką - przezroczysta średnio twarda komora kroplowa 20 kropli = 1 ml+/-0,1 ml, długość całkowita komory kroplowej 62 mm, długość części wykonanej z przezroczystego PVC 55 mm, z filtrem filtr płynu o wielkości oczek 15µm, rolkowy regulator przepływu - łącznik LUER-LOCK z osłonką - opakowanie jednostkowe typu blister papier -folia - sterylizowany tlenkiem etylenu, długość drenu 150 cm?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 192**Dotyczy Zakresu nr 33 poz. nr 2**

Czy Zamawiający dopuści IS bez ftalanów- bursztynowy, jałowy, niepirogenny, nietoksyczny, grawitacyjny, z ostrą igłą biorczą dwukanałową wykonana ze wzmocnionego ABS - odpowietrznik z filtrem przeciwbakteryjnym zamykany niebieską kłapką - przezroczysta średnio twarda komora kroplowa 20 kropli = 1 ml+/-0,1 ml, długość całkowita komory kroplowej 62 mm, długość części wykonanej z przezroczystego PVC 55 mm, z filtrem filtr płynu o wielkości oczek 15µm, rolkowy regulator przepływu - łącznik LUER-LOCK z osłonką - opakowanie jednostkowe typu blister papier -folia - sterylizowany tlenkiem etylenu, długość drenu 150 cm?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 193**Dotyczy Zakresu nr 43 poz. nr 1**

Prosimy o wydzielenie poz.1 do osobnego pakietu, gdyż takie rozwiązanie pozwoli innym firmom, specjalizującym się w danym asortymencie, na złożenie konkurencyjnej oferty, a tym samym umożliwi Zamawiającemu wybór z pośród najkorzystniejszych ofert, jak i osiągnięcie niższych cen oraz racjonalne gospodarowanie finansami publicznymi.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 194**Dotyczy Zakresu nr 43 poz. nr 1**

Prosimy Zamawiającego dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie handlowe 100 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający udziela pozytywnej odpowiedzi.

Pytanie 195**Dotyczy Zakresu nr 44 poz. nr 1**

Prosimy o wydzielenie poz.1 do osobnego pakietu, gdyż takie rozwiązanie pozwoli innym firmom, specjalizujący się w danym asortymencie, na złożenie konkurencyjnej oferty, a tym samym umożliwi Zamawiającemu wybór z pośród najkorzystniejszych ofert, jak i osiągnięcie niższych cen oraz racjonalne gospodarowanie finansami publicznymi.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 196**Dotyczy Zakresu nr 46 poz. nr 2-3**

Proszę Zamawiającego o wydzielenie pozycji 2-3 z pakietu. Podział pakietu zwiększy konkurencyjność postępowania, umożliwi również złożenie ofert większej liczbie wykonawców a Państwu pozyskanie rzeczywiście korzystnych ofert jakościowych i cenowych.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 197**Dotyczy Zakresu nr 46 poz. nr 2-3**

Czy zamawiający dopuści odpowiednio do pozycji strzykawkę trzyczęściową z rozszerzoną skalą 50/60 ml Luer Lock oraz strzykawkę trzyczęściową z rozszerzoną skalą 50/60 ml Luer Lock bursztynową, j.uż., sterylne, pakowane indywidualnie, z czytelną, jednostronną skalą co 2 ml?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 198**Dotyczy Zakresu nr 46 poz. nr 2-3**

Prosimy aby zamawiający dopuścił strzykawki bez nazwy producenta występującej bezpośrednio na tłoku. Takie rozwiązanie nie ma wpływu na jakość produktu oraz jego cechy użytkowe. Tłok posiada naniesioną nazwę IMPORTERA/DYSTRYBUTORA. Natomiast pełną identyfikację zapewnia oznakowanie na opakowaniu indywidualnym, opakowanie posiada nazwę producenta, podstawowe dane techniczne.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 199**Dotyczy Zakresu nr 51 poz. nr 1**

Prosimy Zamawiającego dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie handlowe 100 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający udziela pozytywnej odpowiedzi.

Pytanie 200**Dotyczy Zakresu nr 52 poz. nr 1**

Prosimy Zamawiającego dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie handlowe 10 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający udziela pozytywnej odpowiedzi.

Pytanie 201**Dotyczy Zakresu nr 53 poz. nr 1-5**

Prosimy Zamawiającego dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie handlowe 100 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 202**Dotyczy Zakresu nr 53 poz. nr 1**

Czy zamawiający dopuści rozwieracz ginekologiczny typu CUSCO j.uż. , duży 30 mm (L), dł. łyżki ok. 109 mm ?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 203**Dotyczy Zakresu nr 53 poz. nr 2**

Czy zamawiający dopuści rozwieracz ginekologiczny typu CUSCO j.uż. , średni 26 mm (M) dł. łyżki ok. 102 mm?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 204**Dotyczy Zakresu nr 53 poz. nr 3**

Czy zamawiający dopuści rozwieracz ginekologiczny typu CUSCO j.uż. , mały 24 mm (S), dł. łyżki ok. 101 mm?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 205**Dotyczy Zakresu nr 53 poz. nr 4**

Zakres 53, poz. 4

Czy zamawiający dopuści rozwieracz ginekologiczny typu CUSCO j.uż. , bardzo mały 20 mm (XS), dł. łyżki ok. 108 mm?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 206**Dotyczy Zakresu nr 53 poz. nr 5**

Zakres 53, poz. 5

Centrum Medyczne „Żelazna” sp. z o.o.
ul. Żelazna 90, 01-004 Warszawa

centrala 22 25 59 800, sekretariat 22 25 59 801, faks 22 25 59 913
szpital@szpitalzelazna.pl www.szpitalzelazna.pl

KRS 0000445779 REGON 012103423 NIP 527-01-04-746 kapitał zakładowy: 1 000 000,00 zł

Czy zamawiający dopuści rozwieracz ginekologiczny typu CUSCO j.uż. , bardzo mały 15 mm (XXS), dł. tyżki ok. 102 mm?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 207

Dotyczy Zakresu nr 53 poz. nr 1-5

Czy zamawiający dopuści opakowanie jednostkowe typu folia-folia?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 208

Dotyczy Zakresu nr 86 poz. nr 1

Czy zamawiający dopuści worki na wymioty wykonane folii LDPE w kolorze mlecznym, ustnik z polipropylenu, bez lateksu i PCW, ze skalą co 100 ml, skala do 1,5 l, zakończony sztywną obręczą w systemie "okręć i zamknij", z instrukcją użytkowania w postaci piktogramu umieszczoną na każdym worku?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 209

Dotyczy Zakresu nr 94 poz. nr 1

Czy zamawiający wymaga rolek podkładu testowanego dermatologicznie, co wykonawca potwierdzi odpowiednim dokumentem?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ i nie wymaga podkładu testowanego dermatologicznie.

Pytanie 210

Dotyczy Zakresu nr 94 poz. nr 1

Czy zamawiający wymaga 2 warstw w podkładzie celulozowym?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia wymaga zaoferowania dwuwarstwowego prześcieradła.

Pytanie 211

Dotyczy Zakresu nr 94 poz. nr 1

Czy zamawiający wymaga rolek wykonanych ze 100 % czystej celulozy, co jest gwarancją miękkości i lepszej wchłaniałości?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 212

Dotyczy Zakresu nr 94 poz. nr 1

Czy zamawiający wymaga rolki pakowanej indywidualnie, każda posiada oznaczenia dotyczące o rozmiarze, długość rolki, odcinka, rodzaj perforacji, nazwa producenta, posiadanych certyfikatów, co umożliwia łatwą identyfikację produktu po wyjęciu z kartonu zbiorczego?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 213**Dotyczy Zakresu nr 94 poz. nr 1**

Zakres 94, poz.1

Czy wymaga się aby podkłady medyczne były higienicznie zapakowane, każda rolka w oddzielną folię?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający udziela pozytywnej odpowiedzi i wprowadza wymóg zaoferowania prześcieradeł jednorazowych pakowanych pojedynczo. Zamawiający nie określa sposobu pakowania. *(patrz również odpowiedź na pytanie nr 285, 306 i 307)*

Pytanie 214**Dotyczy Zakresu nr 94 poz. nr 1**

Czy wymaga się aby na każdej rolce był pełny opis produktu zawierający, nazwę, kod, kod kresowy, nazwę producenta, informacje o składzie produktu 100% pura celuloza, wymiary, ilość warstw, informacje, że produkt posiada udokumentowane badania dermatologiczne, certyfikaty poświadczające pozyskanie celulozy z legalnych i odnawialnych źródeł? (100% PURA CELULOZA oznacza, że do produkcji użyto najwyższej jakości selekcionowanej celuloza, co daje gwarancję, bezpieczeństwa, pełnej higieny i komfortu dla użytkowników)?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 215**Dotyczy Zakresu nr 94 poz. nr 1**

Czy wymaga się dokumentów poświadczających, iż produkt był badany dermatologicznie i uzyskał pozytywną opinię?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 216**Dotyczy Zakresu nr 94 poz. nr 1**

Czy wymaga się aby podkład medyczny posiadał gramaturę nie mniejszą niż 17 gr/m²?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie prześcieradła jednorazowego dwuwarstwowego o gramaturze każdej warstwy nie mniejszej niż 17 g/m² i ustala ją jako wymagane minimum.

Pytanie 217**Dotyczy Zakresu nr 94 poz. nr 1**

Czy wymaga się aby na opakowaniu i opakowaniu rolki widniał symbol CE?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie wymaga podtrzymując jednocześnie zapisy SIWZ.

Pytanie 218**Dotyczy Zakresu nr 94 poz. nr 1**

Czy wymaga się aby podkład medyczny posiadał perforację - minimum 135 odcinków w podkładzie o szerokości 50 cm i 210 odcinków w podkładzie o szerokości 60 cm.?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 219

Dotyczy Zakresu nr 94 poz. nr 1

Czy zamawiający wymaga rolki 60 cm x 80 m, perforacja co 38 cm?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie prześcieradła o ww. parametrach, spełniającego pozostałe wymagania SIWZ.

Pytanie 220

Dotyczy Zakresu nr 94 poz. nr 1

Czy wymaga się aby produkt był wykonany w 100% z czystej celulozy?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 221

Dotyczy Zakresu nr 108 poz. nr 2

Czy zamawiający dopuści fartuch w rozmiarze uniwersalnym o wymiarach 112 cm x 140 cm??

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający udziela negatywnej odpowiedzi.

Pytanie 222

Dotyczy Zakresu nr 108 poz. nr 2

Prosimy Zamawiającego opuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie handlowe 10 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający udziela pozytywnej odpowiedzi.

Pytanie 223

Dotyczy Zakresu nr 108 poz. nr 2

Czy zamawiający wymaga fartuch włókninowy z długim rękawem zakończonym mankietem z bawełnianym ściągaczem?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 224

Dotyczy Zakresu nr 108 poz. nr 4

Czy zamawiający dopuści fartuch w rozmiarze uniwersalnym 68 cm x 108 cm, o grubości 16 mikronów?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 225

Dotyczy Zakresu nr 108 poz. nr 4

Czy zamawiający dopuści fartuch w rozmiarze uniwersalnym 71 cm x 180 cm?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 226**Dotyczy Zakresu nr 108 poz. nr 5**

Czy zamawiający dopuści maskę trójwarstwową, wysokobarierową?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza maskę o ww. parametrach, spełniającą pozostałe wymogi SIWZ.

Pytanie 227**Dotyczy Zakresu nr 108 poz. nr 6**

Prosimy Zamawiającego opuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie handlowe 100 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza wycenę za opakowanie handlowe zawierające 100 sztuk ochraniaczy (czyli 50 par). W takim przypadku zaoferować należy 60 opakowań (100 szt. x 60 opakowań= 6000 sztuk co daje 3000 par)

Pytanie 228**Dotyczy Zakresu nr 108 poz. nr 3**

Prosimy o wydzielenie poz.3 do osobnego pakietu, gdyż takie rozwiązanie pozwoli innym firmom, specjalizującym się w danym asortymencie, na złożenie konkurencyjnej oferty, a tym samym umożliwi Zamawiającemu wybór z pośród najkorzystniejszych ofert, jak i osiągnięcie niższych cen oraz racjonalne gospodarowanie finansami publicznymi.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 229**Dotyczy Zakresu nr 134 poz. nr 1**

Czy zamawiający dopuści podkład o wymiarach 50 cm x 20 m , z perforacją co 80 cm, wykonany z 2 x warstwa bibuły i 1 x warstwa folii, nieprzemakalny, o gramaturze 54 g/m²?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie podkładu o ww. parametrach, spełniającego pozostałe wymogi SIWZ. W przypadku zaoferowania podkładu w rolkach 20 m, należy przemnożyć ilość rolek x 2 i zaoferować 20 rolek.

Pytanie 230**Dotyczy Zakresu nr 4 poz. nr 2**

Prosimy o dopuszczenie zaoferowania cewnika foley o dł. Min.27-28cm, spełniających pozostałe wymogi siwz. Nadmieniamy, iż jest to standardowa długość dla cewników pediatrycznych, pozwalająca na bezpieczne wykonanie procedury cewnikowania.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza.

Centrum Medyczne „Żelazna” sp. z o.o.
ul. Żelazna 90, 01-004 Warszawa

centrala 22 25 59 800, sekretariat 22 25 59 801, faks 22 25 59 913
szpital@szpitalzelazna.pl www.szpitalzelazna.pl

KRS 0000445779 REGON 012103423 NIP 527-01-04-746 kapitał zakładowy: 1 000 000,00 zł

Pytanie 231**Dotyczy Zakresu nr 4 poz. nr 3**

Prosimy o dopuszczenie zaoferowani cewników w opakowaniu podwójnym: wew. worku foliowym i zewn. Opakowaniu foliowym.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 232**Dotyczy Zakresu nr 4 poz. nr 3**

Prosimy o dopuszczenie cewników z balonem o pojemności 10ml.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie cewnika o ww. parametrach, spełniającego pozostałe wymogi SIWZ.

Pytanie 233**Dotyczy Zakresu nr 4 poz. nr 4**

Prosimy o dopuszczenie zaoferowania cewników z balonem 10ml.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 234**Dotyczy Zakresu nr 4 poz. nr 5**

Prosimy o dopuszczenie zaoferowani cewników foley z twardą plastikową zastawką.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 235**Dotyczy Zakresu nr 4 poz. nr 10-12**

Prosimy o sprecyzowanie czy cewniki mają być sterylizowane radiacyjnie?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający wymaga jałowych cewników ale nie określa sposobu ich sterylizacji.

Pytanie 236**Dotyczy Zakresu nr 4 poz. nr 10-12**

Prosimy o doprecyzowanie czy twory boczne drenujące mają się cechować średnicą nie większą niż 5mm?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie cewników o ww. parametrach, spełniających pozostałe wymogi SIWZ.

Pytanie 237**Dotyczy Zakresu nr 4 poz. nr 10-12**

Prosimy o doprecyzowanie czy twory boczne drenujące mają się cechować zaoblonym kształtem?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie cewników o ww. parametrach, spełniających pozostałe wymogi SIWZ.

Pytanie 238**Dotyczy Zakresu nr 4 poz. nr 2**

Czy Zamawiający oczekuje, aby cewnik pakowany był z fabrycznie wypełniona strzykawką, co gwarantuje bezpieczeństwo wypełnienia balonu?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie oczekuje podtrzymując zapisy SIWZ.

Pytanie 239**Dotyczy Zakresu nr 4 poz. nr 5**

Czy Zamawiający oczekuje, aby cewnik pakowany był z fabrycznie wypełniona strzykawką, co gwarantuje bezpieczeństwo wypełnienia balonu?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie oczekuje podtrzymując zapisy SIWZ.

Pytanie 240**Dotyczy Zakresu nr 14 poz. nr 1**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie filtra do podaży lipidów o objętości wypełnienia 0,15 ml.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie filtra o ww. parametrach, spełniającego pozostałe wymogi SIWZ.

Pytanie 241**Dotyczy Zakresu nr 14 poz. nr 2**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie filtra do podaży lipidów o objętości wypełnienia 0,15 ml, bez zacisków z zastawki antyzwrotnymi w dystalnej części drenu.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający w pozycji nr 2 podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 242**Dotyczy Zakresu nr 19**

Prosimy o sprecyzowanie czy Zamawiający dopuszcza żel do cewnikowania zawierający parabeny – substancje wnikać przez skórę oraz błony śluzowe akumulując się w organizmie i powodujące objawy alergiczne, są też rozważane jako czynnik mutageny?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 243**Dotyczy Zakresu nr 19**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie jałowego, rozpuszczalnego w wodzie, bezbarwnego i przezroczystego żelu, przeznaczonego do podawania docewkowego, o działaniu znieczulającym i bakteriobójczym (Lidocaine hydrochloride 2%, Chlorhexidine didydrochloride 0,05%), z możliwością zastosowania podczas cewnikowania pęcherza moczowego, wymiany cewników, endoskopii pęcherza moczowego, rektoskopii, kolonoskopii, w aplikatorze harmonijkowym o pojemności 12,5g, z datą ważności na indywidualnym opakowaniu papier-folia?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 244**Dotyczy Zakresu nr 19**

Czy żel do cewnikowania ma być sterylizowany parą wodną?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający wymaga zaoferowania żelu sterylnego ale nie określa sposobu jego sterylizacji.

Pytanie 245**Dotyczy Zakresu nr 20 poz. nr 1**

Prosimy Zamawiającego o odstąpienie od wymogu zintegrowanego mechanizmu automatycznie osłaniającego ostrze igły podczas jej cofania, tak jak w obecnie stosowanej kaniuli.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuści zaoferowanie kaniuli bez zintegrowanego mechanizmu automatycznie osłaniającego ostrze igły podczas jej cofania, spełniającej pozostałe wymogi SIWZ

Pytanie 246**Dotyczy Zakresu nr 20 poz. nr 1-7**

Prosimy o sprecyzowanie czy kaniule mają pochodzić od jednego producenta, tak jak obecnie stosowane?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ (wymóg zaoferowania kaniul z pozycji 1-6 pochodzących od jednego producenta).

Pytanie 247**Dotyczy Zakresu nr 20 poz. nr 1-7**

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy w celu podnoszenia kwalifikacji pielęgniarek i położnych zgodnie z Ustawą o zawodach pielęgniarki i położnej z dnia 15.07.2011 (Dz. U. 2011 nr 174 poz. 1039 z późn. zmianami) Zamawiający będzie wymagał przeprowadzenia w trakcie obowiązywania umowy przynajmniej 2 kursów doształcających o różnej tematyce związanej z bezpieczną kaniulacją, ochroną przed ekspozycją zawodową, opieką nad dostępem naczyniowym, zarejestrowanych w Okręgowej Izbie Pielęgniarek i Położnych właściwej dla miejsca prowadzenia kształcenia i w związku z tym oczekuje dołączenia do oferty zestawienia zawierającego nr rejestracyjny oraz tematykę w/w kursów?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający udziela negatywnej odpowiedzi.

Pytanie 248**Dotyczy Zakresu nr 24 poz. nr 1**

Prosimy o dopuszczenie zestawu do lewatywy bez ogranicznika do oparcia palców, spełniającego pozostałe wymogi siwz.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie zestawu do lewatywy bez ogranicznika do oparcia palców, spełniającego pozostałe wymogi SIWZ.

Pytanie 249**Dotyczy Zakresu nr 25 poz. nr 1-3**

Prosimy o wyjaśnienie czy na opakowaniu jednostkowym ma być oryginalnie nadrukowany rysunek ostrza w skali 1:1?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie wymaga.

Pytanie 250

Dotyczy Zakresu nr 25 poz. nr 1-3

Prosimy o sprecyzowanie czy kartonowe opakowanie zbiorcze ostrzy (100szt) ma być szczelne zewnętrznie owinięte folią?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie wymaga podtrzymując zapisy SIWZ.

Pytanie 251

Dotyczy Zakresu nr 43 poz. nr 1

Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie czy wymaga aby koreczki były dwufunkcyjne?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający potwierdza, że wymaga aby zaoferowane w pozycji nr 1 koreczki były dwufunkcyjne.

Pytanie 252

Dotyczy Zakresu nr 43 poz. nr 1 i 2

Prosimy o sprecyzowanie czy produkty mają pochodzić od jednego producenta, co pozwala na zachowanie pełnej kompatybilności i szczelności połączeń?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie wprowadza takiego wymogu.

Pytanie 253

Dotyczy Zakresu nr 43 poz. nr 2

Prosimy o sprecyzowanie czy kraniki mają być sterylizowane radiacyjnie, tak jak obecnie stosowane?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający wymaga zaoferowania kraników sterylnych, jednak nie określa sposobu ich sterylizacji.

Pytanie 254

Dotyczy Zakresu nr 44 poz. nr 2 i 7

Prosimy o sprecyzowanie czy strzykawki mają posiadać oryginalnie nadrukowane na cylindrze logo producenta i nazwę własną typu strzykawki, co pozwala na identyfikację produktu bez opakowania jednostkowego?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 255

Dotyczy Zakresu nr 44 poz. nr 3-6

Czy tłok strzykawki w celu zapewnienia jego stabilności i pewnego chwytu ma posiadać zwężenia jego obwodu mierzone od części chwytnej tłoka (pierścienia zewnętrznego) nie większe niż 25%-30% całej długości tłoka?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 256

Dotyczy Zakresu nr 45 poz. nr 1

Prosimy o dopuszczenie zaoferowania kranika z przedłużaczem 100cm z objętością wypełnienia 5,5ml, tak jak obecnie stosowane, spełniającego pozostałe wymogi siwz.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 257

Dotyczy Zakresu nr 45 poz. nr 2

Prosimy o sprecyzowanie czy przedłużacz w kraniku ma być wyposażony w dodatkowy port bezigłowy pozwalający do dostrzykiwania leku bez konieczności rozłączania systemu, tak jak obecnie stosowane produkty?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający, zgodnie z opisem zamówienia, wymaga zaoferowania kranik wyposażony w dodatkowy port do iniekcji.

Pytanie 258

Dotyczy Zakresu nr 45 poz. nr 1 i 2

Prosimy o sprecyzowanie czy kraniki mają być sterylizowane radiacyjnie, tak jak obecnie stosowane produkty?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie określa sposobu sterylizacji oferowanych kraników.

Pytanie 259

Dotyczy Zakresu nr 45 poz. nr 1 i 2

Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie czy kranik ma posiadać białe trójamienne pokrętło?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie kranika posiadającego białe trójamienne pokrętło, spełniającego pozostałe wymogi SIWZ.

Pytanie 260

Dotyczy Zakresu nr 46 poz. nr 1

Prosimy o dopuszczenie zaoferowania strzykawki, tak jak obecnie stosowane, posiadającej tłok i cylinder wykonane z polipropylenu, spełniającej pozostałe wymogi siwz.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie strzykawek o ww. parametrach, spełniających pozostałe wymogi SIWZ.

Pytanie 261

Dotyczy Zakresu nr 46 poz. nr 2 i 3

Z uwagi na fakt, iż z pompą Kwapisz kompatybilne i wymienione w menu są konkretne strzykawki – w tym 50/60ml producenta firmy Janpol, prosimy o dopuszczenie zaoferowania dla pompy Kwapisz strzykawek producenta firmy Janpol, które posiadają na cylindrze nadrukowaną nazwę producenta bez typu strzykawki.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie strzykawek, które posiadają na cylindrze nadrukowaną nazwę producenta bez typu strzykawki, spełniających pozostałe wymogi SIWZ.

Pytanie 262

Dotyczy Zakresu nr 52

Prosimy o sprecyzowanie czy port do pobierania próbek moczu ma być wyposażony w przezroczyste okienko podglądu do kontroli obecności moczu i procesu pobierania próbek?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie wymaga i podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 263

Dotyczy Zakresu nr 52

Prosimy o potwierdzenie, iż zaoferowany worek ma posiadać podwójny zgrzew, co gwarantuje jego szczelność?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie wymaga podwójnego zgrzewu i podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 264

Dotyczy Zakresu nr 62 poz. nr 1

Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie czy wymaga obwodu oddechowego o 7 dniowym czasie użycia potwierdzonym w instrukcji umieszczonej w każdym opakowaniu jednostkowym?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie wymaga i podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 265

Dotyczy Zakresu nr 62 poz. nr 1

Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie czy w celu łatwiejszej identyfikacji produktu, na etykiecie ma być umieszczony piktogram wizualizujący wszystkie elementy zestawu?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie wymaga.

Pytanie 266

Dotyczy Zakresu nr 62 poz. nr 2

Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie czy wymagany obwód oddechowy do anestezji ma być odpowiedni dla dorosłych i dzieci od 4,5kg co potwierdza oświadczenie producenta dołączone wraz z ofertą?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 267

Dotyczy Zakresu nr 65

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie sterylnej wody do dozownika tlenu, pojemnik o pojemności 500 ml, jednorazowego użytku, wyposażony w system mikrodyfuzorów w komorze bocznej zapewniającej skuteczne nawilżenie przepływającego tlenu.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie produktu o ww. parametrach, spełniającego pozostałe wymagania SIWZ.

Pytanie 268

Dotyczy Zakresu nr 65

Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie czy wymaga pojemnika ze sterylną wodą o dwukomorowej budowie zabezpieczającej przed osadzaniem się cząsteczek wody wewnątrz drenu tlenowego?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie wymaga i podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 269

Dotyczy Zakresu nr 79

Prosimy o sprecyzowanie czy Zamawiający dopuszcza żel do cewnikowania zawierający parbeny – substancje wnikające przez skórę oraz błony śluzowe akumulując się w organizmie i powodujące objawy alergiczne, są też rozważane jako czynnik mutageny?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 270

Dotyczy Zakresu nr 79

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie jałowego, rozpuszczalnego w wodzie, bezbarwnego i przezroczystego żelu, przeznaczonego do podawania docewkowego, o działaniu znieczulającym i bakteriobójczym (Lidocaine hydrochloride 2%, Chlorhexidine didydrochloride 0,05%), z możliwością zastosowania podczas cewnikowania pęcherza moczowego, wymiany cewników, endoskopii pęcherza moczowego, rektoskopii, kolonoskopii, w aplikatorze harmonijkowym o pojemności 8,5g, z datą ważności na indywidualnym opakowaniu papier-folia, w op. zbiorczym po 25szt?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie preparatu o ww. parametrach, spełniającego pozostałe wymagania SIWZ.

Pytanie 271

Dotyczy Zakresu nr 86

Prosimy o dopuszczenie worków z plastikowym okrągłym kołnierzem przy otworze worka, spełniającym pozostałe wymagania SIWZ.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 272

Dotyczy Zakresu nr 105

Prosimy o dopuszczenie drenu wielokanalikowego o 16 kanalikach.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 273**Dotyczy Zakresu nr 117**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie worka do godzinowej zbiórki moczu, komora pomiarowa 500 ml, worek na mocz 2000 ml, dren łączący dł. 150 cm, możliwość podwieszania zestawu na minimum 3 niezależne sposoby.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie worka o ww. parametrach, spełniającego pozostałe wymogi SIWZ.

Pytanie 274**Dotyczy Zakresu nr 117**

Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie czy wymaga aby system wyposażony był w zastawkę w łączniku do cewnika foley, która zgodnie z wymaganiami Zamawiającego ma zabezpieczać przed cofaniem się moczu do cewnika Foley w kierunku pacjenta?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie worka o ww. parametrach, spełniającego pozostałe wymogi SIWZ.

Pytanie 275**Dotyczy Zakresu nr 137 poz. nr 1**

Prosimy o dopuszczenie rękojeści staplera laparoskopowego o dł. roboczej 16cm.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 276**Dotyczy Zakresu nr 137 poz. nr 2**

Prosimy o dopuszczenie ładunków o kolejnych wysokościach zszywek: 2,5 mm. 3,5mm; 4,8mm, reszta zgodna z SIWZ.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 277**Dotyczy Zakresu nr 137 poz. nr 3**

Prosimy o dopuszczenie staplerów okrężnych z uchylnym kowadełkiem o śr. 26, 29 i 32mm ze zszywkami o przekroju okrągłym o wys. zszywek 4,8mm dla 26, 29mm i 5,0mm dla rozmiaru 32.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 278**Dotyczy Zakresu nr 62 poz. nr 1**

Czy Zamawiający w zakresie 62 dopuści w pozycji 1 układ oddechowy dla dorosłych z PCV, rozciągliwy, dwie rury o długości po rozciągnięciu min. 1,8 m, zachowujące pamięć kształtu, o średnicy 22 mm, kominek 22 mmM i 15 mmF do połączenia z rurką intubacyjną, trójnik Y 22mmM i 15mmF, złączka prosta do worka oddechowego, dodatkowa rura rozciągliwa o długości po rozciągnięciu min. 0,9 m, worek bezlateksowy o poj. 2-L. Rura worka, worek i konektor nie połączone. Jednorazowy, czysty mikrobiologicznie lub sterylne.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 279**Dotyczy Zakresu nr 77 poz. nr 1, 2 i 4**

Czy Zamawiający w zakresie 77 dopuści w pozycji 1,2 oraz 4 wyroby pakowane po 10 szt., dostosowując jednocześnie ilość przewidywaną do realizacji?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 280**Dotyczy Zakresu nr 129**

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o doprecyzowanie jakiego typu łyżek oczekuje. Najczęściej wykorzystywanym typem jest Macintosh (rozmiary od 1 do 5) oraz Miller (rozmiary od 00 do 4).

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający modyfikuje opis przedmiotu zamówienia dodając wymóg zaoferowania łyżki typu Macintosh o rozmiarach 3 i 4. Pozostałe wymogi SIWZ bez zmian.

Pytanie 281**Dotyczy zapisów SIWZ.**

Czy w formularzu ofertowym Wykonawca może pozostawić jedynie pakiety, na które składa ofertę, usuwając pozostałe?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający udziela pozytywnej odpowiedzi.

Pytanie 282**Dotyczy par. 6 ust. 4 Projektu Umowy**

Czy nie zaszła oczywista omyłka? Termin realizacji reklamacji jest parametrem ocenianym i zostanie przez Wykonawcę podany w ofercie.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. W Zakresach nr 1-95, 97-141 jedynym kryterium oceny ofert jest cena, w zakresie nr 96 kryterium oceny ofert jest cena oferty i ocena techniczna. Dla żadnego zakresu termin realizacji reklamacji nie stanowi parametru ocenianego.

Pytanie 283**Dotyczy Zakresu nr 62 poz. nr 1**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie układu oddechowego dla dorosłych z PE, rozciągliwego, dwie rury o długości po rozciągnięciu min. 2 m zachowujące pamięć kształtu, średnicy 22 mm, kominek 22 mmM i 15 mmF do połączenia z rurką intubacyjną, trójnik Y 22mmM i 15mmF, złączka prosta do worka oddechowego, dodatkowa rura rozciągliwa o długości po rozciągnięciu min. 1,5 m, worek bezlateksowy o poj. 2L. Rura worka, worek i konektor nie połączone. Jednorazowy, czysty mikrobiologicznie.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie układu oddechowego o ww. parametrach.

Pytanie 284

Dotyczy Zakresu nr 62 poz. nr 2

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie układu oddechowego, typu rura w rurze o średnicy 30 mm (wew. 18mm) i długości min. 160 cm z kolankiem 90st., port kapno, dodatkowa rura rozciągliwa o długości po rozciągnięciu min. 150 cm zachowująca pamięć kształtu, worek bezlateksowy z 2L, złączka prosta 22 mmM - 22 mmM, jednorazowy z testerem szczelności dla zapewnienia bezpieczeństwa użytkowania, czysty mikrobiologicznie.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 285**Dotyczy Zakresu nr 54 poz. nr 2**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie układu oddechowego jednorazowego użytku do respiratorów Babylog 8000, Infinity C500, posiadający spiralną grzałkę w drenie na linii wdechowej. Układ oddechowy z dwoma kolorami rur odróżniającymi wdech i wydech; w kpl. dren proksymalny; część Y oraz posiadająca wejście do podawania surfaktantu; posiadający kpl. adapterów umożliwiających stosowanie układu do różnych typów respiratorów. Wejście w grzałce zawierające wcięcie, takie aby umożliwiło podłączenie czujnika temp. stosowanego do modelu nawilżacza MR850 ARU, MR730 firmy Fisher&Paykel. Komplet musi zawierać komorę z automatycznym pobieraniem wody, posiadającą dwa pływaki zabezpieczające przed przedostaniem się wody do układu oddechowego. Układ wraz z komorą musi tworzyć kpl. tj. znajdować się w jednym opakowaniu.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie układu oddechowego o ww. parametrach, spełniającego pozostałe wymagania SIWZ. Jednocześnie Zamawiający modyfikuje opis przedmiotu zamówienia dodając wymóg aby zaoferowany układ oddechowy był przystosowany do prowadzenia wentylacji metodą oscylacyjną oraz posiadał port do podawania tlenu azotu. *(patrz również odp. na pytanie nr 213, 306 i 307)*

Pytanie 286**Dotyczy Zakresu nr 54 poz. nr 4**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie maski do resuscytacji noworodków przy pomocy Ambu, średnica noworodkowa 15mm lub 22mm wykonana z miękkiego silikonu, atraumatyczna, dobrze dopasowująca się do twarzy dziecka, czysta biologicznie, możliwość sterylizowania.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 287**Dotyczy Zakresu nr 109**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie do zaoferowania pokrowców na lampy do fototerapii firmy ATOM pakowane w niepodzielne opakowania po 50 sztuk z odpowiednim przeliczeniem ilości tj. 2 opakowania a' 50szt.?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie pokrowców na lampy do fototerapii firmy ATOM, pakowane w niepodzielne opakowania po 50 sztuk z odpowiednim przeliczeniem ilości tj. 2 opakowania a`50szt., spełniających pozostałe wymagania SIWZ.

Pytanie 288**Dotyczy Zakresu nr 35 poz. nr 1**

Czy w trosce o zdrowie i bezpieczeństwo personelu medycznego Zamawiający będzie wymagał rękawic o obniżonej zawartości protein lateksowych poniżej 20µg/g, co w znacznym stopniu niweluje możliwość wystąpienia niepożądanych reakcji alergicznych.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 289

Dotyczy Zakresu nr 35 poz. nr 1-2

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o doprecyzowanie, czy w trosce o bezpieczeństwo personelu będzie wymagał, aby rękawice były zarejestrowane w kategorii III środka ochrony indywidualnej tj. w kategorii produktów przeznaczonych do procedur wysokiego ryzyka oraz posiadały poziom AQL 1.0, oznaczający mniejszą ilość wadliwych wyrobów w przebadanej serii

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 290

Dotyczy Zakresu nr 35 poz. nr 2

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania rękawic pakowanych a'200szt, z jednoczesnym przeliczeniem zamawianych ilości. Umożliwi to złożenie oferty na ten sam produkt w korzystniejszej dla Zamawiającego cenie.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 291

Dotyczy Zakresu nr 96 poz. nr 1-3

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o doprecyzowanie, czy w trosce o bezpieczeństwo użytkowników będzie wymagał, aby rękawice były zarejestrowane w kategorii III środka ochrony indywidualnej tj. w kategorii produktów przeznaczonych do procedur wysokiego ryzyka oraz posiadały poziom AQL 1.0, oznaczający mniejszą ilość wadliwych wyrobów w przebadanej serii.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 292

Dotyczy Zakresu nr 96 poz. nr 1

Czy w trosce o zdrowie i bezpieczeństwo personelu medycznego Zamawiający będzie wymagał rękawic o obniżonej zawartości protein lateksowych poniżej 20µg/g, co w znacznym stopniu niweluje możliwość wystąpienia niepożądanych reakcji alergicznych

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 293

Dotyczy Zakresu nr 96 poz. nr 2

Czy w trosce o zdrowie i bezpieczeństwo personelu medycznego Zamawiający będzie wymagał rękawic o obniżonej zawartości protein lateksowych poniżej 50µg/g, co w znacznym stopniu niweluje możliwość wystąpienia niepożądanych reakcji alergicznych

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 294**Dotyczy Zakresu nr 96 poz. nr 3**

W związku z niedostępnością na rynku pudrowanych sterylnych syntetycznych rękawic chirurgicznych, zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o wyrażenie zgody na zaoferowanie w w/w pozycji rękawic bezpudrowych, spełniających pozostałe wymagania SIWZ

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 295**Dotyczy Zakresu nr 107 poz. nr 1**

Pytanie 8 dotyczące Pakietu nr 107 poz. 1

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o wyrażenie zgody na zaoferowanie w w/w pozycji rękawic nitrilowych o dł. min. 301mm (XS, S, M, L, XL), grubości na palcu min. 0,14 mm, na dłoni min. 0,09mm, min. siły zerwania (przed/po starzeniu) – 10N/9,5N. Rękawice zgodne z EN-455, AQL 1.0. Przebadane na przenikanie 14 cytostatyków zgodnie z normą ASTM D6978-05 :

Carmustine / 26.2 min

Cisplatinum / do 240 min

Cyclophosphamide (Cytoxan) / do 240 min

Cytarabine / do 240 min

Dacarbazine / do 240 min

Doxorubicin Hydrochloride / do 240 min

Etoposide (Toposar) / do 240 min

5-Fluorouracil / do 240 min

Paclitaxel / do 240 min

Ifosfamide / do 240 min

Methotrexate / do 240 min

Palitaxel (taxol) / do 240 min

ThioTepa / 59.1 min

Vincristine Sulfate / do 240 min

Przebadane na substancje chemiczne (zgodnie z EN 374-3):

40% wodorotlenek sodu >480min/6 poziom

10-13% Podchloryn sodu >480min/6 poziom

50% kwas siarkowy >480min/6 poziom

5% bromek etyldyny >480min/6 poziom

37% Formaldehyd >60min/3 poziom

50% Glutaraldehyd >480min/6 poziom

0,1% Fenol >480min/6 poziom

1,5% Metanol w wodzie >480min/6 poziom

Rękawice przebadane na przenikanie mikroorganizmów zgodnie z ASTM F1671.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 296**Dotyczy Zakresu nr 107 poz. nr 1**

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu odporności rękawic na przenikanie środków dezynfekcyjnych Cidex?

Centrum Medyczne „Żelazna” sp. z o.o.

ul. Żelazna 90, 01-004 Warszawa

centrala 22 25 59 800, sekretariat 22 25 59 801, faks 22 25 59 913

szpital@szpitalzelazna.pl www.szpitalzelazna.pl

KRS 0000445779 REGON 012103423 NIP 527-01-04-746 kapitał zakładowy: 1 000 000,00 zł

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 297**Dotyczy Zakresu nr 119**

Czy zamawiający pisząc „Kompatybilny z urządzeniami pracującymi w technologii Masimo SET” ma na myśli czujniki wykonane w technologii Masimo SET? Ponieważ technologia Masimo SET aby pracowała poprawianie szybko zbierał sygnał, eliminowała artefakty ruchowe wymaga czujników w tej samej technologii Masimo SET.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający potwierdza, iż pisząc „Kompatybilny z urządzeniami pracującymi w technologii Masimo SET” ma na myśli czujniki wykonane w technologii Masimo SET.

Pytanie 298**Dotyczy Zakresu nr 119**

Czy zamawiający dopuści czujniki wykonane w technologii Masimo SET wymagane oraz kompatybilne ze wszystkimi urządzeniami Masimo wykonanymi w technologii Masimo SET łącznie z wymaganym przez zamawiającego Masimo SET Rad8 nowego typu o długości 14,5 cm?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza czujnik o ww. parametrach, spełniający pozostałe wymogi SIWZ (patrz również odpowiedź na pytanie nr 299).

Pytanie 299**Dotyczy Zakresu nr 119 poz. nr 2**

Prosimy zamawiającego o określenie zakresu wagowego dla czujnika znajdującego się w pozycji 2

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający modyfikuje opis przedmiotu zamówienia i dodaje do opisu zakres wagowy pacjenta: <3kg >30kg.

Pytanie 300**Dotyczy Zakresu nr 69**

Czy dla precyzyjnego pomiaru zamawiający oczekuje nieliniowości i histereza przetwornika poniżej 1,5%?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający w pozycji nr 1 i 2 dopuszcza zaoferowanie przetworników o ww. parametrach, spełniających pozostałe wymogi SIWZ.

Pytanie 301**Dotyczy Zakresu nr 69**

Czy zamawiający oczekuje od przetworników, aby ułatwić identyfikację linii (żylna, tętnicza) zestaw ma zawierać naklejki identyfikujące oraz kontrastowo żółte koreczki dla uniknięcia przypadkowej kontaminacji?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie przetworników o ww. parametrach, spełniających pozostałe wymogi SIWZ.

Pytanie 302**Dotyczy Zakresu nr 42 poz. 1 i 2**

Czy Zamawiający w pkt. 1 i 2 będzie wymagał, aby igły na samym końcu posiadały segmentową powierzchnię echogeniczną znajdującą się na trzech odcinkach, dzięki której końcówka igły będzie bardziej rozpoznawalna i wykluczała pomylenie igły z inną strukturą?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający modyfikuje opis przedmiotu zamówienia i wymaga aby zaoferowane w pkt. 1 i 2 igły na samym końcu posiadały segmentową powierzchnię echogeniczną znajdującą się na trzech odcinkach, dzięki której końcówka igły będzie bardziej rozpoznawalna i wykluczała pomylenie igły z inną strukturą, spełniającą pozostałe wymogi SIWZ. *(patrz również odpowiedź na pytanie nr 303).*

Pytanie 303**Dotyczy Zakresu nr 42 poz. nr 1 i 2**

Czy Zamawiający w pkt. 1 i 2 będzie wymagał, żeby dren do podawania leków był na stałe zintegrowany z uchwytem igły?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający modyfikuje opis przedmiotu zamówienia i wymaga aby zaoferowane w pkt 1 i 2 igły posiadały dren na stałe zintegrowany z uchwytem igły oraz spełniały pozostałe wymogi SIWZ. *(patrz również odpowiedź na pytanie nr 302).*

Pytanie 304**Dotyczy Zakresu nr 8 poz. nr 1**

Prosimy Zamawiającego o wykreślenie wymogu dodania dodatkowych taśm zamiennych z gąbki. Przypominamy, że opis wskazuje na czujniki jednorazowe a więc przeznaczone dla jednego pacjenta a dodatkowe taśmy wskazywały by na powtórne wykorzystanie czujnika nawet na tym samym pacjencie.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 305**Dotyczy zapisów SIWZ**

Czy Zamawiający uzna za spełniony wymóg art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP, jeśli wykonawca, który nie należy do żadnej grupy kapitałowej, przedstawi stosowne oświadczenie wraz z ofertą ?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza złożenie wraz z ofertą oświadczenia dot. braku przynależności do grupy kapitałowej pod warunkiem, że z jego treści będzie wynikało, że Wykonawca nie należy do żadnej grupy kapitałowej

Pytanie 306**Dotyczy Zakresu nr 54 poz. nr 2**

Prosimy o odstąpienie od wymogu dla komory nawilżacza posiadającej dwa płyny. Każda komora dedykowana do wentylacji noworodków posiada zabezpieczenie antyprzelewowe. Wymaganie dwóch płynów w komorze nawilżacza stawia na uprzywilejowanej pozycji tylko jedną firmę. Takie działanie ogranicza innym firmom złożenie oferty w przedmiocie Zamówienia.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający odstępuje od wymogu posiadania przez każdą komorę dwóch płynów zabezpieczających przed przedostaniem się wody do układu oddechowego. Zamawiający podtrzymuje pozostałe wymogi SIWZ. *(patrz również odp. na pytanie nr 213, 285 i 307)*

Pytanie 307**Dotyczy Zakresu nr 54 poz. nr 2**

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o odstąpienie od wymogu wykonania części oddechowej z materiału MICROCELL. Nazwa materiału MICROCELL jest, nazwą własną stosowaną tylko przez jednego producenta co powoduje ograniczenie złożenia oferty innym firmom na kompatybilny z respiratorem układ oddechowy.

Oferowany przez nas układ oddechowy posiada taką konstrukcję, która w znacznym stopniu ogranicza poziom skroplin w układzie oddechowym.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie układu oddechowego o ww. parametrach, spełniającego pozostałe wymogi SIWZ. Jednocześnie Zamawiający modyfikuje opis przedmiotu zamówienia dodając wymóg aby zaoferowany układ oddechowy był przystosowany do prowadzenia wentylacji metodą oscylacyjną oraz posiadał port do podawania tlenu azotu. *(patrz również odp. na pytanie nr 213, 285 i 306)*

Pytanie 308**Dotyczy Zakresu nr 54 poz. nr 2**

Prosimy o odstąpienie od wymogu części obrotowej Y i dopuszczenie układu oddechowego ze złączem Y usytuowanym pod kątem 90°.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 309**Dotyczy Zakresu nr 54 poz. nr 2**

Czy Zamawiający nie popełnił pomyłki w opisie przedmiotu zamówienia stosując charakterystykę przepływu na poziomie powyżej 4L/min? Czy wspomniany układ oddechowy nie powinien charakteryzować się przepływem poniżej 4L/min. Jest to układ dedykowany dla noworodków.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 310**Dotyczy Zakresu nr 118 poz. nr 1**

Czy Zamawiający wymaga, aby elektrody EKG noworodkowe były niewidoczne dla promieni RTG?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie elektrod o ww. parametrach, spełniających pozostałe wymogi SIWZ.

Pytanie 311**Dotyczy Zakresu nr 118 poz. nr 1**

Czy Zamawiający wymaga, aby elektrody EKG noworodkowe utrzymywały się na skórze pacjenta przez min. 3 doby ?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie wymaga.

Pytanie 312**Dotyczy Zakresu nr 139**

Czy Zamawiający dopuści smoczki jednorazowe typu READY-TO-USE, kształt standardowy, wersja PREMATURE dla wcześniaków (jedna dziurka – wolny wypływ), oraz wersja STANDARD dla dzieci

Centrum Medyczne „Żelazna” sp. z o.o.
ul. Żelazna 90, 01-004 Warszawa

centrala 22 25 59 800, sekretariat 22 25 59 801, faks 22 25 59 913
szpital@szpitalzelazna.pl www.szpitalzelazna.pl

KRS 000044579 REGON 012103423 NIP 527-01-04-746 kapitał zakładowy: 1 000 000,00 zł

donoszonych (trzy dziurki - średni wpływ), pakowane pojedynczo, z nakrętką do butelek ze standardowym gwintem, kodowane kolorem na spodzie opakowania, bez lateksu oraz Bisphenolu A, z otworem odpowietrzającym?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Zamawiający informuje, iż termin składania i otwarcia ofert nie ulega zmianie.

Termin składania ofert: **do 09.10.2018 r. do godz. 10:00.**

Termin otwarcia ofert: **09.10.2018 r. godz. 10:30.**

Miejsce otwarcia ofert pozostaje bez zmian.

PREZES ZARZĄDU

Wojciech Puzyna dr n. med.