



CENTRUM MEDYCZNE ŻELAZNA

Szpital i Przychodnia św. Zofii



MIASTO
STOŁECZNE
WARSZAWA

Warszawa, 16 maja 2019r.

DO: Wykonawców

OD: Zamawiającego

LICZBA STRON: 4

DOTYCZY: postępowania o zamówienie publiczne na dostawę implantów do Centrum Medycznego „Żelazna” sp. z o.o., sygn. sprawy 35-W-D-04-2019.

Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2. ustawy Prawo zamówień publicznych przesyłam Państwu pytania zadane przez Wykonawców i odpowiedzi Zamawiającego:

Pytanie nr 1

Dotyczy zakresu 1

Czy Zamawiający dopuści 60 szt. Taśm do leczenia wysiłkowego nietrzymania moczu u kobiet, polipropylenową, monofilamentową z plastikową osłonką na taśmie, jednorodną, niewchłaniającą, długość 45 cm, szerokość 1,1 cm, porowatość max 1870 μm , grubość taśmy 0,33 mm, gramatura 48 g/m², wytrzymałość na rozciąganie 70 N/cm, wykonaną w technologii quadriaxial (geometria romboidalna, obecność włókien skośnych, podwójna nić wzmacniająca), końce zaopatrzone w bezpieczne pętelki, bez nici prolonowych na przewodnicach

oraz

2 szt. igieł wielorazowego użytku, ze stali chirurgicznej, spiralnych, prawa i lewa, do implantacji metoda przezzaślonową, bez przewodnika, bez wskaźnika ?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 2

Dotyczy zakresu 2

Czy Zamawiający dopuści 30 szt. taśm do chirurgicznej korekcji wysiłkowego nietrzymania moczu u kobiet, taśma polipropylenowa, monofilamentowa, z plastikową osłonką na taśmie, jednorodna, niewchłaniająca, długość 45 cm, szerokość 1,1 cm, porowatość max 1870 μm , grubość taśmy 0,33 mm, gramatura 48 g/m², wytrzymałość na rozciąganie 70 N/cm, wykonana w technologii quadriaxial (geometria romboidalna, obecność włókien skośnych, podwójna nić wzmacniająca), końce zaopatrzone w bezpieczne pętelki,

Centrum Medyczne „Żelazna” sp. z o.o.

ul. Żelazna 90, 01-004 Warszawa

centrala 22 25 59 800, sekretariat 22 25 59 801, faks 22 25 59 913

szpital@szpitalzelazna.pl www.szpitalzelazna.pl

KRS 0000445779 REGON 012103423 NIP 527-01-04-746 kapitał zakładowy: 1 000 000,00 zł

SZP/RW

oraz

1 szt. igły wielorazowego użytku, ze stali chirurgicznej, do implantacji w/w zestawu do przejścia załonowego?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 3

Dotyczy zakresu 1 i 2

Prosimy o zwolnienie z wymogu dostarczenia próbek do Zakresu nr 1 i nr 2.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 4

Dotyczy zakresu nr 1

Czy Zamawiający dopuści produkt o następujących właściwościach:

Taśma do leczenia wysiłkowego nietrzymania moczu u kobiet .

Wykonana jest niewchłaniałnego polipropylenu monofilamentowego. Parametry:

- szerokość: 1,2 cm
- długość: 45 cm
- grubość: 0,45 mm
- gramatura: 57 g/m²
- wielkość porów: 0,90 mm

Taśma w plastikowej osłonce, brzegi zakończone pętelkami. Implantacja taśmy przez otwory załonowe.

W zestawie znajdują się dwa narzędzia jednorazowego użytku wykonane z niekorodującego chromu. Ergonomiczne uchwyty zapewniają optymalną kontrolę podczas wprowadzania igły.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 5

Dotyczy zakresu nr 2

Czy Zamawiający dopuści produkt o następujących właściwościach:

Taśma do leczenia wysiłkowego nietrzymania moczu u kobiet metodą załonową.

Wykonana jest niewchłaniałnego polipropylenu monofilamentowego. Parametry:

- szerokość: 1,2 cm
- długość: 45 cm
- grubość: 0,45 mm
- gramatura: 57 g/m²
- wielkość porów: 0,90 mm

Taśma w plastikowej osłonce, brzegi taśmy zakończone pętelkami.

W zestawie znajdują się dwa narzędzia jednorazowego użytku wykonane z niekorodującego chromu. Ergonomiczne uchwyty zapewniają optymalną kontrolę podczas wprowadzania igły.

Centrum Medyczne „Żelazna” sp. z o.o.

ul. Żelazna 90, 01-004 Warszawa

centrala 22 25 59 800, sekretariat 22 25 59 801, faks 22 25 59 913

szpital@szpitalzelazna.pl www.szpitalzelazna.pl

KRS 000044579 REGON 012103423 NIP 527-01-04-746 kapitał zakładowy: 1 000 000,00 zł

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 6**Dotyczy zakresu 1**

Czy Zamawiający dopuści alternatywnie:

- taśmę wykonaną z polipropylen/monofilament,
- uśredniony wymiar porów 4,1 mm x 1,2 mm (różnicowana wielkość porów - przemiennie duże i małe)
- szerokość 1,2 cm, długość min. 45cm
- taśma o atraumatycznych brzegach niewymagających plastikowej osłonki
- dwa wielorazowe narzędzia ze stali nierdzewnej do metody „insi de-out” (1 zestaw na narzędzi na 10 taśm – w sumie 4 zestawy dwóch narzędzi)?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 7**Dotyczy zakresu 2**

Czy Zamawiający dopuści alternatywnie:

- Dwie wielorazowe igły (1 zestaw na narzędzi na 10 taśm – w sumie 2 zestawy dwóch narzędzi) ze stali chirurgicznej profilowane do przejścia załonowego od środka do zewnątrz. (pewność/łatwość przejścia przez tkanki, minimalna urazowość, minimalne zagrożenie zakażeniem)
- Taśma o długości minimum 40 cm.
- Taśma o szerokości minimum 1 cm.
- Materiał: polipropylen – monofilament.
- Taśma musi posiadać właściwości elastyczne.
- taśma o atraumatycznych brzegach niewymagających plastikowej osłonki, zapakowana w torbkę papierowo-foliową.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 8**Dotyczy zapisów umowy**

par. 7 ust. 2: czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę treści tego ustępu na „Wykonawca zapłaci Zamawiającemu (na żądanie Zamawiającego) karę umowną w wysokości 5% wartości brutto niezrealizowanej części Zakresu (pakietu), gdy Wykonawca odstąpi od Umowy z przyczyn niezależnych od Zamawiającego.”?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 9**Dotyczy zapisów umowy**

Par 7 ust. 2: czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę treści tego ustępu na „Wykonawca zapłaci Zamawiającemu (na żądanie Zamawiającego) karę umowną w wysokości 5% wartości brutto niezrealizowanej części Zakresu (pakietu), gdy Zamawiający odstąpi od Umowy z przyczyn zależnych Wykonawcy”?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Zamawiający informuje, iż miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert nie ulega zmianie.

Termin składania ofert **21.05.2019 godz.10:00**

Termin otwarcia ofert **21.05.2019 godz.10:30**

PREZES ZARZĄDU

Wojciech Puzyna dr n. med.

Centrum Medyczne „Żelazna” sp. z o.o.

ul. Żelazna 90, 01-004 Warszawa

centrala 22 25 59 800, sekretariat 22 25 59 801, faks 22 25 59 913

szpital@szpitalzelazna.pl www.szpitalzelazna.pl

KRS 0000445779 REGON 012103423 NIP 527-01-04-746 kapitał zakładowy: 1 000 000,00 zł