



CENTRUM MEDYCZNE ŻELAZNA

Szpital i Przychodnia św. Zofii



**MIASTO
STOŁECZNE
WARSZAWA**

Warszawa,

10 lipca 2019r.

DO: Wykonawców

OD: Zamawiającego

LICZBA STRON: 1

DOTYCZY: postępowania o zamówienie publiczne na dostawę implantów do Centrum Medycznego „Żelazna” sp. z o.o., sygn. sprawy 86-W-D-06-2019.

Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2. ustawy Prawo zamówień publicznych przesyłam Państwu pytanie zadane przez Wykonawcę i odpowiedź Zamawiającego:

Pytanie nr 1

Dotyczy zakresu 1

Czy Zamawiający w Zakresie nr 1 oprócz asortymentu pierwotnie określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia dopuści również częściowo wchłanialną siatkę w kształcie Y do zabiegów sakrokolposuspensji / sakrokolpopleksji, o wymiarach: długość 27 cm, szerokość 5 cm, przeznaczoną do zabiegów laparotomii lub laparoskopii, kolor biały z pojedynczymi, niebieskimi włóknami.

Właściwości siatki:

- Materiał: monofilament – polipropylen przepleciony poliglekapronem,
- Porowatość 68,3 % przed wchłonięciem poliglekapronu,
- Porowatość 72,3 % po wchłonięciu poliglekapronu,
- Grubość 0,42 mm,
- Gramatura 57 g/m² przed wchłonięciem poliglekapronu,
- Gramatura 28 g/m² po wchłonięciu poliglekapronu,
- Czas wchłaniania ok. 84 dni.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuści siatkę o wskazanych wyżej parametrach spełniających pozostałe wymagania SIWZ.

Zamawiający informuje, iż miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert nie ulega zmianie.

Termin składania ofert **15.07.2019 godz.10:00**

Termin otwarcia ofert **15.07.2019 godz.10:30**

CZŁONEK ZARZĄDU

Agnieszka Łyda

Centrum Medyczne „Żelazna” sp. z o.o.

ul. Żelazna 90, 01-004 Warszawa

centrala 22 25 59 800, sekretariat 22 25 59 801, faks 22 25 59 913

szpital@szpitalzelazna.pl www.szpitalzelazna.pl

KRS 0000445779 REGON 012103423 NIP 527-01-04-746 kapitał zakładowy: 1 000 000,00 zł

SZP/RW