



**CENTRUM MEDYCZNE ŻELAZNA**  
Szpital i Przychodnia św. Zofii



**MIASTO  
STOŁECZNE  
WARSZAWA**

Warszawa, 11 lutego 2019r.

**DO: Wykonawców**

**OD: Zamawiającego**

**LICZBA STRON: 10**

**DOTYCZY: postępowania o zamówienie publiczne na materiałów opatrunkowych do Centrum Medycznego „Żelazna” sp. z o.o., sygn. sprawy 136-W-D-01-2019.**

---

Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2. ustawy Prawo zamówień publicznych przesyłam Państwu pytania zadane przez Wykonawców i odpowiedzi Zamawiającego:

**Pytanie 1**

**Dotyczy zakresu nr 1 poz. nr 1**

Czy Zamawiający dopuści podanie ceny za opakowanie handlowe a`100m, z przeliczeniem zamawianej ilości?

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający dopuszcza podanie ceny za opakowanie handlowe a`100 mb. W takim przypadku, podczas przygotowywania Formularza Cenowego, Wykonawca jest zobowiązany w kolumnie „Jednostka” zamienić sztuki na opakowanie, w kolumnie „Ilość sztuk w opakowaniu” wpisać 100 mb, a w kolumnie „Ilość jednostek” wpisać prawidłową ilość opakowań.

---

**Pytanie 2**

**Dotyczy zakresu nr 3 poz. nr 1, 4**

Czy Zamawiający dopuści plaster pakowany a`12sztuk, z przeliczeniem zamawianej ilości?

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie plastrów o ww. parametrach, spełniających pozostałe wymogi SIWZ. Jednocześnie Zamawiający oczekuje, iż w Formularzu Cenowym Wykonawca wyceni jako jednostkę: 1 sztukę plastra.

---

**Pytanie 3**

**Dotyczy zakresu nr 3 poz. nr 2 i 3**

Czy Zamawiający dopuści plaster wykonany z mikroporowatej włókniny?

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

---

**Pytanie 4****Dotyczy zakresu nr 5**

Czy Zamawiający dopuści opatrunek w rozmiarze 15x20cm pakowany a`50sztuk, z przeliczeniem zamawianej ilości?

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

---

**Pytanie 5****Dotyczy zakresu nr 9 poz. nr 2**

Czy Zamawiający dopuści podanie ceny za opakowanie handlowe a`5kg z przeliczeniem zamawianej ilości?

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający dopuszcza podanie ceny za opakowanie handlowe a`5kg. W takim przypadku, podczas przygotowywania Formularza Cenowego, Wykonawca jest zobowiązany w kolumnie „Jednostka” zamienić kilogramy na opakowanie, a w kolumnie „Ilość jednostek” wpisać prawidłową ilość opakowań (500 opakowań).

---

**Pytanie 6****Dotyczy zakresu nr 10 poz. nr 2**

Czy Zamawiający dopuści kompresy sterylizowane tlenkiem etylenu?

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie kompresów sterylizowanych tlenkiem etylenu, spełniających pozostałe wymogi SIWZ.

---

**Pytanie 7****Dotyczy zakresu nr 10 poz. nr 2**

Czy Zamawiający dopuści kompresy pakowane a`2szt z przeliczeniem zamawianej ilości?

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

---

**Pytanie 8****Dotyczy zakresu nr 12**

Czy Zamawiający dopuści podanie ceny za opakowanie handlowe a`20szuk, z przeliczeniem zamawianej ilości?

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający dopuszcza podanie ceny za opakowanie handlowe a`20 sztuk. W takim przypadku, podczas przygotowywania Formularza Cenowego, Wykonawca jest zobowiązany w kolumnie „Jednostka” zamienić sztuki na opakowanie, w kolumnie „Ilość sztuk w opakowaniu” wpisać 20 szt., a w kolumnie „Ilość jednostek” wpisać prawidłową ilość opakowań (1 020 opakowań).

---

**Pytanie 9****Dotyczy zakresu nr 16**

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania opatrunku hemostatycznego najnowszej generacji przeznaczonego do tamowania krwotoków zagrażających życiu o średniej i dużej intensywności w formie gazy w rozmiarze 7,6x1,5m, która zapobiega utracie krwi z uszkodzonych naczyń krwionośnych? Specjalna substancja zawarta w tych opatrunkach – chitosan powoduje hemostazę zamykając miejsca krwawienia poprzez utworzenie szybkiego skrzepu w kontakcie z krwią (po ok. 3 minutach).Opatrunki

---

Centrum Medyczne „Żelazna” sp. z o.o.

ul. Żelazna 90, 01-004 Warszawa

centrala 22 25 59 800, sekretariat 22 25 59 801, faks 22 25 59 913

szpital@szpitalzelazna.pl www.szpitalzelazna.pl

KRS 000044579 REGON 012103423 NIP 527-01-04-746 kapitał zakładowy: 1 000 000,00 zł

te mają działanie bakteriobójcze, dzięki czemu zabezpieczają ranę przed zakażeniem, a także są bezpieczne ponieważ nie wywołują reakcji egzotermicznej.

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający udziela pozytywnej odpowiedzi.

---

**Pytanie 10**

**Dotyczy zakresu nr 10 poz. nr 2**

Czy zamawiający dopuści kompresy pakowane po a`2 sztuki z odpowiednim przeliczeniem ilości? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

lub

Czy zamawiający dopuści kompresy pakowane 3 x 1 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

---

**Pytanie 11**

**Dotyczy zakresu nr 1 poz. nr 1**

Czy zamawiający wymaga gazę w roli 13 nitkową, niejałową, szer. 90 cm x 100 m?

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

---

**Pytanie 12**

**Dotyczy zakresu nr 1 poz. nr 1**

Czy zamawiający dopuszcza wycenę za opakowanie 100 mb. z przeliczeniem ilości?

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający dopuszcza podanie ceny za opakowanie handlowe a`100 mb. W takim przypadku, podczas przygotowywania Formularza Cenowego, Wykonawca jest zobowiązany w kolumnie „Jednostka” zamienić sztuki na opakowanie, w kolumnie „Ilość sztuk w opakowaniu” wpisać 100 mb, a w kolumnie „Ilość jednostek” wpisać prawidłową ilość opakowań.

---

**Pytanie 13**

**Dotyczy zakresu nr 10 poz. nr 1**

Czy zamawiający dopuści wycenę za opakowanie 'a 3 szt. w blistrze x 25 szt. blistrów, z przeliczeniem ilości i zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań?

**Odpowiedź Zamawiającego:**

W zakresie nr 10 poz. nr 1 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie kompresów w opakowaniach jak w pytaniu jednak nie wyraża zgodny na taką wycenę. Zamawiający oczekuje, iż w Formularzu Cenowym w zakresie nr 10 poz. nr 1, Wykonawca wyceni jako jednostkę: pakiet zawierający 3 sztuki kompresów.

---

**Pytanie 14**

**Dotyczy zakresu nr 10 poz. nr 2**

Czy zamawiający dopuści wycenę za opakowanie 'a 1 x 3 szt. w blistrze x 25 szt. blistrów, z przeliczeniem ilości i zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań?

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

---

Centrum Medyczne „Żelazna” sp. z o.o.

ul. Żelazna 90, 01-004 Warszawa

centrala 22 25 59 800, sekretariat 22 25 59 801, faks 22 25 59 913

szpital@szpitalzelazna.pl www.szpitalzelazna.pl

KRS 0000445779 REGON 012103423 NIP 527-01-04-746 kapitał zakładowy: 1 000 000,00 zł

**Pytanie 15****Dotyczy zakresu nr 12 poz. nr 1**

Czy zamawiający dopuści serwetę 4 warstwową, 17 nitkową, z nitką RTG i tasiemką, o wymiarach 45 cm x 45 cm, pakowaną indywidualnie, sterylną?

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

---

**Pytanie 16****Dotyczy zakresu nr 12 poz. nr 1**

Czy zamawiający dopuści serwetę gazową sterylną?

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

---

**Pytanie 17****Dotyczy zakresu nr 13 poz. nr 1**

Czy zamawiający dopuści włókninowy plaster do mocowania kaniuli, który posiada specjalne wycięcie do odpowiedniego umiejscowienia wokół kaniuli, natomiast duża powierzchnia opatrunku zapewnia ochronę i komfort w miejscu wkłucia, plaster posiada dodatkowa ochronę w postaci małego włókninowego opatrunku o wymiarze 2 cm x 2 cm, a zastosowany klej akrylowy nie powodował uczuleń na skórze pacjenta, o wymiarach 6 cm x 8 cm?

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie opatrunku o ww. parametrach, spełniającego pozostałe wymogi SIWZ, m. in. posiadania dodatkowej podkładki pod skrzydełka kaniuli obwodowej.

---

**Pytanie 18****Dotyczy zakresu nr 13 poz. nr 1**

Czy zamawiający dopuszcza wycenę za opakowanie 50 szt. z przeliczeniem ilości?

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia, w zakresie nr 13 Zamawiający dopuszcza wycenę za opakowanie 50 sztuk.

---

**Pytanie 19****Dotyczy zakresu nr 10 poz. nr 1 i 2**

Czy zamawiający dopuści wyroby sterylizowane innymi, dopuszczonymi prawem walidowanymi metodami sterylizacji, które zgodnie z SIWZ spełniają normy tzw. opatrunków inwazyjnych oraz chirurgicznych. Bardzo wiele wyrobów medycznych sterylizowanych tą metodą używanych jest na blokach operacyjnych, gdzie mają bezpośredni kontakt z ciałem pacjenta (narzędzia, obłożenia operacyjne, i tp.) – nie ma w związku z tym przeciwwskazań. Chcielibyśmy nadmienić, że najważniejszym uregulowaniem prawnym, dotyczącym sterylizacji wyrobów medycznych jest - poza Dyrektywą 93/42/EEC - norma europejska EN 556-1 z grudnia 2002 roku „Sterylizacja wyrobów medycznych. Wymagania dotyczące wyrobów medycznych określanych jako STERYLNE. Część 1. Wymagania dotyczące finalnie sterylizowanych wyrobów medycznych” (PKN, Warszawa 2002 r.) W punkcie 1 normy określającym jej zakres umieszczono uwagę : „Zgodnie z postanowieniami dyrektywy(-yw) UE odnoszącej się do wyrobów medycznych, dopuszcza się określenie wyrobu medycznego jako STERYLNY tylko wówczas, kiedy zastosowano zwalidowany proces sterylizacji. Wymagania dotyczące walidacji i rutynowej kontroli procesów sterylizacji wyrobu medycznego podano w EN ISO 11135-1:2007, EN ISO

---

Centrum Medyczne „Żelazna” sp. z o.o.

ul. Żelazna 90, 01-004 Warszawa

centrala 22 25 59 800, sekretariat 22 25 59 801, faks 22 25 59 913

szpital@szpitalzelazna.pl www.szpitalzelazna.pl

KRS 0000445779 REGON 012103423 NIP 527-01-04-746 kapitał zakładowy: 1 000 000,00 zł

11137-1:2006, EN ISO 17665-1:2006, EN 14160 i EN 14937". Normy dotyczą odpowiednio: EN ISO 11135-1:2007 – sterylizacja tlenkiem etylenu, EN ISO 11137-1:2006- sterylizacja radiacyjna, EN ISO 17665-1:2006 – sterylizacja parą wodną w nadciśnieniu.

Z zapisu tego już na wstępie jasno wynika fakt, że ustawodawca dopuścił wszystkie dostępne metody sterylizacji jako równoważne w procesie wytworzenia wyrobu medycznego określonego jako STERYLNY pod warunkiem, że jest to proces w pełni zwalizowany.

W części 4 normy EN 556 punkt 4.1 określającego wymagania określono:

„Aby finalnie wysterylizowany wyrób medyczny można było określić jako STERYLNY, teoretyczne prawdopodobieństwo znalezienia na/w nim zdolnych do życia drobnoustrojów powinno wynosić  $1 \times 10^{-6}$  lub być mniejsze.”

W uwadze 1 do punktu 4.2 zapisano: „ Dowodem na to, że wyrób medyczny jest sterylny są:

I. pierwsza i kolejne walidacje procesu sterylizacji, wykazujące akceptowalność procesu, oraz

II. informacje otrzymane podczas rutynowych kontroli i monitorowania, które wykazują, że zwalidowany proces został zastosowany w praktyce.”

Zarówno z przytoczonych w tym miejscu zapisów normy EN 556-1, jak również pozostałych jej uregulowań w żadnym stopniu i w żadnym miejscu nie wynika, że jakiegokolwiek wyroby medyczne powinny być sterylizowane tylko jedną określoną metodą. Jedynym wymaganiem w stosunku do wszystkich dopuszczonych metod sterylizacji jest dokonanie pełnej i powtarzanej walidacji procesu sterylizacji, bez względu na to, jaki czynnik sterylizujący został użyty w procesie produkcji wyrobu medycznego, określonego jako STERYLNY.

W przytoczonej normie EN 556-1 powołano zapisy normy EN 14937 – Sterylizacja produktów stosowanych w ochronie zdrowia. Ogólne wymagania dotyczące charakterystyki czynnika sterylizującego oraz opracowania, walidacji i rutynowej kontroli sterylizacji wyrobów medycznych.

Zakres niniejszej normy określa ogólne wymagania dotyczące charakterystyki czynnika sterylizującego oraz odnośnie do opracowania, walidacji i rutynowej kontroli procesu sterylizacji wyrobów medycznych.

W żadnej z części dotyczącej definicji produktu przeznaczonego do sterylizacji (część 7), czynnika sterylizującego (część 5), procesu sterylizacji (część 8) nie ma konkretnych wskazań na określoną metodę sterylizacji, nie ma również mowy o wyróżnieniu którejkolwiek metody w stosunku do pozostałych.

Zapisy normy w części 5 nakładają konieczność doboru czynnika sterylizującego w zależności od jego wpływu podczas ekspozycji na fizyczne i chemiczne właściwości sterylizowanych materiałów, oraz ich bezpieczeństwo biologiczne.

**Zgodnie z tymi postanowieniami nie powinno się stosować np. pary wodnej w nadciśnieniu do sterylizacji materiałów termolabilnych ze względu właśnie na temperaturę czynnika w czasie ekspozycji i możliwość ich uszkodzenia, nie mówi się jednak nic o wyborze konkretnej metody sterylizacji w stosunku do konkretnych materiałów, a wybór tej metody i ocenę jej wpływu na materiał sterylizowany powierza się producentowi lub podmiotowi dokonującemu sterylizacji.**

Bardzo ważnym z punktu widzenia naszych rozważań, jest zapis punktu 5.3.6 Załącznika E do normy: „jeżeli w ocenie ryzyka zagrożenia zdrowia przeprowadzanej zgodnie z 8.7 stwierdza się pozostałości czynnika sterylizującego, dla którego mają być ustalone akceptowalne granice, to zaleca się aby definicja procesu miała na celu minimalizację obecności takich pozostałości na lub w wyrobie, w momencie osiągnięcia wyspecyfikowanych wymagań dla sterylności. Dodatkowo, aby osiągnąć określone granice, może zająć potrzeba zdefiniowania postępowania poprocesowego w celu dalszego zredukowania poziomu pozostałości. Jeżeli wymagane jest postępowanie poprocesowe, to jest ono definiowane i walidowane jako część procesu sterylizacji.”

Z przytoczonych zapisów norm EN 556-1 i EN ISO 14937 bezspornie wynika, że brak jest jakichkolwiek podstaw do faworyzowania konkretnej metody sterylizacji wyrobów medycznych.

Podmioty stosujące argumentację, mającą potwierdzić konieczność stosowania sterylizacji parowej w odniesieniu do wyrobów gazowych, przytaczają zapisy punktu 76 Aneksu 1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 2 października 2006 w sprawie wymagań Dobrej Praktyki Wytwarzania (Dz.U. z 2006 r. Nr 194 poz. 1436 „sterylizacja tlenkiem etylenu powinna być stosowana tylko wówczas, gdy inne metody nie są możliwe do zastosowania”

---

Centrum Medyczne „Żelazna” sp. z o.o.

ul. Żelazna 90, 01-004 Warszawa

centrala 22 25 59 800, sekretariat 22 25 59 801, faks 22 25 59 913

szpital@szpitalzelazna.pl www.szpitalzelazna.pl

KRS 000044579 REGON 012103423 NIP 527-01-04-746 kapitał zakładowy: 1 000 000,00 zł

W tej argumentacji pominięte zostały dwa bardzo ważne czynniki:

1. ciąg dalszy brzmienia punktu 76:” Walidacja procesu powinna wykazać, że gaz nie działa szkodliwie na produkt a warunki i czas odgazowywania pozwalają na usunięcie pozostałości gazu oraz produktów reakcji do ustalonych, dopuszczalnych limitów dla danego materiału lub produktu”
2. Rozporządzenie Ministra Zdrowia cytowane powyżej zostało opracowane na podstawie Ustawy Prawo Farmaceutyczne i dotyczy produktów leczniczych, a nie wyrobów medycznych – a takimi są wyroby gazowe jałowe.

Wypełnienie zapisów norm prawnych, dotyczących sterylizacji wyrobów medycznych jest prawnym obowiązkiem wytwórcy danego wyrobu medycznego.

Spełnienie tych norm, stanowiących o bezwzględnym bezpieczeństwie stosowania sterylnego wyrobu medycznego, potwierdzone zostaje przez wytwórcę umieszczeniem znaku bezpieczeństwa wyrobu medycznego CE.

Fakt ten, po powołaniu odpowiednich norm, zostaje każdorazowo potwierdzony przez wytwórcę w Deklaracji Zgodności, potwierdzonej i zbadanej w przypadku wyrobów sterylnych przez jednostkę notyfikowaną, wydającą Certyfikat CE dla danego sterylnego wyrobu medycznego. Brak więc podstaw do twierdzenia, że dany wyrób sterylizowany konkretną metodą sterylizacyjną jest bezpieczniejszy czy w jakimkolwiek stopniu „lepszy” od innego wyrobu?

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie kompresów sterylizowanych tlenkiem etylenu, spełniających pozostałe wymogi SIWZ.

---

**Pytanie 20**

**Dotyczy zakresu nr 3 poz. nr 5**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie plastrów pakowanych po 100 szt., z przeliczeniem zamawianych ilości i zaokrągleniem do pełnych opakowań?

**Odpowiedź Zamawiającego:**

W zakresie nr 3 poz. nr 5 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie plastrów po 100 sztuk w opakowaniu, jak w pytaniu, jednak nie wyraża zgodny na taką wycenę. Zamawiający oczekuje, iż w Formularzu Cenowym w zakresie nr 3 poz. nr 5, Wykonawca wyceni jako jednostkę: jedną sztukę plastra.

---

**Pytanie 21**

**Dotyczy zakresu nr 10 poz. nr 1 i 2**

Czy Zamawiający wymaga zaoferowania kompresów gazowych sterylizowanych parą wodną – metodą najbezpieczniejszą dla pacjenta i personelu?

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający dopuszcza również zaoferowanie kompresów gazowych sterylizowanych parą wodną, spełniających pozostałe wymogi SIWZ.

---

**Pytanie 22**

**Dotyczy zakresu nr 13 poz. nr 1**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie opatrunku w rozm. 5x7,2cm, bez dodatkowej podkładki pod skrzydełka kaniuli obwodowej?

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

---

---

Centrum Medyczne „Żelazna” sp. z o.o.

ul. Żelazna 90, 01-004 Warszawa

centrala 22 25 59 800, sekretariat 22 25 59 801, faks 22 25 59 913

szpital@szpitalzelazna.pl www.szpitalzelazna.pl

KRS 0000445779 REGON 012103423 NIP 527-01-04-746 kapitał zakładowy: 1 000 000,00 zł

**Pytanie 23****Dotyczy zakresu nr 1 poz. nr 1**

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania gazy opatrunkowej pakowanej w składki po 100mb.

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia dopuszcza zaoferowanie gazy opatrunkowej w składki po 100 mb. Zamawiający dopuszcza również podanie ceny za opakowanie handlowe a`100 mb. W takim przypadku, podczas przygotowywania Formularza Cenowego, Wykonawca jest zobowiązany w kolumnie „Jednostka” zamienić sztuki na opakowanie, w kolumnie „Ilość sztuk w opakowaniu” wpisać 100 mb, a w kolumnie „Ilość jednostek” wpisać prawidłową ilość opakowań.

---

**Pytanie 24****Dotyczy zakresu nr 10 poz. nr 1**

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania kompresów pakowanych w opakowanie zbiorcze 300 x (3szt.)

**Odpowiedź Zamawiającego:**

W zakresie nr 10 poz. nr 1 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie kompresów w opakowaniach jak w pytaniu jednak nie wyraża zgodny na taką wycenę. Zamawiający oczekuje, iż w Formularzu Cenowym w zakresie nr 10 poz. nr 1, Wykonawca wyceni jako jednostkę: pakiet zawierający 3 sztuki kompresów.

---

**Pytanie 25****Dotyczy zakresu nr 10 poz. nr 2**

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania kompresów 17 nitkowych 8 warstwowych 5cm x 5cm pakowanych a ` 1 szt. brzegi kompresów nie składane do wewnątrz. Opakowanie zbiorcze 40 x (1 x 3 szt).

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

---

**Pytanie 26****Dotyczy zakresu nr 10 poz. nr 2**

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania kompresów pakowanych a ` 2 szt. z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości. Opakowanie zbiorcze 60 x (25 x 2 szt).

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

---

**Pytanie 27****Dotyczy zakresu nr 5 poz. nr 1**

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania opatrunków sterylizowanych tlenkiem etylenu.

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie opatrunków sterylizowanych tlenkiem etylenu, spełniających pozostałe wymogi SIWZ.

---

**Pytanie 28****Dotyczy zakresu nr 12 poz. nr 1**

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania serwety gazowej 20- nitkowej o wymiarach 45cm x 45cm (+/-10%) posiadającej element radiacyjny w postaci niebieskiej taśmy radiacyjnej- chipa pvc- wszytej w zwinięty brzeg serwety i tasiemką, poddanej procesowi prania wstępnego. Pozostałe parametry bez zmian.

---

Centrum Medyczne „Żelazna” sp. z o.o.

ul. Żelazna 90, 01-004 Warszawa

centrala 22 25 59 800, sekretariat 22 25 59 801, faks 22 25 59 913

szpital@szpitalzelazna.pl www.szpitalzelazna.pl

KRS 0000445779 REGON 012103423 NIP 527-01-04-746 kapitał zakładowy: 1 000 000,00 zł

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

---

**Pytanie 29****Dotyczy zakresu nr 13 poz. nr 1**

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaferowania opatrunku do mocowania kaniul w rozmiarze 6 x 8 cm, z nacięciem, pokrytego hypoalergicznym klejem kauczukowym bez zawartości tlenku cynku, pakowanego w opakowanie a' 50 szt. sterylizowanych tlenkiem etylenu.

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający dopuszcza zaferowanie opatrunku o ww. parametrach, spełniającego pozostałe wymogi SIWZ

---

**Pytanie 30****Dotyczy zakresu nr 1 poz. nr 5**

Czy Zamawiający wyrazi Zgodę na zaferowanie w Zakresie 1 poz. 5 opaski dzianej o wymiarach 4m x 12cm? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

---

**Pytanie 31****Dotyczy zakresu nr 10 poz. nr 2**

Czy Zamawiający wyrazi Zgodę na zaferowanie w Zakresie 10 poz. 2 kompresów gazowych jałowych zgodnych z opisem SIWZ pakowanych po 2 sztuki (po odpowiednim przeliczeniu) ?

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

---

**Pytanie 32****Dotyczy zakresu nr 12**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie w zakresie 12 serwety gazowej o parametrach zgodnych z SIWZ z **elementem RTG\* zamiast nitki,\***

\* Przytaczany "element RTG" to nic innego, jak taśma poliestrowa wszyta w brzeg serwety, kontrastująca w promieniach RTG, koloru niebieskiego - zastępuje ona nitkę RTG, a jej zastosowanie jest coraz powszechniej stosowane na blokach operacyjnych.

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający dopuszcza zaferowanie w zakresie nr 12 serwety gazowej o parametrach zgodnych z SIWZ, z taśmą poliestrową wszytą w brzeg serwety, kontrastującą w promieniach RTG, koloru niebieskiego (zamiast nitki RTG). Zamawiający nie dopuszcza zaferowania serwety gazowej z chipem RTG.

---

**Pytanie 33****Dotyczy zakresu nr 5**

Czy Zamawiający w zakresie pakietu nr 5 dopuści złożenie oferty z opatrunkami do zabezpieczenia ran pooperacyjnych o wymiarach całkowitych 9x25 cm, spełniające pozostałe wymagania Zamawiającego?

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

---

Centrum Medyczne „Żelazna” sp. z o.o.

ul. Żelazna 90, 01-004 Warszawa

centrala 22 25 59 800, sekretariat 22 25 59 801, faks 22 25 59 913

szpital@szpitalzelazna.pl www.szpitalzelazna.pl

KRS 000044579 REGON 012103423 NIP 527-01-04-746 kapitał zakładowy: 1 000 000,00 zł



**Pytanie 34****Dotyczy zakresu nr 5**

Czy Zamawiający w Pakiecie nr 5 dopuści wycenę za opakowanie = 40 szt. z odpowiednim przeliczeniem zamawianych jednostek = 118,75?

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie oraz wycenę opatrunku w opakowaniach, każde zawierające 40 sztuk, z przeliczeniem i zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań (119 op.) W takim przypadku, podczas wypełniania Formularza Cenowego, Wykonawca zobowiązany jest do dokonania samodzielnej zmiany w kolumnie „Ilość sztuk w opakowaniu” na 40 szt. oraz w kolumnie „Ilość jednostek” na 119 opakowań.

---

**Pytanie 35****Dotyczy zakresu nr 8 poz. nr 1**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie gąbka hemostatyczna 80x50x1mm, z zachowaniem pozostałych opisów zgodnie z SIWZ.

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie opatrunku hemostatycznego o ww. parametrach, spełniającego pozostałe wymogi SIWZ.

---

**Pytanie 36****Dotyczy zakresu nr 8**

Czy Zamawiający w Pakiecie 8 pod pojęciem „Sterylna, żelatynowa gąbka. Właściwości absorpcyjne. Do stosowania podczas zabiegów operacyjnych. Z efektem hemostatycznym w ciągu kilku minut. Wymiary 70 mm x 50 mm x 1 mm. Pakowane pojedynczo. Całkowicie wchłaniający po kilku dniach. Termin ważności minimum 24 miesiące (licząc od daty dostarczenia towaru do Zamawiającego)” rozumie i będzie wymagał jałową, nierozpuszczalną w wodzie, plastyczną wchłaniającą gąbką z żelatyny wieprzowej, przewidzianą do stosowania jako środek hemostatyczny nakładany na krwawiącą powierzchnię; gąbka jest porowata, w kolorze złamanej bieli. Wymiary 70 mm x 50 mm x 1 mm. Sterylizowanej suchym, gorącym powietrzem?

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

---

**Pytanie 37****Dotyczy zakresu nr 13**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie opatrunku do mocowania kaniul obwodowych w rozmiarze 6 cm x 8 cm. Pozostałe zapisy zgodnie z SIWZ

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie opatrunku o ww. wymiarach, spełniającego pozostałe wymogi SIWZ.

---

**Pytanie 38****Dotyczy zakresu nr 13**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie opatrunku do mocowania kaniuli w opakowaniu 100 szt. z możliwością przeliczenia w formularzu asortymentowo- cenowym.

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie opatrunku w opakowaniu zawierającym 100 sztuk, z przeliczeniem ilości opakowań zaokrąglając w górę do pełnego opakowania (43 opakowania, każde zawierające 100 sztuk opatrunku). Zamawiający wyraża zgodę również na wycenę ww. opakowań.

---

Centrum Medyczne „Żelazna” sp. z o.o.

ul. Żelazna 90, 01-004 Warszawa

centrala 22 25 59 800, sekretariat 22 25 59 801, faks 22 25 59 913

szpital@szpitalzelazna.pl www.szpitalzelazna.pl

KRS 000044579 REGON 012103423 NIP 527-01-04-746 kapitał zakładowy: 1 000 000,00 zł

W takim przypadku, podczas wypełniania Formularza Cenowego, Wykonawca zobowiązany jest do dokonania samodzielnej zmiany w kolumnie „Ilość sztuk w opakowaniu” na 100 szt. oraz w kolumnie „Ilość jednostek” na 43 opakowania.

---

Zamawiający informuje, iż termin składania i otwarcia ofert nie ulega zmianie.  
Miejsce otwarcia ofert pozostaje bez zmian.

**PREZES ZARZĄDU**

**Wojciech Puzyna dr n.med.**

---

Centrum Medyczne „Żelazna” sp. z o.o.  
ul. Żelazna 90, 01-004 Warszawa  
centrala 22 25 59 800, sekretariat 22 25 59 801, faks 22 25 59 913  
szpital@szpitalzelazna.pl www.szpitalzelazna.pl

KRS 0000445779 REGON 012103423 NIP 527-01-04-746 kapitał zakładowy: 1 000 000,00 zł