



CENTRUM MEDYCZNE ŻELAZNA
Szpital i Przychodnia św. Zofii



**MIASTO
STOŁECZNE
WARSZAWA**

DO: Wykonawców

OD: Zamawiającego

DATA: 30.05.2019r.

LICZBA STRON: 2

DOTYCZY: postępowania o zamówienie publiczne na dostawę jednorazowych materiałów medycznych, sygn. sprawy 6-W-D-03-2019.

W załączeniu przesyłam tabelę zawierającą wyniki – Załącznik nr 1.

Jeżeli ta wiadomość jest niekompletna lub nieczytelna, proszę o kontakt ze Specjalistą w Sekcji Zamówień Publicznych pod numerem telefonu: (22) 22 255 98 78 lub na adres poczty elektronicznej: m.strzepka@szpitalzelazna.pl

CZŁONEK ZARZĄDU

Agnieszka Łyda

| NR ZAKRESU | NR OFERTY | NAZWA WYKONAWCY | CENA OFERTY oraz LICZBA PUNKTÓW W KRYTERIUM CENA waga 100%, | WYKONAWCY WYKLUCZENI (podstawa prawna) | OFERTY ODRZUCONE (podstawa prawna) | UWAGI |
|------------|-----------|--|---|--|--|--|
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
| 4 | 4 | Skamex Sp. z o.o. sp. k., ul. Częstochowska 38/52, 93-121 Łódź | Cena oferty: 1 512,00 zł - pkt | - | Art. 89 ust. 1 pkt 2 – treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zgodnie z Załącznikiem nr 2 do SIWZ „Formularz Cenowy Opis Przedmiotu Zamówienia” w Zakresie nr 4 poz. 1 Zamawiający wymagał zaofertowania zestawu do lewatywy m.in. z drenem o długości min. 135 cm. Wykonawca w ww. zakresie zaofertował zestaw do lewatywy o numerze katalogowym 35760, którego producentem jest Convatec. Dostarczone do Zamawiającego karty katalogowe dotyczące zaofertowanego przedmiotu zamówienia nie potwierdziły, że zaofertowany zestaw do lewatywy posiada dren o długości min. 135 cm. W odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego do złożenia wyjaśnień, Wykonawca w dniu 22.05.2019r. poinformował Zamawiającego, iż zaofertowane zestawy do lewatywy posiadają dren o długości minimum 115 cm, nie potwierdzając tym samym zgodności zaofertowanego produktu z wymogami SIWZ. | Postępowanie unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 uPzp |
| 20 | 1 | Lencomm Trade International Ewa Lenczowska-Tomczak Spółka jawna, ul. Wólczyńska 133, 01-919 Warszawa | Cena oferty: 5 284,44 zł - pkt | - | - | Postępowanie unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 i ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych – cena najkorzystniejszej oferty przewyższa o 2 196,18 zł kwotę, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. |
| | 12 | Neomed Barbara J. Stańczyk, ul. Kajki 18, 05-501 Piaseczno | Cena oferty: 2 933,28 zł - pkt | - | Art. 89 ust. 1 pkt 2 – treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zgodnie z Załącznikiem nr 2 do SIWZ „Formularz Cenowy Opis Przedmiotu Zamówienia” w Zakresie nr 20 Zamawiający wymagał zaofertowania testu do diagnostyki przedwczesnego pęknięcia błon płodowych do wykrywania IGFBP-1 i AFP w wymazach z pochwy kobiet w ciąży. Wykonawca w ww. zakresie zaofertował test o nazwie ACTIM PROM o numerze katalogowym 30831ETAC, którego producentem jest Medix Biochemica. Z dostarczonych do Zamawiającego kart katalogowych dotyczących zaofertowanego przedmiotu zamówienia nie wynika, iż zgodnie z opisem SIWZ test jest przeznaczony do wykrywania IGFBP-1 oraz AFP (karty katalogowe mówią jedynie o wykrywaniu IGFBP-1). Zamawiający wezwał Wykonawcę do złożenia wyjaśnień, a następnie do uzupełnienia kompletu materiałów reklamowych lub katalogów/folderów z dokładnym opisem przedmiotu zamówienia (zwłaszcza parametrów wymaganych w SIWZ) oraz instrukcji użytkowania przedmiotu zamówienia w języku polskim (o ile dotyczy) dotyczących zaofertowanego w zakresie nr 20 testu do diagnostyki przedwczesnego pęknięcia błon płodowych, z których wynikałoby, iż jest on przeznaczony zarówno do wykrywania IGFBP-1 jak również AFP w wymazach z pochwy kobiet w ciąży. Wykonawca nie złożył wyjaśnień ani nie dostarczył ww. dokumentów, nie wykazując tym samym, iż zaofertowany w zakresie nr 20 produkt spełnia wymogi SIWZ. | |

CZŁONEK ZARZĄDU

Agnieszka Łyda