



CENTRUM MEDYCZNE ŻELAZNA
Szpital i Przychodnia św. Zofii



**MIASTO
STOŁECZNE
WARSZAWA**

Warszawa, 25 kwietnia 2019r.

DO: Wykonawców

OD: Zamawiającego

LICZBA STRON: 22

DOTYCZY: postępowania o zamówienie publiczne na dostawę jednorazowych materiałów medycznych do Centrum Medycznego „Żelazna” sp. z o.o., sygn. sprawy 6-W-D-03-2019.

Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2. ustawy Prawo zamówień publicznych przesyłam Państwu pytania zadane przez Wykonawców i odpowiedzi Zamawiającego:

Pytanie 1

Dotyczy zapisów SIWZ

Czy Zamawiający uzna za spełniony wymóg art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP, jeśli wykonawca, który nie należy do żadnej grupy kapitałowej, przedstawi stosowne oświadczenie wraz z ofertą.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza złożenie wraz z ofertą oświadczenia dot. braku przynależności do grupy kapitałowej pod warunkiem, że z jego treści będzie wynikało, że Wykonawca nie należy do żadnej grupy kapitałowej.

Pytanie 2

Dotyczy SIWZ

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na złożenie formularza ofertowego i formularza cenowego zawierającego tylko pakiety na które składana jest oferta?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 3

Dotyczy Zakresu nr 21 poz. rękawice diagnostyczne 1

Czy Zamawiający dopuści rękawice diagnostyczne wykonane z netrylu, bezpudrowe, mankiet rolowany, w kolorze niebieskim, o sile zrywania przed starzeniem 11N. Lekko teksturowane z dodatkową teksturą na końcach palców o długości całkowitej 295mm+/-5mm, o grubości rękawic w palcach, mediana min. 0,14 mm, na dłoni mediana min. 0,10mm. Zgodne z EN 455-1, 2, 3,4, EN 374-3. Zarejestrowane jako wyrób medyczny oraz środek ochrony indywidualnej kat. III. Pakowane po 100 szt. Rozmiary: S, M, L, XL.

Przebadane na przenikanie substancji chemicznych zgodnie z EN 374 i leków cytostatycznych zgodnie ASTM D 6978-05 oraz przenikanie krwi syntetycznej zgodnie z normą ASTM F 1670

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 4**Dotyczy Zakresu nr 21 poz. rękawice diagnostyczne 2**

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie jako równoważne rękawiczek nitrylowych, bezpudrowych, bez protein lateksu, z przedłużonym mankietem, kształt uniwersalny, mankiet rolowany, teksturowanych na końcach palców, o długości całkowitej rękawicy 300mm +/-5mm, średniej grubości na palcu 0,15mm+/-0,01mm, na dłoni 0,12mm+/-0,01mm, na mankiecie 0,10mm+/-0,01mm. Średnia siła zrywu przed starzeniem 11,5N, po starzeniu 9,7N. Wydłużenie średnie przed starzeniem 770%, średnie po starzeniu 520%. AQL 1,5. Rękawice zgodne z Dyrektywą o środkach ochrony indywidualnej - PPE 89/686/EEC w kategorii I, zgodne z EN 374, EN 420, EN 388, EN 455 (1-3), przebadane na przenikanie substancji chemicznych i leków cytostatycznych zgodnie z EN 374-3 przez niezależne akredytowane laboratorium, oraz dołączenie na potwierdzenie spełniania wymogów raportów z wynikami badania laboratorium akredytowanego oraz karty danych technicznych na potwierdzenie parametrów rękawicy, dostępnych w rozmiarach S, M, L, XL.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 5**Dotyczy Zakresu nr 21 poz. nr 2 – rękawice foliowe**

Czy Zamawiający dopuści rękawice foliowe nie będące wyrobem medycznym (brak zgodności z EN 455) które zwyczajowo są oferowane i stosowane w jednostkach publicznych?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający udziela pozytywnej odpowiedzi, wprowadzając jednocześnie wymóg aby zaoferowane rękawiczki posiadały dopuszczenie do kontaktu z żywnością.

Pytanie 6**Dotyczy Zakresu nr 42 poz. nr 1**

Czy Zamawiający dopuści rękawice wykonane z fleksylonu o lepszym poziomie AQL 0,10 o pozostałych parametrach zgodnych z SIWZ?

Pragniemy nadmienić iż czym niższy poziom AQL, tym rękawica szczelniejsza.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający udziela pozytywnej odpowiedzi.

Pytanie 7**Dotyczy Zakresu nr 43 poz. nr 1**

Czy Zamawiający dopuści rękawice pakowane w opakowania = 200szt z odpowiednim przeliczeniem ilości?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 8**Dotyczy zapisów Projektu Umowy, zakres nr 14- dreny**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu dostawy z max. 3 dni roboczych do 7 dni roboczych?

Centrum Medyczne „Żelazna” sp. z o.o.

ul. Żelazna 90, 01-004 Warszawa

centrala 22 25 59 800, sekretariat 22 25 59 801, faks 22 25 59 913

szpital@szpitalzelazna.pl www.szpitalzelazna.pl

KRS 0000445779 REGON 012103423 NIP 527-01-04-746 kapitał zakładowy: 1 000 000,00 zł

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 9**Dotyczy Zakresu nr 19**

Zwracam się z prośbą o dopuszczenie do udziału w zadaniu nr 19 (Taśma do kinesiotapingu) taśm w rozmiarze: długość 5m, szerokość 5cm, z przeliczeniem ilości do przewidzianej w SIWZ, to jest 51 rolek taśm o długości 5m. Pozostałe parametry zgodne z opisem.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 10**Dotyczy Zakresu nr 28 poz. nr 1 - Mocowanie generatora na główce (uprzęż lub opaska)**

Czy Zamawiający w miejsce opaski wymaga czepca owijanego wokół głowy pacjenta, który jest uniwersalnym rozwiązaniem przeznaczonym do stosowania w nieinwazyjnym wspomaganiu oddechu do założenia generatora i rur w mocowaniu kołyskowym oraz w terapii tlenowej wysokimi przepływami umożliwiającym zamocowanie kaniuli nosowej, dodatkowo dzięki konstrukcji w postaci opaski można regulować czepiec do aktualnego obwodu głowy małego pacjenta w zależności od potrzeb – w przypadku obrzęku lub ustąpienia obrzęku bądź u pacjenta poddanego długoterminowej terapii w miarę wzrostu dziecka bez konieczności zmiany rozmiaru, zabezpieczając tym samym przed deformacją główki. Czepiec jest dostępny w rozmiarach: XXS, XS, S, M, L, XL.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza również zaoferowanie mocowania generatora o ww. parametrach.

Pytanie 11**Dotyczy Zakresu nr 28 poz. nr 2 - Układ oddechowy**

W celu zaoferowania układu oddechowego kompatybilnego do opaski wymienionej w poz. 1 prosimy o doprecyzowanie czy Zamawiający wymaga układu o poniższych parametrach:

Układ oddechowy noworodkowy z generatorem IF, jednorazowego użytku (mikrobiologicznie czysty), z zabezpieczeniem przeciwdrobnoustrojowym opartym na działaniu jonów srebra przystosowany do opaski (inaczej: czepca do terapii wymiennych) w składzie:

- odcinek wdechowy podgrzewany dł. 1,2 m, □ wew. 10 mm,
- odcinek wydechowy niepodgrzewany z perforacją w postaci regularnych otworów zabezpieczających przed okluzją, umiejscowionych na wierzchołkach karbowań, na całej długości odcinka,
- odcinek łączący nawilżacz z respiratorem dł. 0,6 m,
- odcinek do pomiaru ciśnienia dł. 2,1 m,
- zestaw generatora w komplecie składającym się z:
 - generatora IF z elastycznymi i miękkimi paskami mocującymi z pętelkami do zaczepienia rzepów z jednej strony, zakończone zwężanymi i karbowanymi końcówkami, które ułatwiają montaż generatora do czapeczki,
 - kołyski do zamocowania generatora na czepcu, wykonaną z elastycznego tworzywa w kształcie litery T, z rzepem mocującym,
 - końcówki donosowej o zróżnicowanej grubości ramion donosowych w rozm. S, M, L (3 szt.),
 - miarki?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza również zaoferowanie układu oddechowego o ww. parametrach.

Centrum Medyczne „Żelazna” sp. z o.o.

ul. Żelazna 90, 01-004 Warszawa

centrala 22 25 59 800, sekretariat 22 25 59 801, faks 22 25 59 913

szpital@szpitalzelazna.pl www.szpitalzelazna.pl

KRS 0000445779 REGON 012103423 NIP 527-01-04-746 kapitał zakładowy: 1 000 000,00 zł

Pytanie 12**Dotyczy Zakresu nr 28 poz. nr 3 - Maska nosowa**

Czy Zamawiający dopuści zakres rozmiarów masek nosowych w skali: S, M, L i XL?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza również zaoferowanie masek nosowych o zakresie rozmiarów w skali: S, M, L i XL, spełniających pozostałe wymogi SIWZ.

Pytanie 13**Dotyczy Zakresu nr 1 poz. nr 3**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie cewnika posiadającego twardą ułatwiającą podłączenie strzykawki zastawkę do napełnienia balonu zapewniającą doskonałą szczelność balonu z balonem o pojemności 10ml spełniającego pozostałe SIWZ ?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 14**Dotyczy Zakresu nr 1 poz. nr 3**

Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie czy oczekuje aby cewnik był w zestawie ze strzykawką wypełnioną wstępnie 10% roztworem gliceryny do napełnienia balonu?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 15**Dotyczy Zakresu nr 1 poz. nr 3**

Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie czy oczekuje aby cewnik był przeznaczony do stosowania do 90 dni z informacją o czasie stosowania potwierdzoną w katalogu producent i fabrycznie nadrukowane na opakowaniu jednostkowym?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 16**Dotyczy Zakresu nr 1 poz. nr 4**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie cewnika posiadającego twardą ułatwiającą podłączenie strzykawki zastawkę do napełnienia balonu zapewniającą doskonałą szczelność spełniającego pozostałe SIWZ?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 17**Dotyczy Zakresu nr 1 poz. nr 4**

Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie czy oczekuje aby cewnik był przeznaczony do stosowania do 90 dni z informacją o czasie stosowania potwierdzoną w katalogu producent i fabrycznie nadrukowane na opakowaniu jednostkowym?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Centrum Medyczne „Żelazna” sp. z o.o.

ul. Żelazna 90, 01-004 Warszawa

centrala 22 25 59 800, sekretariat 22 25 59 801, faks 22 25 59 913

szpital@szpitalzelazna.pl www.szpitalzelazna.pl

KRS 0000445779 REGON 012103423 NIP 527-01-04-746 kapitał zakładowy: 1 000 000,00 zł

Pytanie 18**Dotyczy Zakresu nr 1 poz. nr 5**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie cewnika posiadającego twardą ułatwiającą podłączenie strzykawki zastawkę do napełnienia balonu zapewniającą doskonałą szczelność, cewnik długości 40cm?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 19**Dotyczy Zakresu nr 1 poz. nr 5**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie cewnika pakowanego w wewnętrzny rękaw foliowy z grubszej folii perforowanej 5cm od końca?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 20**Dotyczy Zakresu nr 1 poz. nr 6**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie cewnika posiadającego twardą ułatwiającą podłączenie strzykawki zastawkę do napełnienia balonu zapewniającą doskonałą szczelność, cewnik długości 40cm.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 21**Dotyczy Zakresu nr 1 poz. nr 7**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie cewnika posiadającego twardą ułatwiającą podłączenie strzykawki zastawkę do napełnienia balonu zapewniającą doskonałą szczelność, cewnik długości 40cm.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 22**Dotyczy Zakresu nr 1 poz. nr 8**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie cewnika posiadającego twardą ułatwiającą podłączenie strzykawki zastawkę do napełnienia balonu zapewniającą doskonałą szczelność, cewnik długości 40cm.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 23**Dotyczy Zakresu nr 1 poz. nr 10-12**

Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie czy oczekuje aby cewnik Pezzer'a posiadał 4 otwory drenujące o średnicy nie większej niż 5mm?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 24**Dotyczy Zakresu nr 1 poz. nr 10-12**

Prosimy o sprecyzowanie czy cewniki mają być sterylizowane radiacyjnie?

Centrum Medyczne „Żelazna” sp. z o.o.

ul. Żelazna 90, 01-004 Warszawa

centrala 22 25 59 800, sekretariat 22 25 59 801, faks 22 25 59 913

szpital@szpitalzelazna.pl www.szpitalzelazna.pl

KRS 000044579 REGON 012103423 NIP 527-01-04-746 kapitał zakładowy: 1 000 000,00 zł

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ, nie określając sposobu sterylizacji cewników wymienionych w pozycjach 10-12 Zakresu nr 1.

Pytanie 25**Dotyczy Zakresu nr 1 poz. nr 10-12**

Prosimy o sprecyzowanie czy otwory boczne mają cechować się zaoblonym kształtem?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 26**Dotyczy Zakresu nr 7**

Prosimy o dopuszczenie zaferowania Cewnika do odsysania w systemie zamkniętym na 72 godziny do rurek intubacyjnych o długości 54 cm, do rurek tracheotomijnych o długości 34 cm, skalowany co 1 cm, rozmiar kodowany kolorystycznie oraz numerycznie na cewniku, z jednym otworem centralnym i 2 bocznymi naprzeciwległymi, z blokadą próżni wyposażoną w zatyczkę na uwięzi, pozbawiony DEHP w rozmiarach: 10 ; 12 ; 14 i 16 Fr, kompatybilny z adapterem do dróg oddechowych w rozm.10F, 12F, 14F, 16F wraz z Uniwersalnym adapterem do dróg oddechowych z obrotowym portem do połączenia obwodu oddechowego z obrotowym portem do połączenia z rurką intubacyjną/ lub tracheotomijną, z potwierdzoną w instrukcji użycia możliwością stosowania przez 7 dni, z portem dostępu w osi adaptera i rurki pozwalającym bez rozłączania obwodu oddechowego oraz bez rozłączania adaptera od rurki intubacyjnej/tracheostomijnej na odsysanie w systemie zamkniętym, otwartym, wykonanie procedury bronchoskopii, mini-Bal, rozgałęziony pod kątem 45 stopni, z jednokierunkowym portem luer do przepłukiwania cewnika umożliwiającym także podanie leku, z silikonową, bezobsługową, samouszczelniającą się, dwudzielną zastawką oddzielającą całkowicie komorę płukania od dróg oddechowych pacjenta.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający udziela pozytywnej odpowiedzi.

Pytanie 27**Dotyczy Zakresu nr 39**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie igły 22G, 5Ch/Fr, do podawania leków do pęcherza moczowego o długości 35cm z końcówką bezpieczną 4mm chroniącą przed przebicciem mięśniówki pęcherza moczowego.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 28**Dotyczy Zakresu nr 40**

Prosimy zamawiającego o doprecyzowanie czy worek ma posiadać przezroczyste okienko do kontroli proces po przeciwnej stronie do portu do pobierania próbek?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 29**Dotyczy Zakresu nr 4 poz. nr 1**

Czy Zamawiający dopuści zestaw do lewatywy o poniższym opisie:

Wykonany z trzech szczelnie ze sobą połączonych elementów: kaniuli drenu i irygatora. Worek wykonany z tworzywa miękkiego, przezroczystego. Uchwyt worka wytrzymały na obciążenie worka

Centrum Medyczne „Żelazna” sp. z o.o.

ul. Żelazna 90, 01-004 Warszawa

centrala 22 25 59 800, sekretariat 22 25 59 801, faks 22 25 59 913

szpital@szpitalzelazna.pl www.szpitalzelazna.pl

KRS 0000445779 REGON 012103423 NIP 527-01-04-746 kapitał zakładowy: 1 000 000,00 zł

płynem. Bez dodatku mydła. Pojemność worka 1500 ml. Worek z wyraźną skalą co 250 ml w kolorze granatowym. Zawieszenie worka umieszczone nad skalą wykonane z tego samego tworzywa co worek. Dren długości 115 cm wykonany z miękkiego, przezroczystego, niepodatnego na załamywanie tworzywa. Średnica drenu ok. 0,8 cm. Na drenie umieszczony zacisk do ograniczania wypływu płynu. Dren zakończony plastikowym, miękkim irygatorem o zaokrąglonym końcu. Irygator winien być wyposażony w okrągły ogranicznik do oparcia palców dla osoby wykonującej wlew o średnicy ok. 2 cm. Niesterylny ?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIW.

Pytanie 30

Dotyczy Zakresu nr 22 poz. nr 1

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie czepka w jednym kolorze tj. zielonym, opakowanie worki foliowy a'100 szt.?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 31

Dotyczy Zakresu nr 22 poz. nr 2

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie fartucha medycznego z rękawem wykończonym poliestrowym mankietem, rozmiar uniwersalny, kolor zielony?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 32

Dotyczy Zakresu nr 22 poz. nr 2

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie fartucha medycznego z rękawem wykończonym poliestrowym mankietem, kolor zielony, wykonany z włókniny o gramaturze min. 30 g/m²?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 33

Dotyczy Zakresu nr 22 poz. nr 3

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie fartucha medycznego wykonanego z włókniny o gramaturze min. 30g/m²?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 34

Dotyczy Zakresu nr 2 poz. nr 4

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie fartucha foliowego w rozmiarze uniwersalnym (długość fartucha 180cm)?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Centrum Medyczne „Żelazna” sp. z o.o.

ul. Żelazna 90, 01-004 Warszawa

centrala 22 25 59 800, sekretariat 22 25 59 801, faks 22 25 59 913

szpital@szpitalzelazna.pl www.szpitalzelazna.pl

KRS 0000445779 REGON 012103423 NIP 527-01-04-746 kapitał zakładowy: 1 000 000,00 zł

Pytanie 35**Dotyczy Zakresu nr 22 poz. nr 4**

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie fartucha foliowego w rozmiarze uniwersalnym (długość fartucha 116cm)?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 36**Dotyczy Zakresu nr 22 poz. nr 5**

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie trzywarstwowej maski?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie trzywarstwowej maski, spełniającej pozostałe wymogi SIWZ.

Pytanie 37**Dotyczy Zakresu nr 22 poz. nr 6**

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie foliowych ochraniaczy na obuwiu tylko w kolorze niebieskim?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie foliowych ochraniaczy na obuwiu w kolorze niebieskim, spełniających pozostałe wymogi SIWZ.

Pytanie 38**Dotyczy Zakresu nr 27 poz. nr 1**

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie ceny za op. a'100 szt. z przeliczeniem wymaganej ilości tj. 80 op. a' 100 szt.?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający udziela pozytywnej odpowiedzi.

Pytanie 39**Dotyczy Zakresu nr 36 poz. nr 1**

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie podkładu o gramaturze min. 38g/m²?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 40**Dotyczy Zakresu nr 38 poz. nr 1**

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie podkładu w rozmiarze 210cm x 80cm?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 41**Dotyczy Zakresu nr 38 poz. nr 1**

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie podkładu w rozmiarze 210cm x 80cm w kolorze zielonym?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Centrum Medyczne „Żelazna” sp. z o.o.

ul. Żelazna 90, 01-004 Warszawa

centrala 22 25 59 800, sekretariat 22 25 59 801, faks 22 25 59 913

szpital@szpitalzelazna.pl www.szpitalzelazna.pl

KRS 0000445779 REGON 012103423 NIP 527-01-04-746 kapitał zakładowy: 1 000 000,00 zł

Pytanie 42**Dotyczy Zakresu nr 40 poz. nr 1**

Czy Zamawiający dopuści zaferowanie worka na mocz o poniższym opisie:

Worek na mocz pojemność 2000ml, z zastawką antyzwrotną, sterylne· skala czytelna malejąca co 100 ml z cyfrą tłoczoną co 500 ml· worek foliowy, trwały, miękki; dren miękki nie zaginający się, długość drenu nie mniej niż 90 cm; końcówka drenu usztywniona, schodkowa o zwężonym końcu szczelnie łącząca cewnik typu FOLEY'a; szczelny zawór spustowy szybkiego opróżniania typu poprzecznego dł. całkowitej ok. 7 cm, z możliwością podwieszania do standardowych wieszaków, tylna ścianka biała, ułatwiająca wizualizację, długi termin ważności;

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 43**Dotyczy Zakresu nr 29**

Czy Zamawiający dopuści elektrody EKG dla noworodków o średnicy elektrody do 25 mm? Pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 44**Dotyczy Zakresu nr 4**

Czy zamawiający dopuści zestaw do lewatywy o pojemności 1000 ml wykonany ze wzmocnionej folii, z podziałką, uchwytem do zawieszenia ok. 17 cm dł w formie elastycznego drenu o średnicy ok /5 mm, dren posiada zacisk rolkowy o wymiarze ok. 4 cm x 1,5 cm , worek na wydzieliny ok. 24,5 cm x 14 cm, dren posiada zakończenie obłe z dwoma otworami bocznymi, długość drenu ok. 106 cm i średnicy ok. 6 mm, komora dł. Ok. 10,5 cm i średnica ok. 2,7 cm, w zestawie rękawiczki PE, opatrunek włókninowy, saszetka środka myjącego?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 45**Dotyczy Zakresu nr 22 poz. nr 1**

Czy zamawiający dopuści czepek typu beret, niesterylny, wykonany z włókniny polipropylenowej o gramaturze 16 g/m², w kolorze zielonym, o wymiarach : w stanie luźnym: średnica wewnętrzna 16 cm, średnica zewnętrzna 30 cm ± 1 cm ; długość gumki po rozciągnięciu czepka – 50-53 cm ?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 46**Dotyczy Zakresu nr 22 poz. nr 2**

Czy zamawiający dopuści fartuch w rozmiarze uniwersalnym?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 47**Dotyczy Zakresu nr 22 poz. nr 2**

Czy zamawiający dopuści fartuch w rozmiarze L i XL?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 48**Dotyczy Zakresu nr 22 poz. nr 2**

Czy zamawiający dopuści fartuch w rozmiarze uniwersalnym o wymiarach 112 cm x 140 cm?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 49**Dotyczy Zakresu nr 22 poz. nr 2**

Czy zamawiający dopuści fartuch w rozmiarze uniwersalnym o wymiarach 120 cm x 145 cm?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 50**Dotyczy Zakresu nr 22 poz. nr 2**

Prosimy Zamawiającego o doopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie handlowe 10 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający udziela pozytywnej odpowiedzi.

Pytanie 51**Dotyczy Zakresu nr 22 poz. nr 2**

Czy zamawiający dopuści fartuch włókninowy, z rozcięciem w tylnej części, poły do zakładania z tyłu na plecach, wiązany w talii, w kolorze zielonym, o gramaturze 20 g/m², długi rękaw, zakończony mankietem z bawełnianym ściągaczem o długości 5,5 cm, wiązany z tyłu w talii, niesterylny?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 52**Dotyczy Zakresu nr 22 poz. nr 2**

Czy zamawiający wymaga fartuch włókninowy z długim rękawem zakończonym mankietem z bawełnianym ściągaczem?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 53**Dotyczy Zakresu nr 22 poz. nr 4**

Czy zamawiający dopuści fartuch foliowy z polietylenu jednorazowego użytku typu przedniak o wymiarach 68 cm x 108 cm, wykonany z folii polietylenowej o grubości 18 mikronów, w rozmiarze uniwersalnym?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Centrum Medyczne „Żelazna” sp. z o.o.

ul. Żelazna 90, 01-004 Warszawa

centrala 22 25 59 800, sekretariat 22 25 59 801, faks 22 25 59 913

szpital@szpitalzelazna.pl www.szpitalzelazna.pl

KRS 0000445779 REGON 012103423 NIP 527-01-04-746 kapitał zakładowy: 1 000 000,00 zł

Pytanie 54**Dotyczy Zakresu nr 22 poz. nr 4**

Czy zamawiający dopuści fartuch w rozmiarze uniwersalnym?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 55**Dotyczy Zakresu nr 22 poz. nr 5**

Czy zamawiający dopuści maskę trójwarstwową w kolorze zielonym?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza maskę trójwarstwową w kolorze zielonym, spełniającą pozostałe wymogi SIWZ.

Pytanie 56**Dotyczy Zakresu nr 22 poz. nr 6**

Czy zamawiający dopuści ochraniacze foliowe, niebieskie, pakowane po 100 szt?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie ochraniaczy foliowych niebieskich, pakowanych po 100 sztuk ochraniaczy, z przeliczeniem ilości do 60 opakowań (razem 3000 par ochraniaczy), spełniających pozostałe wymogi SIWZ. .

Pytanie 57**Dotyczy Zakresu nr 22 poz. nr 6**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie handlowe 100 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający wyraża zgodę na dokonanie wyceny za opakowanie handlowe zawierające 100 sztuk ochraniaczy, z przeliczeniem ilości do 60 opakowań (razem 3000 par ochraniaczy).

Pytanie 58**Dotyczy Zakresu nr 22 poz. nr 3**

Czy zamawiający dopuści fartuch o gramaturze min. 35 g/m²?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 59**Dotyczy Zakresu nr 40 poz. 1-worek na mocz**

Czy zamawiający dopuści jednorazowy worek do dobowej zbiórki moczu z bezzwrotnym zaworem T i łącznikiem schodkowym, długość drenu 90 cm, sterylizowany tlenkiem etylenu, wykonany z medycznego PCV, opakowanie indywidualne – foliowe, zbiorczo pakowany po 10 szt., tylna ścianka worka mleczna ułatwiająca odczytanie pomiaru, skala co 100 ml?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Centrum Medyczne „Żelazna” sp. z o.o.

ul. Żelazna 90, 01-004 Warszawa

centrala 22 25 59 800, sekretariat 22 25 59 801, faks 22 25 59 913

szpital@szpitalzelazna.pl www.szpitalzelazna.pl

KRS 0000445779 REGON 012103423 NIP 527-01-04-746 kapitał zakładowy: 1 000 000,00 zł

Pytanie 60**Dotyczy Zakresu nr 40 poz. 1-worek na mocz**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie handlowe 10 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający wyraża zgodę na dokonanie wyceny za opakowanie handlowe zawierające 10 sztuk worków na mocz pojedynczo zapakowanych, z przeliczeniem ilości do 400 opakowań (razem 4000 sztuk).

Pytanie 61**Dotyczy Zakresu nr 14 poz. 1**

Prosimy o dopuszczenie zestawu drenów płuczących do Endomatu Hamou. Jendorazowego, sterylnego, z długim terminem ważności, opakowanie papier-folia. Jeden fragment drenu przeznaczony do ułożenia na rolkach pompy. Jeden koniec drenu zaopatrzony w dwie igły do wkłucia w płyny infuzyjne. Drugi koniec drenu dopasowany do narzędzia ssąco-płuczącego. Każdy zestaw drenów pakowany osobno.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający udziela pozytywnej odpowiedzi.

Pytanie 62**Dotyczy Zakresu nr 14 poz. nr 2**

Prosimy o dopuszczenie zestawu drenów płuczących do Endomatu Hamou. Jendorazowego, sterylnego, długi termin ważności, opakowanie papier-folia. Jeden fragment drenu przeznaczony do ułożenia na rolkach pompy. Jeden koniec drenu zaopatrzony w dwie igły do wkłucia w płyny infuzyjne. Drugi koniec drenu dopasowany do narzędzia ssąco-płuczącego. Każdy zestaw drenów pakowany osobno.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający udziela pozytywnej odpowiedzi.

Pytanie 63**Dotyczy Zakresu nr 1 poz. nr 1**

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu aby cewniki Nelaton były pozbawione ftalanów?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 64**Dotyczy Zakresu nr 1 poz. nr 2**

Czy Zamawiający dopuści cewnik Foley'a o długości 27cm?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie cewnika Foley'a o długości 27 cm, spełniającego pozostałe wymogi SIWZ.

Pytanie 65**Dotyczy Zakresu nr 1 poz. nr 3**

Czy Zamawiający dopuści cewnik Foley'a z balonem o pojemności 5-10ml?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie cewnika Foley'a z balonem o pojemności 5-10 ml, spełniającego pozostałe wymogi SIWZ.

Pytanie 66**Dotyczy Zakresu nr 1 poz. nr 5-8**

Czy Zamawiający dopuści cewnik Foley'a o długości 40cm?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie cewnika Foley'a o długości 40 cm, spełniającego pozostałe wymogi SIWZ.

Pytanie 67**Dotyczy Zakresu nr 6**

Czy Zamawiający dopuści prześcieradło 2 warstwowe celulozowe o gramaturze 34g/m², szerokości 50cm, perforowane co 37,5cm, wysokość zwoju 14cm?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 68**Dotyczy Zakresu nr 16 poz. nr 1-2**

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu aby cewniki Nelaton były pozbawione ftalanów?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 69**Dotyczy Zakresu nr 22 poz. nr 2**

Czy Zamawiający dopuści fartuch z mankietem poliestrowym?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 70**Dotyczy Zakresu nr 22 poz. nr 2**

Czy Zamawiający dopuści fartuch dostępny tylko w rozmiarze L i XL?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 71**Dotyczy Zakresu nr 22 poz. nr 2**

Czy Zamawiający dopuści fartuch pakowany a'10sztuk, z przeliczeniem zamawianej ilości?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający udziela pozytywnej odpowiedzi.

Pytanie 72**Dotyczy Zakresu nr 22 poz. nr 3**

Czy Zamawiający dopuści fartuch z mankietem poliestrowym?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 73**Dotyczy Zakresu nr 22 poz. nr 3**

Czy Zamawiający dopuści fartuch w kolorze żółtym?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie fartucha w kolorze żółtym, spełniającego pozostałe wymogi SIWZ.

Pytanie 74**Dotyczy Zakresu nr 22 poz. nr 3**

Czy Zamawiający dopuści fartuch wykonany z włókniny polipropylenowej o gramaturze 13g/m², przód w cały rękaw pokryty jednostronnie folią o gramaturze 12g/m²?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 75**Dotyczy Zakresu nr 22 poz. nr 3**

Czy Zamawiający dopuści fartuch wykonany z włókniny polipropylenowej podfoliowanej na całej powierzchni w rozmiarze L, kolorze zielonym?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 76**Dotyczy Zakresu nr 22 poz. nr 4**

Czy Zamawiający dopuści fartuch foliowy wykonany z foli o grubości 0,02mm dostępny w dwóch rozmiarach 71x116cm oraz 71x180cm?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 77**Dotyczy Zakresu nr 22 poz. nr 7**

Czy Zamawiający dopuści kaptcie nieposiadające wzmocnionej podeszwy?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 78**Dotyczy Zakresu nr 27**

Czy Zamawiający dopuści ochraniacze na buty w kolorze zielonym lub niebieskim?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 79**Dotyczy Zakresu nr 38**

Czy Zamawiający dopuści prześcieradło w kolorze zielonym?

Centrum Medyczne „Żelazna” sp. z o.o.

ul. Żelazna 90, 01-004 Warszawa

centrala 22 25 59 800, sekretariat 22 25 59 801, faks 22 25 59 913

szpital@szpitalzelazna.pl www.szpitalzelazna.pl

KRS 000044579 REGON 012103423 NIP 527-01-04-746 kapitał zakładowy: 1 000 000,00 zł

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 80**Dotyczy Zakresu nr 1 poz. nr 2-9**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji 2-9 z Zakresu nr 1 i stworzy osobny pakiet? Wydzielenie pozycji stworzy Zamawiającemu możliwości na składania ofert konkurencyjnych co przełoży się na efektywne zarządzanie środkami publicznymi.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 81**Dotyczy Zakresu nr 28 poz. nr 1**

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w pozycji 1 mocowanie generatora w postaci bawełnianej, czapeczki o poniższych rozmiarach;

Kolor	Rozmiar	Obwód głowy
Biała	000	16-18
Szara	00	18-20
Różowa	0	20-22
Brązowa	1	22-24
Żółta	2	24-26
Niebieska	3	26-28
Złota	4	28-30
Zielona	5	30-32
Bordowa	6	32-34
Pomarańczowa	7	34-36
Ciemno zielona	8	36-38
Granatowa	9	38-40

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 82**Dotyczy Zakresu nr 28 poz. nr 2**

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w pozycji nr 2 układów z generatorem o poniższych parametrach;

Jednorazowy układ oddechowy CPAP Infant Flow z podgrzewanym ramieniem wdechowym przystosowany do nawilżacza Fischer Paykel model MR850. układ oddechowy (średnica 10 mm na całości układu zarówno generator jak i układ oddechowy, rura karbowana).

Odcinek wdechowy jednorazowego użytku, podgrzewany, posiadający spiralną grzałkę w drenie na linii wdechowej, kolor niebieski o długości 110 cm, Ø wew. 10 mm, zakończony z jednej strony końcówką na komorę nawilżacza Ø wew. 22 mm zespoloną z portem do czujnika temperatury o średnicy 7,6 mm z wycięciem pozycjonującym oraz gniazdem podgrzewania węża w kształcie koniczynki (do MR850) z drugiej strony końcówką rozłączną dwudrożną łączącą dopływ gazów oddechowych i linie pomiaru ciśnienia proxymalnego z generatorem.

W odległości ok. 40 cm od tej końcówki wmontowane złącze typu T do pomiaru temperatury gazów oddechowych za pomocą czujnika o średnicy 7,6 mm.

Centrum Medyczne „Żelazna” sp. z o.o.

ul. Żelazna 90, 01-004 Warszawa

centrala 22 25 59 800, sekretariat 22 25 59 801, faks 22 25 59 913

szpital@szpitalzelazna.pl www.szpitalzelazna.pl

KRS 000044579 REGON 012103423 NIP 527-01-04-746 kapitał zakładowy: 1 000 000,00 zł

Odcinek pomiarowy do proxymalnego pomiaru ciśnienia w drogach oddechowych zakończony końcówką cylindryczno-stożkową
Odcinek łączący nawilżacz z respiratorem, mm z odejściem Luer-lock do prowadzenia pomiarów
Generator umożliwiający podłączenie noworodka do układu oddechowego, linia wydechowa połączona z generatorem poprzez przegub obrotowy, mocowany do czapki za pomocą tasemek.
Końcówka donosowa łącząca generator z noworodkiem, 3 szt. w komplecie w różnych rozmiarach.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 83

Dotyczy Zakresu nr 29

Czy Zamawiający dopuści elektrody EKG dla noworodków wymiar elektrody: 23mm/30 mm., przewód o długości 50cm, wtyczka 1,5mm?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 84

Dotyczy Zakresu nr 11 poz. nr 3, 5 i 6

Zwracamy się z prośbą o wydzielenie pozycji 3 (elektrody igłowe EEG), 5 (elektrody przezskórne EEG) oraz pozycji 6 (materacyki do selektywnego chłodzenia typu Aqawrap).

Wydzielenie powyższych pozycji pozwoli wystartować większej liczbie oferentów co może mieć przełożenie na obniżenie kosztów Zamawiającego jak i realizację dostaw części tego pakietu.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający udziela pozytywnej odpowiedzi, wydzielając z zakresu nr 11 pozycje o numerach 3, 5 i 6 do oddzielnego zakresu nr 49 o nazwie Akcesoria do systemu Cool Cap 2. Modyfikacja Załącznika nr 2 do SIWZ stanowi załącznik do niniejszego pisma.

W związku z odpowiedzią na pytanie nr 84, Zamawiający wprowadza następujące zmiany w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

punkt nr 3 rozdz. 3 SIWZ otrzymuje następujące brzmienie:

„Opis przedmiotu zamówienia: Zamówienie dotyczy sukcesywnej dostawy jednorazowych materiałów medycznych do Centrum Medycznego „Żelazna” sp. z o.o., zgodnie z bieżącym zapotrzebowaniem Zamawiającego. Zamówienie obejmuje 49 Zakresów (dopuszcza się składanie ofert częściowych na poszczególne Zakresy lub na całość zamówienia).

Zakres nr 1 – Cewniki Nelaton, Foley, Pezzer

Nazwa i kod według Wspólnego Słownika Zamówień:

CPV: 33141200 - Cewniki

Zakres 2 – Komplet jednorazowe

Nazwa i kod według Wspólnego Słownika Zamówień:

CPV: 33199000-1 - Odzież medyczna, 33140000 - Materiały medyczne

Zakres nr 3 – Akcesoria do zestawu laparoskopowego Einstein Vision 2.0

Nazwa i kod według Wspólnego Słownika Zamówień:

CPV: 33140000 - Materiały medyczne

Zakres nr 4 – Zestaw do lewatywy

Nazwa i kod według Wspólnego Słownika Zamówień:

CPV: 33140000 - Materiały medyczne

Zakres nr 5 – Pojemniki na odpady medyczne

Nazwa i kod według Wspólnego Słownika Zamówień:

CPV: 33140000 - Materiały medyczne

Centrum Medyczne „Żelazna” sp. z o.o.

ul. Żelazna 90, 01-004 Warszawa

centrala 22 25 59 800, sekretariat 22 25 59 801, faks 22 25 59 913

szpital@szpitalzelazna.pl www.szpitalzelazna.pl

KRS 000044579 REGON 012103423 NIP 527-01-04-746 kapitał zakładowy: 1 000 000,00 zł

Zakres nr 6 – Prześcieradła jednorazowe 1

Nazwa i kod według Wspólnego Słownika Zamówień:

CPV: 33198000-4 - Szpitalne wyroby papierowe

Zakres nr 7 – Cewnik do odsysania wydzieliny z rurki intubacyjnej w systemie zamkniętym

Nazwa i kod według Wspólnego Słownika Zamówień:

CPV: 33140000 – Materiały medyczne

Zakres nr 8 – Elektroda do defibrylatora AED

Nazwa i kod według Wspólnego Słownika Zamówień:

CPV: 33140000 - Materiały medyczne

Zakres nr 9 – Osłonki do czujników temperatury głębokiej

Nazwa i kod według Wspólnego Słownika Zamówień:

CPV: 33140000 - Materiały medyczne

Zakres nr 10 – Żel do USG

Nazwa i kod według Wspólnego Słownika Zamówień:

CPV: 33140000 - Materiały medyczne

Zakres nr 11 – Akcesoria do systemu Cool Cap 1

Nazwa i kod według Wspólnego Słownika Zamówień:

CPV: 33140000 - Materiały medyczne

Zakres nr 12 - Akcesoria do intubacji

Nazwa i kod według Wspólnego Słownika Zamówień:

CPV: 33140000 - Materiały medyczne

Zakres nr 13 – Rurka krtaniowa (LT-D)

Nazwa i kod według Wspólnego Słownika Zamówień:

CPV: 33140000 - Materiały medyczne

Zakres nr 14 – Dreny płuczące do endomatu

Nazwa i kod według Wspólnego Słownika Zamówień:

CPV: 33140000 - Materiały medyczne

Zakres nr 15 – Kaniula dożylna 26 G

Nazwa i kod według Wspólnego Słownika Zamówień:

CPV: 33141320-9 - Igły medyczne, 33141220-8 - - Kaniula

Zakres nr 16 – Cewniki nelaton, różne rozmiary

Nazwa i kod według Wspólnego Słownika Zamówień:

CPV: 33141200-2 - Cewniki

Zakres nr 17 – Wkładki domaciczne

Nazwa i kod według Wspólnego Słownika Zamówień:

CPV: 33140000 - Materiały medyczne

Zakres nr 18 – Strzykawki 20 ml w kolorze ciemnym

Nazwa i kod według Wspólnego Słownika Zamówień:

CPV: 33140000 - Materiały medyczne

Zakres nr 19 – Taśma do kinesiotapingu

Nazwa i kod według Wspólnego Słownika Zamówień:

CPV: 33140000 - Materiały medyczne

Zakres nr 20 – Test do diagnostyki przedwczesnego pęknięcia błon płodowych

Nazwa i kod według Wspólnego Słownika Zamówień:

CPV: 33140000 - Materiały medyczne

Zakres nr 21 – Rękawice diagnostyczne 2

Nazwa i kod według Wspólnego Słownika Zamówień:

CPV: 33140000 - Materiały medyczne

Zakres nr 22 – Artykuły ochrony osobistej

Nazwa i kod według Wspólnego Słownika Zamówień:

CPV: 33140000 - Materiały medyczne 33199000-1 - Odzież medyczna

Zakres nr 23 – Pokrowiec maty do fototerapii

Nazwa i kod według Wspólnego Słownika Zamówień:

CPV: 33140000 - Materiały medyczne

Zakres nr 24 – Środek zapobiegający zrostom 1

Nazwa i kod według Wspólnego Słownika Zamówień:

CPV: 33140000 - Materiały medyczne

Centrum Medyczne „Żelazna” sp. z o.o.

ul. Żelazna 90, 01-004 Warszawa

centrala 22 25 59 800, sekretariat 22 25 59 801, faks 22 25 59 913

szpital@szpitalzelazna.pl www.szpitalzelazna.pl

KRS 0000445779 REGON 012103423 NIP 527-01-04-746 kapitał zakładowy: 1 000 000,00 zł

Zakres nr 25 – Sprzęt do amniopunkcji

Nazwa i kod według Wspólnego Słownika Zamówień:

CPV: 33140000 - Materiały medyczne

Zakres nr 26 – Wkładka higieniczna

Nazwa i kod według Wspólnego Słownika Zamówień:

CPV: 33140000 - Materiały medyczne

Zakres nr 27 – Kapcie fizelinowe

Nazwa i kod według Wspólnego Słownika Zamówień:

CPV: 33140000 - Materiały medyczne

Zakres nr 28 – Akcesoria do CPAP Infant Flow

Nazwa i kod według Wspólnego Słownika Zamówień:

CPV: 33140000 - Materiały medyczne,

Zakres nr 29 – Elektrody EKG dla noworodków

Nazwa i kod według Wspólnego Słownika Zamówień:

CPV: 33140000 - Materiały medyczne

Zakres nr 30 – Igła do linii krwi

Nazwa i kod według Wspólnego Słownika Zamówień:

CPV: 33140000 - Materiały medyczne

Zakres nr 31 – Środek zapobiegający zrostom 3

Nazwa i kod według Wspólnego Słownika Zamówień:

CPV: 33140000 - Materiały medyczne

Zakres nr 32 – Zestaw do odbarczania odmy

Nazwa i kod według Wspólnego Słownika Zamówień:

CPV: 33140000 - Materiały medyczne

Zakres nr 33 – Nakładka na końcówkę sondy zewnętrznej

Nazwa i kod według Wspólnego Słownika Zamówień:

CPV: 33140000 - Materiały medyczne

Zakres nr 34 – Igła do amnioredukcji

Nazwa i kod według Wspólnego Słownika Zamówień:

CPV: 33140000 - Materiały medyczne

Zakres nr 35 – Membrana oraz pierścień mocujący do monitora Radiometer

Nazwa i kod według Wspólnego Słownika Zamówień:

CPV: 33140000 - Materiały medyczne

Zakres nr 36 – Prześcieradło ochronne na stół operacyjny

Nazwa i kod według Wspólnego Słownika Zamówień:

CPV: 33140000 - Materiały medyczne

Zakres nr 37 – Akcesoria do stomii system dwuczęściowy

Nazwa i kod według Wspólnego Słownika Zamówień:

CPV: 33140000 - Materiały medyczne

Zakres nr 38 – Prześcieradło jednorazowe

Nazwa i kod według Wspólnego Słownika Zamówień:

CPV: 33140000 - Materiały medyczne

Zakres nr 39 – Igła do podawania leków do ściany pęcherza moczowego w czasie cystoskopii

Nazwa i kod według Wspólnego Słownika Zamówień:

CPV: 33140000 - Materiały medyczne

Zakres nr 40 – Worki na mocz 2

Nazwa i kod według Wspólnego Słownika Zamówień:

CPV: 33140000 - Materiały medyczne

Zakres nr 41 – Podkład ginekologiczno-położniczy jałowy

Nazwa i kod według Wspólnego Słownika Zamówień:

CPV: 33140000 - Materiały medyczne

Zakres nr 42 – Rękawice chirurgiczne

Nazwa i kod według Wspólnego Słownika Zamówień:

CPV: 33141420-0 - Rękawice chirurgiczne

Zakres nr 43 – Rękawice diagnostyczne niejaloowe

Nazwa i kod według Wspólnego Słownika Zamówień:

CPV: 33141420-0 - Rękawice chirurgiczne

Centrum Medyczne „Żelazna” sp. z o.o.

ul. Żelazna 90, 01-004 Warszawa

centrala 22 25 59 800, sekretariat 22 25 59 801, faks 22 25 59 913

szpital@szpitalzelazna.pl www.szpitalzelazna.pl

KRS 0000445779 REGON 012103423 NIP 527-01-04-746 kapitał zakładowy: 1 000 000,00 zł

Zakres nr 44 – Elektrod żelowa do badań eSMG

Nazwa i kod według Wspólnego Słownika Zamówień:

CPV: 33140000 - Materiały medyczne

Zakres nr 45 – Kompres pochwowy

Nazwa i kod według Wspólnego Słownika Zamówień:

CPV: 33140000 - Materiały medyczne

Zakres nr 46 – Łyżka do rękojeści światłowodowej typu Miller

Nazwa i kod według Wspólnego Słownika Zamówień:

CPV: 33140000 - Materiały medyczne

Zakres nr 47 – Paseczki do mocowania czapeczek Baby log CPAP

Nazwa i kod według Wspólnego Słownika Zamówień:

CPV: 33140000 - Materiały medyczne

Zakres nr 48 – Pokrowce na matę do fototerapii Bilicocon

Nazwa i kod według Wspólnego Słownika Zamówień:

CPV: 33140000 - Materiały medyczne

Zakres nr 49 – Akcesoria do systemu Cool Cap 2

Nazwa i kod według Wspólnego Słownika Zamówień:

CPV: 33140000 - Materiały medyczne

Przedmioty dostawy zamieszczone w ofercie powinny posiadać dokładny i czytelny opis przedmiotu zamówienia na opakowaniu oraz stosowne certyfikaty lub atesty dopuszczające ich stosowanie w służbie zdrowia zgodnie z polskim prawem oraz prawem Unii Europejskiej (powinny odpowiadać określonym normom lub specyfikacjom technicznym, posiadać aktualne świadectwo dopuszczenia do obrotu oferowanych środków wymagane prawem). Przedmioty dostawy zamieszczone w ofercie powinny być bezpieczne w użyciu dla pacjentów oraz dla personelu.

Oznakowanie dostarczonych wyrobów, instrukcje użytkowania, opis wyrobu, etykiety (oryginalne) muszą być sporządzone w języku polskim.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 2 do SIWZ „Formularz cenowy. Opis przedmiotu zamówienia” (w formacie .xls).

Zamawiający zastrzega sobie prawo zakupu mniejszych ilości towaru niż podane w Załączniku nr 2: „Formularz cenowy. Opis przedmiotu zamówienia.” – w trybie i na zasadach określonych w art. 145 uPzp.”

punkt 5.2.1. SIWZ otrzymuje następujące brzmienie:

„zdolności technicznej i zawodowej Wykonawcy: Wykonawca musi wykazać się doświadczeniem w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, polegającym na wykonaniu, tj. zrealizowaniu, zakończeniu, także w przypadku świadczeń wykonywanych okresowo lub ciągłych co najmniej jednej dostawy jednorazowych materiałów medycznych, każda o wartości brutto nie mniejszej niż:

Dla zakresu nr 1 – 6 700,00 zł

Dla zakresu nr 2 - 860,00 zł

Dla zakresu nr 3 – 87 000,00 zł

Dla zakresu nr 4 - 1 400,00 zł

Dla zakresu nr 5 – 430,00 zł

Dla zakresu nr 6 – 8 400,00 zł

Dla zakresu nr 7 – 1 400,00 zł

Dla zakresu nr 8 – 330,00 zł

Dla zakresu nr 9 – 170,00 zł

Dla zakresu nr 10 – 4 100,00 zł

Dla zakresu nr 11 – 9 000,00 zł

Dla zakresu nr 12 – 2 100,00 zł

Dla zakresu nr 13 – 140,00 zł

Centrum Medyczne „Żelazna” sp. z o.o.

ul. Żelazna 90, 01-004 Warszawa

centrala 22 25 59 800, sekretariat 22 25 59 801, faks 22 25 59 913

szpital@szpitalzelazna.pl www.szpitalzelazna.pl

KRS 0000445779 REGON 012103423 NIP 527-01-04-746 kapitał zakładowy: 1 000 000,00 zł

Dla zakresu nr 14 – 66 000,00 zł
Dla zakresu nr 15 – 1 000,00 zł
Dla zakresu nr 16- 90,00 zł
Dla zakresu nr 17- 400,00 zł
Dla zakresu nr 18 – 18,00 zł
Dla zakresu nr 19 - 1 600,00 zł
Dla zakresu nr 20 – 2 500,00 zł
Dla zakresu nr 21 - 50 000,00 zł
Dla zakresu nr 22 – 6 400,00 zł
Dla zakresu nr 23 – 2 000,00 zł
Dla zakresu nr 24 – 12 700,00 zł
Dla zakresu nr 25 – 260,00 zł
Dla zakresu nr 26 – 240,00 zł
Dla zakresu nr 27 – 1 300,00 zł
Dla zakresu nr 28 – 89 000,00 zł
Dla zakresu nr 29 – 700,00 zł
Dla zakresu nr 30 – 900,00 zł
Dla zakresu nr 31 – 9 500,00 zł
Dla zakresu nr 32 – 300,00 zł
Dla zakresu nr 33- 900,00 zł
Dla zakresu nr 34- 190,00 zł
Dla zakresu nr 35- 3 500,00 zł
Dla zakresu nr 36- 12 000,00 zł
Dla zakresu nr 37 – 300,00 zł
Dla zakresu nr 38 - 240,00 zł
Dla zakresu nr 39 – 1 300,00 zł
Dla zakresu nr 40 - 6 000,00 zł
Dla zakresu nr 41 – 4 600,00 zł
Dla zakresu nr 42 – 4 900,00 zł
Dla zakresu nr 43 – 450,00 zł
Dla zakresu nr 44 – 2 400,00 zł
Dla zakresu nr 45 – 3 800,00 zł
Dla zakresu nr 46 – 600,00 zł
Dla zakresu nr 47 – 280,00 zł
Dla zakresu nr 48 – 18 000,00 zł
Dla zakresu nr 49 – 9 000,00 zł”

Punkt nr 7.7.1.1. SIWZ otrzymuje następujące brzmienie:

„W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu Zamawiający wezwie Wykonawcę do dostarczenia wykazu dostaw wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu; Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek

Centrum Medyczne „Żelazna” sp. z o.o.

ul. Żelazna 90, 01-004 Warszawa

centrala 22 25 59 800, sekretariat 22 25 59 801, faks 22 25 59 913

szpital@szpitalzelazna.pl www.szpitalzelazna.pl

KRS 0000445779 REGON 012103423 NIP 527-01-04-746 kapitał zakładowy: 1 000 000,00 zł

dotyczący posiadania wymaganej wiedzy i doświadczenia jeżeli wykaże się wykonaniem co najmniej jednej dostawy jednorazowych materiałów medycznych, każda o wartości brutto nie mniejszej niż:

Dla zakresu nr 1 –	6 700,00 zł
Dla zakresu nr 2 -	860,00 zł
Dla zakresu nr 3 –	87 000,00 zł
Dla zakresu nr 4 -	1 400,00 zł
Dla zakresu nr 5 –	430,00 zł
Dla zakresu nr 6 –	8 400,00 zł
Dla zakresu nr 7 –	1 400,00 zł
Dla zakresu nr 8 –	330,00 zł
Dla zakresu nr 9 –	170,00 zł
Dla zakresu nr 10 –	4 100,00 zł
Dla zakresu nr 11 –	9 000,00 zł
Dla zakresu nr 12 –	2 100,00 zł
Dla zakresu nr 13 –	140,00 zł
Dla zakresu nr 14 –	66 000,00 zł
Dla zakresu nr 15 –	1 000,00 zł
Dla zakresu nr 16-	90,00 zł
Dla zakresu nr 17-	400,00 zł
Dla zakresu nr 18 –	18,00 zł
Dla zakresu nr 19 -	1 600,00 zł
Dla zakresu nr 20 –	2 500,00 zł
Dla zakresu nr 21 -	50 000,00 zł
Dla zakresu nr 22 –	6 400,00 zł
Dla zakresu nr 23 –	2 000,00 zł
Dla zakresu nr 24 –	12 700,00 zł
Dla zakresu nr 25 –	260,00 zł
Dla zakresu nr 26 –	240,00 zł
Dla zakresu nr 27 –	1 300,00 zł
Dla zakresu nr 28 –	89 000,00 zł
Dla zakresu nr 29 –	700,00 zł
Dla zakresu nr 30 –	900,00 zł
Dla zakresu nr 31 –	9 500,00 zł
Dla zakresu nr 32 –	300,00 zł
Dla zakresu nr 33-	900,00 zł
Dla zakresu nr 34-	190,00 zł
Dla zakresu nr 35-	3 500,00 zł
Dla zakresu nr 36-	12 000,00 zł
Dla zakresu nr 37 –	300,00 zł
Dla zakresu nr 38 -	240,00 zł
Dla zakresu nr 39 –	1 300,00 zł
Dla zakresu nr 40 -	6 000,00 zł
Dla zakresu nr 41 –	4 600,00 zł
Dla zakresu nr 42 –	4 900,00 zł
Dla zakresu nr 43 –	450,00 zł
Dla zakresu nr 44 –	2 400,00 zł
Dla zakresu nr 45 –	3 800,00 zł
Dla zakresu nr 46 –	600,00 zł
Dla zakresu nr 47 –	280,00 zł
Dla zakresu nr 48 –	18 000,00 zł
Dla zakresu nr 49 –	9 000,00 zł

Ponadto, Zamawiający informuje, iż kryteria oceny ofert oraz wszelkie pozostałe wymogi dla zakresu nr 49 są takie same jak dla zakresu nr 11.

Centrum Medyczne „Żelazna” sp. z o.o.
ul. Żelazna 90, 01-004 Warszawa

centrala 22 25 59 800, sekretariat 22 25 59 801, faks 22 25 59 913
szpital@szpitalzelazna.pl www.szpitalzelazna.pl

KRS 0000445779 REGON 012103423 NIP 527-01-04-746 kapitał zakładowy: 1 000 000,00 zł

Zamawiający informuje, iż termin składania i otwarcia ofert ulega zmianie.

Nowy termin składania ofert: do 06.05.2019 r. do godz. 10:00.

Nowy termin otwarcia ofert: 06.05.2019 r. godz. 10:30.

Miejsce otwarcia ofert pozostaje bez zmian.

CZŁONEK ZARZĄDU

Agnieszka Łyda

Załącznik nr 1 - Załącznik nr 2 do SIWZ – modyfikacja z dnia 25.04.2019r.

Centrum Medyczne „Żelazna” sp. z o.o.

ul. Żelazna 90, 01-004 Warszawa

centrala 22 25 59 800, sekretariat 22 25 59 801, faks 22 25 59 913

szpital@szpitalzelazna.pl www.szpitalzelazna.pl

KRS 0000445779 REGON 012103423 NIP 527-01-04-746 kapitał zakładowy: 1 000 000,00 zł