



CENTRUM MEDYCZNE ŻELAZNA
Szpital i Przychodnia św. Zofii



**MIASTO
STOŁECZNE
WARSZAWA**

Warszawa, 15 kwietnia 2020r.

DO: Wykonawców

OD: Zamawiającego

LICZBA STRON: 2

DOTYCZY: postępowania o zamówienie publiczne na dostawę implantów do Centrum Medycznego „Żelazna” sp. z o.o., sygn. sprawy 51-W-D-03-2020.

Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2. ustawy Prawo zamówień publicznych przesyłam Państwu pytania zadane przez Wykonawców i odpowiedzi Zamawiającego:

Pytanie nr 1

Dotyczy zakresu 1

Zwracam się z prośbą o dopuszczenie w pakiecie nr 1 taśm o poniższej specyfikacji technicznej: Taśma do leczenia wysiłkowego nietrzymania moczu u kobiet. Wykonana jest niewchłaniałnego polipropylenu monofilamentowego.

Parametry:

- szerokość: 1,1 cm
- długość: 45 cm
- grubość: 0,45 mm
- gramatura: 57 g/m²
- wielkość porów: 0,90 mm

Taśma w plastikowej osłonce, brzegi zakończone pętelkami. Implantacja taśmy przez otwory zasłonowe. W zestawie znajdują się dwa narzędzia jednorazowego użytku wykonane z niekorodującego chromu. Ergonomiczne uchwyty zapewniają optymalną kontrolę podczas wprowadzania igły.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 2

Dotyczy zakresu 2

Czy Zamawiający w Zakresie nr 2 oprócz asortymentu pierwotnie określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia dopuści również system do leczenia wysiłkowego nietrzymania moczu składający się z taśmy wykonanej z polipropylenu (monofilament, wielkość porów 100 mikronów, szerokość 1,1 cm, długość 12 cm, laserowe cięcie taśmy, taśma w plastikowej osłonce), nici polipropylenowych łączących taśmę z plastikową osłonką na prowadnicach helikalnych, dwóch jednorazowych heliakalnych prowadnic ze stali nierdzewnej, profilowanych do przejścia przez

otwory zastonowe metodą „inside-out”, z plastikową osłonką, połączonych na stałe z taśmą poprzez polipropylenowe nici, stalowej prowadnicy skrzydełkowej o regulowanej długości służącej do prawidłowego przeprowadzenia heliakalnych prowadnic z wskaźnikiem głębokości położenia w tkance. System całkowicie jednorazowy.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 3

Dotyczy zakresu 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie taśmy wykonanej z przędzy polipropylenowej monofilamentowej, o średniej powierzchni porów 0,38mm² (uśredniony wymiar 4,1 mm x 1,2 mm, zróżnicowana wielkość porów - przemiennie duże i małe), szerokość 1,1cm, długość 45cm, cięta laserowo z gładkimi (atraumatycznymi) brzegami, które nie wymagają osłonek plastikowych. Dwa aplikatory wielokrotnego użytku, prawo i lewoskrętny wykonane ze stali kwasoodpornej chirurgicznej, które mogą być stosowane w metodach "inside-out" i "inside-in" (na 10 taśm 1 komplet narzędzi wielokrotnego użytku, przeznaczonego do sterylizacji parowej)?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 4

Dotyczy zakresu 1

Czy Zamawiający dopuści jednorazowe systemy taśmy do korekcji wysiłkowego nietrzymania moczu, wiodącego producenta na rynku - renomowanej firmy Boston Scientific, o poniższych parametrach w celu złożenia oferty konkurencyjnej cenowo i jakościowo:

- taśma 100% polipropylenowa, monofilamentowa,
- porowatości 1182 µm oraz szerokości 1,1 cm,
- grubość taśmy 0,66 mm,
- brzegi taśmy w części podcewkowej wygładzone – zgrzewane na gorąco na odcinku 4cm, mające na celu potencjalną redukcję podrażnień przedniej ściany cewki oraz zmniejszenie ryzyka deformacji siatki i utrzymanie jej integralności podczas naprężania; w pozostałej części taśmy brzegi niezgrzewane dla lepszego zakotwiczenia w tkance,
- wypustka środkująca identyfikująca środek taśmy oraz pomagająca w prawidłowym naprężeniu taśmy,
- plastikowe osłonki na ramionach taśmy zapewniające bezproblemowe przeprowadzenie taśmy przez struktury anatomiczne, taśma dostarczana wraz z dwiema jednorazowymi prowadnicami halo lub zakrzywionymi (do wyboru przez Zamawiającego),
- taśma przeznaczona do leczenia nietrzymania moczu u kobiet metodą TOT outside-inside.

Powyżej wymienione parametry oferowane są w miejsce parametrów wymaganych wymienionych w pozycji 1 zakresu nr 1 SIWZ.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Zamawiający informuje, iż termin składania i otwarcia ofert ulega zmianie.

Nowy termin składania ofert: do 21.04.2020 r. do godz. 10:00.

Nowy termin otwarcia ofert: 21.04.2020 r. godz. 10:30.

Miejsce otwarcia ofert pozostaje bez zmian.

CZŁONEK ZARZĄDU

Agnieszka Łyda

Centrum Medyczne „Żelazna” sp. z o.o.

ul. Żelazna 90, 01-004 Warszawa

centrala 22 25 59 800, sekretariat 22 25 59 801, faks 22 25 59 913

szpital@szpitalzelazna.pl www.szpitalzelazna.pl

KRS 0000445779 REGON 012103423 NIP 527-01-04-746 kapitał zakładowy: 1 000 000,00 zł