



CENTRUM MEDYCZNE ŻELAZNA

Szpital i Przychodnia św. Zofii



MIASTO  
STOŁECZNE  
WARSZAWA

Warszawa, 23 czerwca 2020 r.

DO: Wykonawców

OD: Zamawiającego

LICZBA STRON: 2

**DOTYCZY: postępowania o zamówienie publiczne na dostawę diagnostycznych rękawic lateksowych o Centrum Medycznego „Żelazna” sp. z o.o., sygn. sprawy: 67-W-D-06-2020.**

---

Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2. ustawy Prawo zamówień publicznych przesyłam Państwu pytania zadane przez Wykonawców i odpowiedzi Zamawiającego:

**Pytanie 1.**

Czy mogłaby Pani szacunkowo określić, jaki procent zamówienia (2000 opakowań) będą stanowiły poszczególne rozmiary: XS, S, M i L?

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający nie jest w stanie oszacować jaki procent zamówienia będą stanowiły poszczególne rozmiary.

---

**Pytanie 2.**

Czy zamawiający dopuści do postępowania rękawiczki lateksowe o następujących parametrach:

- wyrób medyczny klasy I
- środek ochrony indywidualnej kat. III (typ B)
- spełniają wymagania stawiane przez normy EN 455
- dopuszczone do kontaktu z żywnością
- lekko pudrowane mączką kukurydzianą
- test przepuszczalności wody - AQL 1,5
- jednorodna tekstura na całej powierzchni dłoni oraz palców
- lateks kauczuku naturalnego, biodegradowalne
- rolowany mankiet ułatwiający zakładanie
- uniwersalny kształt pasujący na prawą i lewą dłoń
- kolor naturalnego lateksu
- opakowanie jednostkowe 100 sztuk
- równomiernie rolowany brzeg mankietu
- długość min 240mm zgodnie z EN 455
- okres ważności 5 lat od daty produkcji

---

Centrum Medyczne „Żelazna” sp. z o.o.  
ul. Żelazna 90, 01-004 Warszawa

centrala 22 25 59 800, sekretariat 22 25 59 801, faks 22 25 59 913

szpital@szpitalzelazna.pl www.szpitalzelazna.pl

KRS 0000445779 REGON 012103423 NIP 527-01-04-746 kapitał zakładowy: 1 000 000,00 zł

SZP/BS

**Odpowiedź Zamawiającego:**  
Zgodnie z SIWZ.

---

**CZŁONEK ZARZĄDU**

**Agnieszka Łyda**